

[<< Atras](#)

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20157992	Nombre producto	ANALIZADOR DE ORINAS COBAS U-411 / URISYS 1100 - ANALIZADOR PARA UROANÁLISIS				
Registro Sanitario	INVIMA 2019DM-0019376	Vencimiento	2029/02/18	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO DE LOS SIGUIENTES MODELOS Y/O REFERENCIAS: COBAS U-411 URISYS 1100						
Marcas	ROCHE / COBAS / URISYS						

Datos de Interes

Vida Util	N/A	Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	EL ANALIZADOR COBAS U 411 Y URISYS 1100 SON UN SISTEMA DE ANÁLISIS DE ORINA SEMIAUTOMÁTICO DESTINADO A LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA O SEMICUANTITATIVA IN VITRO DE ANALITOS DE ORINA, INCLUIDOS LA DENSIDAD (SG), EL PH, LOS LEUCOCITOS, LOS NITRITOS, LAS PROTEÍNAS, LA GLUCOSA, LAS CETONAS, EL UROBILINÓGENO, LA BILIRRUBINA, LOS ERITROCITOS Y EL COLOR. LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL ANALIZADOR COBAS U 411 INCLUYEN: IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS; PERÍODO DE INCUBACIÓN CONTROLADO; MEDICIONES FOTOMÉTRICAS; MEMORIA DE RESULTADOS; FORMATOS OPCIONALES PARA LA GESTIÓN DE DATOS. EL ANALIZADOR COBAS U 411 UTILIZA LAS TIRAS REACTIVAS COMBUR DE ROCHE. CADA TIRA REACTIVA TIENE 10 Ó 11 ALMOHADILLAS DE TEST DISTINTAS QUE SE USAN PARA ANALIZAR SUSTANCIAS O CARACTERÍSTICAS DIFERENTES (INCLUIDA LA ALMOHADILLA DE COMPENSACIÓN DE COLOR). EL SISTEMA ANALIZA LAS TIRAS REACTIVAS A MEDIDA QUE SE VAN DESPLAZANDO AUTOMÁTICAMENTE POR EL ANALIZADOR. SE UTILIZA UNA TIRA POR MUESTRA. LOS RESULTADOS DE LOS TESTS SE BASAN EN LAS MEDICIONES DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ REFLEJADA.	Riesgo	Ila

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
Unidad Completa del ANALIZADOR de ORINAS COBAS U-411 / URISYS 1100Software, Accesorios y Repuestos.

Roles por Producto

Rol	Tipo.Ident	Identificacion	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Nit	8600032168	PRODUCTOS ROCHE S.A.	Carrera 44 No. 20-21	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	bogota.notificacionesinvima@roche.com
FABRICANTE	Consecutivo	20191016978	ROCHE DIAGNOSTICS GMBH	Sandhofer Str. 116 68305 Mannheim	ALEMANIA			
FABRICANTE	Consecutivo	20191019722	77 ELEKTRONIKA MESZERIPARI KFT.	Fehervari ut 98. Site: 1116 Budapest, Sztregova u. 3.	HUNGRIA			
FABRICANTE	Consecutivo	20191023657	ROCHE DIAGNOSTICS LTD	Forrenstrasse 2. 6343 Rotkreuz, Suiza	SUIZA			
IMPORTADOR	Nit	8600032168	PRODUCTOS ROCHE S.A.	Carrera 44 No. 20-21	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	bogota.notificacionesinvima@roche.com
REPRESENTANTE LEGAL	Cédula de Ciudadanía	51716643	RODRIGO GOMEZ	CALLE 73 N° 10 - 10 OF. 209	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	tatiana@cespedesa.com
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Consecutivo	20191016978	ROCHE DIAGNOSTICS GMBH	Sandhofer Str. 116 68305 Mannheim	ALEMANIA			

[Imprimir << Atras](#)