

LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LK-521-IDN (Penetapan: 17 Maret 2026)

LABORATORIUM KALIBRASI - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama LPK	: PT Presisi Kalibrasi Medika	Masa berlaku:
Alamat	: Gedung Graha Bumi Indah-Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta	17 Maret 2026
Telepon	: 082123782666	s/d
Email	: presisikalibrasimedika@gmail.com	16 Maret 2031

KEMAMPUAN KALIBRASI DAN PENGUKURAN (CMC) LABORATORIUM KALIBRASI

Kelompok pengukuran	Alat atau bahan atau standar yang dikalibrasi atau diukur	Rentang ukur	Ketidakpastian yang diperluas *)	Metode kalibrasi/ dokumen standar/ teknik yang digunakan	Keterangan
Suhu & kelembapan	<i>Blood bank refrigerator</i>	1 °C ~ 9 °C	1.2 °C	SK Dirjen Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/D/43649/2024 (KMK-MK-015.0)	
Tekanan	<i>Sphygmomanometer</i>	0 mmHg ~ 250 mmHg	0.85 mmHg	SK Dirjen Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/D/43649/2024 (KMK-MK-090.0)	1 mmHg = 133.33 Pa
Waktu dan Frekuensi	<i>Bed side monitor</i>			SK Dirjen Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/D/43649/2024 (KMK-MK-012.0)	
	<i>Heart rate</i>	30 bpm ~ 180 bpm	0.72 bpm		
	<i>Systole</i>	60 mmHg ~ 250 mmHg	0.59 mmHg		
	<i>Dyastole</i>	30 mmHg ~ 195 mmHg	1.0 mmHg		

Catatan :

*) Ketidakpastian yang diperluas dinyatakan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2 yang merupakan ketidakpastian terbaik yang dapat dicapai dalam layanan kalibrasi rutin dengan sumberdaya yang dimiliki laboratorium

Lampiran sertifikat akreditasi ini tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis dari pihak KAN



Dokumen ini telah ditandatangan secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR