

	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.001
	Lembar Kerja Kalibrasi Kelistrikan	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 2

No. sertifikat :

Nama Alat :	No.alat :
Merk :	Pemilik :
Model/tipe :	Ruangan :
No.seri :	Tgl. Terima :
Kapasitas :	Tgl. Kalibrasi :
Resolusi :	

A. Daftar Alat yang Digunakan

No	Nama Alat	Merk	Type/Model	No. Seri
1	Electrical Safety Analyzer			
2	Thermohygrometer			

B. Pengukuran Kondisi Lingkungan

Kondisi Ruangan	Terukur		Toleransi
Suhu (°C)	Awal : °C	Akhir : °C	10 - 40 °C
Kelembaban / RH (%)	Awal : %	Akhir : %	15 % - 85 % RH
Tegangan Input	L-N : Vac		220 ± 10% Volt
	L-G : Vac		
	N-G : Vac		

C. Pengukuran Keselamatan Listrik

Tipe bagian yang diaplikasikan	☐ B	☐ BF	☐ CF
Kelas Proteksi	☐ I	☐ II	☐ Baterai
Hubungan Utama	☐ DPS	☐ NPS	☐ PIE
Catatan:	PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas		

D. Pengujian Kinerja

No	Parameter	Terukur		Toleransi
1	Resistansi Pembumian Protektif		Ohm	≤ 0,3 Ω
2	Resistansi Isolasi		Mohm	> 2 MΩ
3	Arus Bocor Peralatan		μA	≤ 500 μA
4	Arus bocor bagian yang diaplikasikan *		μA	≤ 500 μA

*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.001
	Lembar Kerja Kalibrasi Kelistrikan	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 2

E. Penilaian Secara Menyeluruh

- ☐ Aman tidak terjadi penyimpangan
- ☐ Terdeteksi tidak aman atau terjadi penyimpangan fungsional
- ☐ Tidak ada resiko langsung, terdeteksi penyimpangan mungkin akan diperbaiki dalam waktu dekat
- ☐ Peralatan tidak diijinkan operasional hingga penyimpangan diperbaiki/dikoreksi
- ☐ Peralatan tidak memenuhi-disarankan modifikasi / pertukaran komponen / ditarik dari layanan

Petugas Kalibrasi :	Entri data oleh :