

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.6
	Lembar Kerja Kalibrasi Flow Meter	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 2

No. sertifikat :

Nama Alat :	No.alat :
Merk :	Pemilik :
Model/tipe :	Ruangan :
No.seri :	Tgl. Terima :
Kapasitas :	Tgl. Kalibrasi :
Resolusi :	

A. Daftar Alat yang Digunakan

No	Nama Alat	Merk	Type/Model	No. Seri
1	Gas Flow Analyzer			
2	Thermohygrometer			

B. Pengukuran Kondisi Lingkungan

Kondisi Ruangan	Terukur		Toleransi
Suhu (°C)	Awal : °C	Akhir : °C	25 ± 5 °C
Kelembaban / RH (%)	Awal : %	Akhir : %	55 % ± 20 % RH

C. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Parameter	Batas Pemeriksaan	Keterangan
1	Badan / Permukaan	periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
2	Katup dan control	Sebelum mempergunakan/ mengubah ubah tombol control, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada poisisnya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standra). Bandingkan dengan posisi control. Ingat pengaturan tersebut dan kembalikan pada pengaturan awal jika sudah selesai pekerjaan.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
3	Tampilan dan indicator	Selama pengecekan fungsi, pastikan indicator dan tampilan layer berfungsi baik	☐ Baik ☐ Tidak Baik

D. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Flow / Laju aliran

Setting UUT (L/min)	Hasil Pengukuran (L/min)					Toleransi (L/min)
	I	II	III	IV	V	
3						± 20 %
5						
7						
9						
11						
13						
15						

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.6
	Lembar Kerja Kalibrasi Flow Meter	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 2

E. Telaah Teknis

No	Parameter	Hasil Pengamatan	
		Baik	Tidak Baik
1	Kondisi Alat (20)		
2	Kinerja Peralatan (80)		

F. Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan ☐

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan ☐

Petugas Kalibrasi :	Entri data oleh :