

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.21
	Lembar Kerja Kalibrasi Resusitator Paru / Neopuff	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 3

No. sertifikat :

Nama Alat :	No.alat :
Merk :	Pemilik :
Model/tipe :	Ruangan :
No.seri :	Tgl. Terima :
Kapasitas :	Tgl. Kalibrasi :
Resolusi :	

A. Daftar Alat yang Digunakan

No	Nama Alat	Merk	Type/Model	No. Seri
1	Digital Pressure Meter			
2	Electrical Safety Analyzer			
3	Thermohygrometer			

B. Pengukuran Kondisi Lingkungan

Kondisi Ruangan	Terukur		Toleransi
Suhu (°C)	Awal : °C	Akhir : °C	25 ± 6 °C
Kelembaban / RH (%)	Awal : %	Akhir : %	55 % ± 20 % RH
Tegangan Input	L-N : Vac		220 ± 10% Volt
	L-G : Vac		
	N-G : Vac		

C. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Parameter	Batas Pemeriksaan	Keterangan
1	Badan / Permukaan	periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
2	Selang utama sumber gas	Periksa selang-selang sumber gas, apakah terlihat ada kerusakan, pastikan seluruh koneksinya terikat dengan kuat	☐ Baik ☐ Tidak Baik
3	Tombol, saklar dan control	Periksa semua fungsi tombol/saklar atau kontrol, pastikan berfungsi dengan baik	☐ Baik ☐ Tidak Baik
4	Tampilan dan indicator	Selama pengecekan fungsi, pastikan indicator dan tampilan layer berfungsi baik.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
5	System interlock gas	Periksa system pengaman (interlock) gas berfungsi baik	☐ Baik ☐ Tidak Baik
6	Kelengkapan alat	Cek kelengkapan alat, pastikan lengkap dan berfungsi baik.	☐ Baik ☐ Tidak Baik

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.21
	Lembar Kerja Kalibrasi Resusitator Paru / Neopuff	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 3

D. Pengukuran Keselamatan Listrik

Tipe bagian yang diaplikasikan	☐ B	☐ BF	☐ CF
Kelas Proteksi	☐ I	☐ II	☐ Baterai
Hubungan Utama	☐ DPS	☐ NPS	☐ PIE
Catatan:	PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas		

No.	Parameter	Terukur	Ambang Batas
1	Resistansi Pembumian Protektif	Ω	$\leq 0,3 \Omega$
2	Resistansi Isolasi	$M\Omega$	$> 2 M\Omega$
3	Arus Bocor Peralatan	μA	$\leq 100 \mu A$
4	Arus bocor bagian yang diaplikasikan *	μA	$\leq 50 \mu A$

*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

E. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

nilai tekanan maksimum

Setting UUT (CmH2O)	Pembacaan Standar (CmH2O)	Toleransi
Max Pressure		40 cmH ₂ O-65 cmH ₂ O

Kalibrasi akurasi tekanan resuscitator

Setting UUT (CmH2O)	Pembacaan Standar (CmH2O)					Toleransi
	I	II	III	IV	V	
10						$\pm 20\%$
20						
30						
40						
65						

F. Telaah Teknis

No	Parameter	Hasil Pengamatan	
		Baik	Tidak Baik
1	Kondisi Alat (10)		
2	Keselamatan Listrik (40)		
3	Kinerja Peralatan (50)		

	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.21
	Lembar Kerja Kalibrasi Resusitator Paru / Neopuff	Edisi / Revisi : 01 / 01
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 3

G. Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan

☐

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan

☐

Petugas Kalibrasi :	Entri data oleh :