

		Rapport de Maintenance				ENR-MAINT-22 06/01/2023	
Type	Enregistrement	Version	A	Pagination	1 / 3	Mise à jour le	04/03/2025

20250417 R/M Modification Bac ultrasons

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention : Lidec
Identifiant Machine :
Heures Machine :
Nom du Technicien : Tom
Type d'intervention : Modification
N° de demande : 20250147-DI006
Date d'intervention : 17-04-2025
Durée de l'intervention : 01H00
 détail des Heures si >7H et >1 tech.: 0,5h Tom+0,5h Marc

---- Opérations ----

Descriptif de la modification

Suivant la demande client 20250147-DI 006, modification des vidanges de bac par ajout d'un raccord fileté accompagné d'un tuyau souple de 1 mètre certis au raccord pour faciliter la vidange des bacs US.

--- Photos ---



		Rapport de Maintenance				ENR-MAINT-22 06/01/2023	
Type	Enregistrement	Version	A	Pagination	1 / 3	Mise à jour le	04/03/2025

--	--

Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
	