
PROGRAMME NATIONAL D'IMMUNISATION

CONDUITE A TENIR EN CAS DE BRIS DE LA CHAINE DE FROID DES VACCINS

Il y a bris ou rupture de la chaine de froid lorsque les vaccins sont exposés à une température **A MOINS DE +2°C OU A PLUS +8°C.**

CONDUITE A TENIR :

- Relever au moment du constat :
  - La T° à l'intérieur du réfrigérateur.
  - La date et la durée du bris de la chaîne de froid.
  - Le nom et le N° de lot et la quantité des vaccins concernés par le bris.
- Vérifier et évaluer la qualité des vaccins par :
  - La lecture des PCV si le vaccin a été exposé à **une température de plus de + 8°C**.
  - Le test d'agitation en cas de suspicion de **congélation**.



- Rebrancher le réfrigérateur ou en cas de panne transférer les vaccins dans un autre réfrigérateur fonctionnel pour les conserver « en quarantaine ».
- Différencier les vaccins n'ayant pas subi le bris de la chaîne de froid.
- Informer les responsables hiérarchiques.
- Veiller à se réapprovisionner rapidement en vaccins en cas de rupture de la chaîne de froid pour ne pas arrêter la vaccination.
- Ne pas utiliser ni détruire les vaccins exposés au bris de la chaîne de froid avant d'avoir eu une décision de la part des responsables hiérarchiques.
- Elaborer un rapport de l'évènement du bris de la chaîne de froid et le communiquer à la hiérarchie.

IMPORTANT :

Il ne faut pas considérer que les vaccins exposés à la chaleur ou au froid ne peuvent plus être utilisés avant de vérifier et évaluer leurs états.