

LAPORAN ANALISIS STRONG MOTION (BSMA BMKG)

1. RINGKASAN GUNCANGAN TERKUAT

Stasiun PRJI mencatat guncangan terkuat pada komponen HNE dengan nilai PGA maksimum sebesar 0.162402 m/s² (16.24 Gal). Berdasarkan standar BMKG, guncangan ini masuk dalam kategori:

SKALA II SIG-BMKG (Setara III-V) - DIRASAKAN


Dampak: Dirasakan oleh orang banyak tetapi tidak menimbulkan kerusakan. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang dan jendela kaca bergetar.

2. TABEL PARAMETER STRONG MOTION KESELURUHAN

Channel	PGA (Gal)	PGV (cm/s)	PGD (cm)	Arias (m/s)	Durasi (s)	Intensitas
HNE	16.240	0.5993	0.0275	0.002212	10.89	II (III-V)
HNN	11.459	0.3188	0.0155	0.001872	15.32	II (III-V)
HNZ	6.244	0.1968	0.0078	0.000475	16.91	II (III-V)

3. RESPONSE SPECTRUM (REDAMAN 5%)


Response Spectrum Overlay (N, E, Z) - Stasiun PRJI




LAPORAN ANALISIS STRONG MOTION (BSMA BMKG)

Analisis Kinematik Gelombang Waktu Stasiun: PRJI | Channel: HNE


1. Raw Waveform (HNE)




2. Filtered Acceleration (HNE | PGA: 0.162402 m/s²)



3. Velocity (HNE | PGV: 0.599277 cm/s)




4. Displacement (HNE | PGD: 0.027479 cm)




LAPORAN ANALISIS STRONG MOTION (BSMA BMKG)

Analisis Kinematik Gelombang Waktu Stasiun: PRJI | Channel: HNN


1. Raw Waveform (HNN)




2. Filtered Acceleration (HNN | PGA: 0.114586 m/s²)



3. Velocity (HNN | PGV: 0.318774 cm/s)




4. Displacement (HNN | PGD: 0.015495 cm)




LAPORAN ANALISIS STRONG MOTION (BSMA BMKG)

Analisis Kinematik Gelombang Waktu Stasiun: PRJI | Channel: HNZ


1. Raw Waveform (HNZ)



2. Filtered Acceleration (HNZ | PGA: 0.062441 m/s²)



3. Velocity (HNZ | PGV: 0.196836 cm/s)



4. Displacement (HNZ | PGD: 0.007833 cm)

