GANRICH
ADVISORY

TEKNİK NOT · AB PAZARINA ERİŞİM

İki son tarih ve bir veri tabanı: AB MDR Türk tıbbi cihaz üreticilerinden artık ne istiyor?

Eski sertifikalar 2027 ve 2028 sonunda bitiyor; EUDAMED kaydı 28 Mayıs 2026'dan beri zorunlu. Masada bir revizyon var, ama bu tarihleri değiştirmiyor.

Ahmed Furkan Gül, Kurucu, Ganrich Advisory

Ekim 2026

Yönetici özeti

1. (AB) 2017/745 sayılı AB Tıbbi Cihaz Tüzüğü uyarınca, eski direktifler kapsamında verilmiş sertifikalarla satılmaya devam eden cihazlar AB pazarında ancak sınıf III ve implante edilebilir sınıf IIb cihazlar için 31 Aralık 2027'ye, diğer sınıf IIb, sınıf IIa ve bazı sınıf I cihazlar için 31 Aralık 2028'e kadar kalabiliyor. (AB) 2023/607 sayılı Tüzük bu uzatmaları sıkı koşullara bağladı; bunlar arasında 26 Mayıs 2024'e kadar onaylanmış kuruluşa başvuru ve 26 Eylül 2024'e kadar imzalı sözleşme var.
2. 28 Mayıs 2026'dan beri Avrupa veri tabanı EUDAMED'in dört modülü zorunlu: aktör kaydı, UDI ve cihaz kaydı, onaylanmış kuruluşlar ve sertifikalar, piyasa gözetimi. Üreticiler cihazlarını kaydetmeli ve veriyi güncel tutmalı; piyasadaki cihazlar için geçiş süreleri var.
3. Komisyon 16 Aralık 2025'te MDR için hedefli bir revizyon önerdi. Sertifika yenilemeyi ve bazı dokümantasyonu kolaylaştırabilir; ama Ekim 2026'da hâlâ yasama sürecindeydi ve 2027 ile 2028 son tarihlerini değiştirmiyor. Türk üretici için karar bir portföy önceliklendirmesi: hangi cihazlar zamanında belgelendirilecek, hangileri yeniden tasarlanacak, hangileri geri çekilecek.

Ne değişti?

MDR 26 Mayıs 2021'den beri uygulanıyor. Eski Tıbbi Cihaz Direktifi veya Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Direktifi kapsamında belgelendirilmiş cihazlara, yani "eski" (legacy) cihazlara, geçiş süreleri tanındı; (AB) 2023/607 sayılı Tüzük bu süreleri Mart 2023'te uzattı.

Uzatma koşullu. Üreticinin 26 Mayıs 2024'e kadar MDR'ye uygun bir kalite yönetim sistemi kurmuş, aynı tarihe kadar bir onaylanmış kuruluşa resmî başvuru yapmış ve 26 Eylül 2024'e kadar onaylanmış kuruluşla yazılı sözleşme imzalamış olması gerekiyordu. Cihazın tasarımında veya kullanım amacında önemli değişiklik yapılmamalı. Bu koşulları karşılamayan cihazlar uzatmadan yararlanamıyor.

(AB) 2024/1860 sayılı Tüzük, EUDAMED'in kademeli devreye alınmasını ve 10 Ocak 2025'ten itibaren, üreticilerin belirli cihazların tedarikini kesintiye uğratmayı veya durdurmayı beklediklerinde makamları ve müşterileri önceden bilgilendirme yükümlülüğünü getirdi.

27 Kasım 2025'te yayımlanan (AB) 2025/2371 sayılı Komisyon Kararı dört EUDAMED modülünün işler durumda olduğunu teyit etti. Bunların kullanımı altı ay sonra, 28 Mayıs 2026'da zorunlu hale geldi. Klinik araştırma ve vijilans modülleri daha sonra gelecek.

16 Aralık 2025'te Komisyon, MDR ve In Vitro Tanı Tüzüğü için hedefli bir revizyon önerdi. Başka değişikliklerin yanında, sabit beş yıllık sertifika geçerliliği yerine riske dayalı periyodik gözden

geçirme getirecek ve daha fazla bilginin dijital olarak sağlanmasına izin verecek. Ekim 2026'da Parlamento ve Konsey öneriyi hâlâ inceliyordu; kabulün 2027 sonundan önce olması beklenmiyor.

Türkiye, Tıbbi Cihaz Yönetmeliğini 2021'de MDR ile uyumlu hale getirdi; cihazlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) yönettiği Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydediliyor.

Yükümlülüğün arkasındaki karar

Birçok Türk üretici için asıl kısıt yasanın metni değil, onaylanmış kuruluş kapasitesi ve klinik kanıtın maliyeti. Her eski cihazın net bir yolu olmalı: son tarihinden önce MDR kapsamında belgelendirmek, tasarımı değiştirip yeni bir cihaz olarak belgelendirmek ya da AB'de satışı durdurmak.

Bu, MDR'yi bir portföy kararına dönüştürüyor. AB satışı güçlü ve klinik verisi iyi olan cihazlar maliyeti hak ediyor. Düşük hacimli varyantları birleştirmek veya geri çekmek daha doğru olabilir. Distribütörlerin ve hastane alıcılarının planı erken bilmesi gerekiyor; 2025'ten beri yasa tedarik kesintilerinin önceden bildirilmesini de istiyor.

EUDAMED bir veri disiplini ekliyor. Aktör, cihaz ve sertifika verisi doğru, etiketlerle tutarlı ve güncel olmalı. Hatalar artık makamlara, kısmen de kamuya görünür.

Sık yapılan beş yanlış okuma

"Süreler uzatıldı, vaktimiz var." Yalnızca 2024 koşullarını karşılayan cihazlar için ve yalnızca 2027 veya 2028 sonuna kadar. Onaylanmış kuruluş incelemeleri aylar sürüyor.

"Revizyon süreleri yine uzatacak." Aralık 2025 önerisi sistemin işleyişini hedefliyor, 2027 ve 2028 tarihlerini değil; çoğu eski cihaza yetişecek zamanda da kabul edilmeyecek.

"EUDAMED onaylanmış kuruluşun işi." Üreticiler kendilerini ve cihazlarını kaydediyor; onaylanmış kuruluşlar sertifikaları yüklüyor.

"Türkiye kaydımız AB'yi de kapsar." Kurallar uyumlu olsa da ÜTS kaydı ile EUDAMED kaydı ayrı.

"Sınıf I cihazlar etkilenmiyor." Steril veya ölçüm fonksiyonlu cihazlar ve MDR ile üst sınıfa geçenler gibi bazı sınıf I cihazlar geçiş rejiminin içinde.

Yönetim ekibi için sorular

1. Hangi cihazlarımız AB pazarında hâlâ eski sertifikalarla bulunuyor ve her birine hangi son tarih uygulanıyor?
2. Her biri 2024 başvuru ve sözleşme koşullarını karşıladı mı?
3. Her cihaz onaylanmış kuruluş incelemesinin neresinde ve hangi kanıtlar hâlâ eksik?
4. Hangi cihazlar tam MDR belgelendirmesini haklı kılacak kadar AB geliri taşıyor?
5. Hangi varyantlar birleştirilebilir, yeniden tasarlanabilir veya geri çekilebilir?
6. EUDAMED'deki aktör, UDI ve cihaz verimiz eksiksiz ve etiketlerimizle tutarlı mı?
7. Bir cihazın tedariki kesintiye uğrayacaksa distribütörleri ve makamları kim bilgilendiriyor?
8. Önerilen revizyon kabul edilirse 2028 sonrası planlarımızı nasıl değiştirir?

İyi bir ilk adımın ürettikleri

İyi bir ilk adım, bir portföy önceliklendirmesidir: AB'ye satılan her cihaz, sertifika dayanağı ve son tarihi, geliri, kanıt eksikleri ve önerilen yol. Sonunda yönetimin elinde onaylanmış kuruluş için sıralı bir plan, birleştirilecek veya geri çekilecek cihazların listesi ve EUDAMED verisinin bir sahibi olmalı.

Ganrich Advisory bunu mevzuat, klinik ve ticari ekiplerinizle yürütür; onaylanmış kuruluşlar ve mevzuat uzmanlarıyla koordinasyon kurar. Onaylanmış kuruluş değiliz ve klinik değerlendirme hazırlamıyoruz. Çalışma yöntemini, portföye bağlı olduğu için, basılı metinde değil görüşmede paylaşıyoruz.

Görüşme başlatın

furkangul@ganrichadvisory.com · ganrichadvisory.com

Bu not hakkında. Bu not, 24–25 Ekim 2026 tarihlerinde kontrol edilen resmî kaynaklara dayanır. Genel bilgi niteliğindedir; hukuki, gümrük, vergi veya mühendislik danışmanlığı değildir. Kurallar, eşikler ve tarihler değişebilir; harekete geçmeden önce resmî kaynaklardan teyit edin. Herhangi bir müşteri çalışmasını veya sonucunu anlatmaz.

Kaynaklar: (AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü: eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj · Geçiş hükümlerini değiştiren (AB) 2023/607 sayılı Tüzük: eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/607/oj · EUDAMED ve tedarik kesintisine ilişkin (AB) 2024/1860 sayılı Tüzük: eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1860/oj · Avrupa Komisyonu, EUDAMED: health.ec.europa.eu/medical-devices-eudamed

© 2026 Ganrich Advisory