

استبعاد - إيقاف (مورد) خلال الفترة من البداية إلى ٢٠٢٣/١٢/٤

الأسباب	الموديل	الماركة	الرقم المسلسل	الباركود	اسم الأصل	تاريخ طلب الاستبعاد	الحالة	رقم الاستبعاد	اسم المستشفى	٩
- إيقاف إنتاج قطع الغيار	Gemmy	Yco-NO1	808812	Y0V	Incubators, Laboratory, Thermocycling	١	فتح	SEXHLD1	مستشفى الشرطة بالأسكندرية	\
- مقايسة الوكيل للإصلاح أكبر من 50% من قيمة الأصل	OPTOVUE	Rtvue100	10778	۲۰۰۸۰۱۰۳۰	opthalmology,ct scaning	۹:٥٥ ۲۰۲۳/۱۲/٤ ص	فتح	SEXHLD4	مستشفى الشرطة بالأسكندرية	۲

۱/۱ تمت الطباعة بواسطة ۱/۱