



Información del dispositivo

Modelo de dispositivo: RC-4HC
Número de serie: EF7212102054
Espacio total: 16000

Probe Type: Temperatura & Humedad
Versión de firmware: V2,0

Información de itinerario

Número de viaje: N/A
Descripción del viaje: RC-4HC Data Logger

Config. Info

Presiona el botón: Inhabilitar
Tono de botón: Inhabilitar
Tono de alarma: Inhabilitar

Intervalo de registro: 15m
Intervalo de registro acortado en alarma: --
Modo de almacenamiento: --

Umbral de alarma

H1: Encima: 60,0°C
Zona ideal: Ilimitado
L1: Abajo: -30,0°C

HH: Encima: 90,0%
Zona ideal: Ilimitado
HL: Abajo: 20,0%


Estado de alarma

Ok
Ok
Ok
Ok

Resumen

Máximo: 27,1°C / 56,6%
Mínimo: 22,7°C / 42,2%
Promedio: 24,4°C / 48,5%
MKT: 24,4°C
Hora de alarma(Te): N/A
Hora de alarma(Humedad): N/A

hora de apertura: 2023-03-12 14:44:10
Hora de parada esperada: 2023-03-12 18:59:10
Tiempo de grabación: 5d 3h 45m
Puntos totales: 579
Lecturas actuales: 18



2023-03-12	25,0°C	46,2%
14:59:10	23,5°C	53,3%
15:14:10	24,8°C	54,4%
15:29:10	25,8°C	48,0%
15:44:10	22,8°C	46,2%
15:59:10	23,3°C	47,9%
16:14:10	25,5°C	56,6%
16:29:10	27,1°C	54,5%
16:44:10	26,2°C	44,9%
16:59:10	24,1°C	42,5%
17:14:10	22,8°C	43,0%
17:29:10	22,7°C	42,2%
17:44:10	23,6°C	50,8%
17:59:10	24,5°C	46,3%
18:14:10	23,4°C	42,9%
18:29:10	23,8°C	47,5%
18:44:10	24,4°C	52,6%
18:59:10	25,1°C	53,3%