



## Información del dispositivo

Modelo de dispositivo:	RC-4HC	Probe Type:	Temperatura & Humedad
Número de serie:	EF721B100197	Versión de firmware:	V2,2
Espacio total:	16000		

## Información de itinerario

Número de viaje:	N/A
Descripción del viaje:	RC-4HC Data Logger UNIDAD DE TRANSPORTE GCT-2889

## Config. Info

Presiona el botón:	Habilitar	Intervalo de registro:	10m
Tono de botón:	Habilitar	Intervalo de registro acortado en alarma:	--
Tono de alarma:	3 veces	Modo de almacenamiento:	--

## Umbral de alarma


H1: Encima: 30,0°C	
Zona ideal:	Ilimitado
L1: Abajo: 15,0°C	
HH: Encima: 70,0%	
Zona ideal:	Ilimitado
HL: Abajo: 10,0%	

## Estado de alarma

Alarm
Ok
Ok
Ok

## Resumen

Máximo:	30,6°C / 67,7%	hora de apertura:	2022-05-11 15:38:51
Mínimo:	20,0°C / 32,8%	Hora de parada esperada:	2022-05-11 21:38:51
Promedio:	27,9°C / 56,7%	Tiempo de grabación:	6h 30m
MKT:	28,0°C	Puntos totales:	259
Hora de alarma(Te):	2022-05-11 15:58:51	Lecturas actuales:	37
Hora de alarma(Humedad):	N/A		



2022-05-11	24,3°C	42,3%					
15:48:51	28,2°C	39,9%					
15:58:51	30,6°C	38,8%					
16:08:51	25,7°C	32,8%					
16:18:51	27,1°C	38,2%					
16:28:51	26,4°C	45,0%					
16:38:51	27,9°C	38,3%					
16:48:51	24,6°C	57,3%					
16:58:51	28,5°C	56,2%					
17:08:51	29,7°C	59,7%					
17:18:51	30,4°C	62,3%					
17:28:51	28,4°C	41,7%					
17:38:51	25,9°C	38,0%					
17:48:51	25,9°C	51,1%					
17:58:51	27,3°C	55,2%					
18:08:51	27,9°C	58,3%					
18:18:51	28,9°C	67,7%					
18:28:51	29,0°C	64,9%					
18:38:51	29,0°C	63,6%					
18:48:51	28,9°C	63,3%					
18:58:51	28,8°C	63,2%					
19:08:51	28,6°C	63,2%					
19:18:51	28,4°C	63,5%					
19:28:51	28,3°C	63,7%					
19:38:51	28,3°C	63,8%					
19:48:51	28,4°C	63,8%					
19:58:51	28,5°C	63,6%					
20:08:51	28,5°C	63,5%					
20:18:51	28,6°C	63,3%					
20:28:51	28,6°C	63,2%					
20:38:51	28,7°C	63,2%					
20:48:51	28,9°C	66,8%					
20:58:51	28,7°C	66,3%					
21:08:51	28,5°C	67,2%					
21:18:51	28,3°C	67,6%					
21:28:51	28,2°C	66,6%					
21:38:51	20,0°C	53,0%					