



Información del dispositivo

Modelo de dispositivo: RC-4HC
Número de serie: EF721B100197
Espacio total: 16000

Probe Type: Temperatura & Humedad
Versión de firmware: V2,2

Información de itinerario

Número de viaje: N/A
Descripción del viaje: RC-4HC Data Logger

Config. Info

Presiona el botón:	Habilitar	Intervalo de registro:	15m
Tono de botón:	Inhabilitar	Intervalo de registro acortado en alarma:	--
Tono de alarma:	Inhabilitar	Modo de almacenamiento:	--

Umbral de alarma

Estado de alarma

H1: Encima: 60,0°C
Zona ideal: Ilimitado
L1: Abajo: -30,0°C

HH: Encima: 90,0%
Zona ideal: Ilimitado
HL: Abajo: 20,0%

Ok
Ok
Ok
Ok


Resumen

Máximo: 36,2°C / 74,5%
Mínimo: 22,1°C / 29,6%
Promedio: 27,6°C / 42,5%
MKT: 28,4°C
Hora de alarma(Te): N/A
Hora de alarma(Humedad): N/A

hora de apertura: 2023-03-07 08:12:34
Hora de parada
esperada: 2023-03-07 14:12:34
Tiempo de grabación: 5d
Puntos totales: 481
Lecturas actuales: 25

— Temperatura°C ... Falla

— Humedad%



2023-03-07	25.6°C	74.5%
08:27:34	25.3°C	52.8%
08:28:24	25.8°C	44.1%
08:57:34	26.4°C	48.3%
09:12:34	26.6°C	48.8%
09:27:34	26.3°C	41.1%
09:42:34	26.8°C	41.2%
09:57:34	27.4°C	42.6%
10:12:34	28.6°C	56.0%
10:27:34	31.4°C	40.9%
10:42:34	32.1°C	36.1%
10:57:34	33.1°C	46.3%
11:12:34	34.5°C	44.6%
11:27:34	36.2°C	42.9%
11:42:34	34.3°C	36.1%
11:57:34	27.4°C	34.6%
12:12:34	24.1°C	32.8%
12:27:34	23.2°C	38.8%
12:42:34	23.0°C	31.9%
12:57:34	29.6°C	45.8%
13:12:34	28.4°C	29.6%
13:27:34	23.2°C	34.9%
13:42:34	24.6°C	37.2%
13:57:34	23.3°C	31.4%
14:12:34	22.1°C	48.1%