

除水目標値と引き残しを
正しく書き換えてください

①医師「今日からDW0.5kg上げます（70.5kg）」

2024/02/17（土） 18:45:56
日機装 太郎 様
ベッドNo：06
透析時間：4時間00分
DW：70.0 kg
【前】体重：73.3 kg
除水目標値：3.2 kg
引き残し：0.3 kg

3.0

0.5

④トイレ離脱後、車いす(重さ10.0kg)ごと体重測定
トイレ前85.0kgトイレ後84.8kg

2024/02/17（土） 18:46:21
日機装 太郎 様
ベッドNo：06
透析時間：4時間00分
DW：70.0 kg
【前】体重：72.5 kg
除水目標値：2.7 kg
引き残し：0.0 kg

2.5

0.2

②コンソール医師指示

「DW可能なら下げてください（下限69.5kg）」
血圧良さそうなので今日は余分に除水できそう

2024/02/17（土） 18:46:21
日機装 太郎 様
ベッドNo：06
透析時間：4時間00分
DW：70.0 kg
【前】体重：72.5 kg
除水目標値：2.7 kg
引き残し：0.0 kg

3.2

-0.5

⑤トイレ離脱後、車いす(重さ10.0kg)ごと体重測定
トイレ前85.0kgトイレ後84.8kg

2024/02/17（土） 18:45:56
日機装 太郎 様
ベッドNo：06
透析時間：4時間00分
DW：70.0 kg
【前】体重：73.3 kg
除水目標値：3.2 kg
引き残し：0.3 kg

3.2

0.3

③透析開始後、

患者「今日いつもの服に加えて余分に一枚着てきたん
やけど言うの忘れてた！！余分な服の重さ200gなんやわ」
※後体重測定時は余分な服を着て測定するものとする

2024/02/17（土） 18:46:21
日機装 太郎 様
ベッドNo：06
透析時間：4時間00分
DW：70.0 kg
【前】体重：72.5 kg
除水目標値：2.7 kg
引き残し：0.0 kg

2.5

0.2

⑥DWよりマイナスでの入室

医師「今日は除水なしでリンス分も引かなくていいよ」

2024/02/17（土） 18:46:44
日機装 太郎 様
ベッドNo：06
透析時間：4時間00分
DW：70.0 kg
【前】体重：69.5 kg
除水目標値：0.0 kg
引き残し：0.0 kg

-0.3

除水目標値と引き残しを
正しく書き換えてください

- ⑦医師「今日からDW69.0kgにしたいので
そのように除水してください」

2024/02/17 (土) 18:46:44
日機装 太郎 様
ベッドNo : 06
透析時間 : 4時間00分
DW : 70.0 kg
【前】体重 : 69.5 kg
除水目標値 : 0.0 kg
引き残し : 0.0 kg

0.7
-1.0

- ⑧トイレ離脱後、車いすごと(重さ10.0kg)ごと体重測定
トイレ前85.0kgトイレ後84.5kg
看護助手「間に合わなくてズボンとおむつ変えました！
ズボンが200g→100gへ、おむつの重さはかわりません」

2024/02/17 (土) 18:46:21
日機装 太郎 様
ベッドNo : 06
透析時間 : 4時間00分
DW : 70.0 kg
【前】体重 : 72.5 kg
除水目標値 : 2.7 kg
引き残し : 0.0 kg

2.3
0.1

- ⑨医師「前体重より－1.0kgで終わるように除水設定し
てください」

2026/01/03 (土) 16:13:59
日機装 太郎 様
ベッドNo : 01
透析時間 : 4時間00分
DW : 未設定
【前】体重 : 69.5 kg
除水目標値 : 0.0 kg
引き残し : 69.7 kg

1.2
68.5