

血液回路をベッドに掛ける際、誤った箇所で鉗子を咬んでしまい、血液回路に亀裂が生じて血液が漏れた事例が発生しました。

鉗子の操作についての説明と注意喚起させていただきます。

当センターで使用している鉗子は最大3段階はさみ幅を調節できるようになっています。チューブを鉗子で咬む場合は、**2段階**にするようにお願いします。



鉗子でチューブを咬む際は、咬む場所の真ん中で咬むようにしてください。



