

除水目標値と引き残しを
正しく書き換えてください

①医師「今日からDW0.5kg上げます（70.5kg）」

2024/02/17（土） 18:45:56
日機装 太郎 様
ベッドNo：06
透析時間：4時間00分
DW：70.0 kg
【前】体重：73.3 kg
除水目標値：3.2 kg
引き残し：0.3 kg

④トイレ離脱後、車いす(重さ10.0kg)ごと体重測定
トイレ前85.0kgトイレ後84.8kg

2024/02/17（土） 18:46:21
日機装 太郎 様
ベッドNo：06
透析時間：4時間00分
DW：70.0 kg
【前】体重：72.5 kg
除水目標値：2.7 kg
引き残し：0.0 kg

②コンソール医師指示

「DW可能なら下げてください（下限69.5kg）」
血圧良さそうなので今日は余分に除水できそう

2024/02/17（土） 18:46:21
日機装 太郎 様
ベッドNo：06
透析時間：4時間00分
DW：70.0 kg
【前】体重：72.5 kg
除水目標値：2.7 kg
引き残し：0.0 kg

⑤トイレ離脱後、車いす(重さ10.0kg)ごと体重測定
トイレ前85.0kgトイレ後84.8kg

2024/02/17（土） 18:45:56
日機装 太郎 様
ベッドNo：06
透析時間：4時間00分
DW：70.0 kg
【前】体重：73.3 kg
除水目標値：3.2 kg
引き残し：0.3 kg

③透析開始後、

患者「今日いつもの服に加えて余分に一枚着てきたん
やけど言うの忘れてた！！余分な服の重さ200gなんやわ」

2024/02/17（土） 18:46:21
日機装 太郎 様
ベッドNo：06
透析時間：4時間00分
DW：70.0 kg
【前】体重：72.5 kg
除水目標値：2.7 kg
引き残し：0.0 kg

⑥DWよりマイナスでの入室

医師「今日は除水なしでリンス分も引かなくていいよ」

2024/02/17（土） 18:46:44
日機装 太郎 様
ベッドNo：06
透析時間：4時間00分
DW：70.0 kg
【前】体重：69.5 kg
除水目標値：0.0 kg
引き残し：0.0 kg

除水目標値と引き残しを
正しく書き換えてください

- ⑦医師「今日からDW69.0にしたいので
そのように除水してください」



- ⑧トイレ離脱後、車いすごと体重測定
トイレ前85.0kgトイレ後84.5kg
看護助手「間に合わなくてズボンとおむつ変えました！
ズボンが200g→100gへ、おむつの重さはかわりません」



- ⑨医師「前体重よりー1.0kgで終わるように除水設定し
てください」

