

「除水計算の疑問解決！書き換え事例集」

透析室教育チーム

除水量制限

一回の透析にて血圧低下を防ぐため
除水量制限（当日除水量の最大値）を設定している

除水量制限は医師指示で患者によって異なる

除水量制限 < 今日の除水量 の場合、**引き残し** として
表示される

リンス

透析中に体に入る余分な水のこと
リンス=0.2kg（200ml）

同時脱血はA側・V側両方合わせて約100mlの除水（脱血）を行う

返血はA側・V側両方合わせて約300ml体内に入る
→返血時のほうが200ml多い（=**体内へ約200ml入る**）

そのため0.2kg余分にリンス分として除水を行う
リンス分を足し除水量が0.1kg以上になる場合は

除水目標値と引き残しを正しく書き換えてください

①医師「今日からDW0.5kg上げます
(70.5kg)」

2024/02/17 (土) 18:45:56
日機装 太郎 様
ベッドNo : 06
透析時間 : 4時間00分
DW : 70.0 kg
【前】体重 : 73.3 kg
除水目標値 : 3.2 kg
引き残し : 0.3 kg

②コンソール医師指示
「DW可能なら下げてください(下限69.5kg)」
血圧良さそうなので今日は余分に除水できそう

2024/02/17 (土) 18:46:21
日機装 太郎 様
ベッドNo : 06
透析時間 : 4時間00分
DW : 70.0 kg
【前】体重 : 72.5 kg
除水目標値 : 2.7 kg
引き残し : 0.0 kg

③透析開始後、
患者「今日いつもの服に加えて余分に一枚着てきたん
やけど言うの忘れてた！！余分な服の重さ200gなんや
わ」

2024/02/17 (土) 18:46:21
日機装 太郎 様
ベッドNo : 06
透析時間 : 4時間00分
DW : 70.0 kg
【前】体重 : 72.5 kg
除水目標値 : 2.7 kg
引き残し : 0.0 kg

除水目標値と引き残しを正しく書き換えてください

- ④トイレ離脱後、車いす(重さ10.0kg)ごと体重測定
トイレ前85.0kgトイレ後84.8kg

2024/02/17 (土) 18:46:21
日機装 太郎 様
ベッドNo : 06
透析時間 : 4時間00分
DW : 70.0 kg
【前】体重 : 72.5 kg
除水目標値 : 2.7 kg
引き残し : 0.0 kg

- ⑤トイレ離脱後、車いす(重さ10.0kg)ごと体重測定
トイレ前85.0kgトイレ後84.8kg

2024/02/17 (土) 18:45:56
日機装 太郎 様
ベッドNo : 06
透析時間 : 4時間00分
DW : 70.0 kg
【前】体重 : 73.3 kg
除水目標値 : 3.2 kg
引き残し : 0.3 kg

- ⑥DWよりマイナスでの入室
医師「今日は除水なしでリンス分も引かなくていいよ」

2024/02/17 (土) 18:46:44
日機装 太郎 様
ベッドNo : 06
透析時間 : 4時間00分
DW : 70.0 kg
【前】体重 : 69.5 kg
除水目標値 : 0.0 kg
引き残し : 0.0 kg

除水目標値と引き残しを正しく書き換えてください

⑦医師「今日からDW69.0にしたいので
そのように除水してください」

2024/02/17 (土) 18:46:44

日機装 太郎 様

ベッドNo : 06

透析時間 : 4時間00分

DW : 70.0 kg

【前】体重 : 69.5 kg

除水目標値 : 0.0 kg

引き残し : 0.0 kg

⑧トイレ離脱後、車いす(重さ10.0kg)ごと体重測定
トイレ前85.0kgトイレ後84.5kg
看護助手「間に合わなくてトイレ中にズボンとお
むつを
変えました！ズボンが200g→100gへ、おむつの重
さは
同じです」

2024/02/17 (土) 18:46:21

日機装 太郎 様

ベッドNo : 06

透析時間 : 4時間00分

DW : 70.0 kg

【前】体重 : 72.5 kg

除水目標値 : 2.7 kg

引き残し : 0.0 kg

⑨医師「前体重より－1.0kgで終わるように除水設
定し
てください」

2026/01/03 (土) 16:13:59

日機装 太郎 様

ベッドNo : 01

透析時間 : 4時間00分

DW : 未設定

【前】体重 : 69.5 kg

除水目標値 : 0.0 kg

引き残し : 69.7 kg