

オーバーテーブル・ローテーブル 物品準備



ネームプレート

UF → 除水プログラム入
空欄 → プログラム無し

抗凝固剤
ヘパリン → 青 5000単位
ヘパリン → 緑 10000単位
低分子 → 黄 3000単位
低分子 → 橙 5000単位
ナファモ → 桃

ダイアライザーor
ヘモダイアフィルター

APS-15SA

抗凝固剤 (ヘパリン)	初回 4ml	持続 2.0ml
	残量 16ml	60分前
消毒薬	Etノール	
A穿刺針	クランプキャス16G	
V穿刺針	クランプキャス16G	

患者名 様

消毒薬 エタノール
ヒビテン
CHG消毒綿

穿刺針 クランプキャス16G・17G
AVF16G・17G

患者名の背景が青色
→ 感染症患者

抗凝固剤
初回 → ワンショット量
残量 → ワンショット後（透析開始直後）の
抗凝固剤の残量
持続 → 1時間あたりの持続注入量
～分前 → 抗凝固剤のカット（止め）時間
透析終了～分前に抗凝固剤注入ストップ