

DCS-200Si

透析残り時間 1:14

静脈圧

105

mmHg

透析液圧

140

mmHg

除水量積算

2.01

除水量設定

2.90

除水速度

0.73

L/h

血圧計

成人

体温

設定

X

最高血圧

134

mmHg

最低血圧

94

mmHg

脈拍

122

bpm

測定 15:20

測定時刻

最高

最低

平均

脈拍

13	14:25	127	80	95	123
14	14:45	138	91	106	124
15	15:04	90	71	77	120
16	15:04	108	71	83	123
17	15:20	134	94	107	122

自動測定待ち (1 分)

連続測定

自動測定
15分間隔

開始

IP速度

3.0

[20mL] mL/h

透析液温度

36.0

℃

透析液濃度

14.3

mS/cm

透析液流量

500

mL/min

運転

停止

緊急補液

0.00L

返血

D-FAS

血流量 [φ6.6]

250

mL/min

ESBG

NIKKISO