

ナファモスタット 溶解 計算

1V（バイアル）=50mg のナファモスタットを使用。

3V→15ml 4V→20ml の 5%ブドウ糖液（TZ）で溶解。

「 」内は医師指示とし、ワンショット無しカット無しとする。

問1「ナファモスタット 40mg/hr」

IP 速度（持続速度）の設定は？

問2「ナファモスタット 50mg/hr」

IP 速度（持続速度）の設定は？

問3「ナファモスタット 40mg/hr」

毎回4時間透析の人が次回のみ3.5時間透析と医師指示。

回次のナファモスタットは何V用意すればよい？理由も述べよ。

ただし必要最低限のバイアルを使用すること。



問4 「ナファモスタット 40mg/hr」

間違えて 3V を 20ml で溶解してしまった。

どう対処すればよい？

(キーワード “IP 速度” を使用し、具体的な数値も解答すること。)

問5 「ナファモスタット 40mg/hr」

3 時間透析の人が透析開始後、その日のみ 1 時間延長で ECUM と医師指示。

3V で溶解していた場合、ナファモスタットは足りる？足りない？

足りない場合、どれだけ足りないか、

もし追加が必要であれば、何 V を何 ml の 5 %TZ で追加溶解すればよいか。

ただし必要最低限のバイアルを使用すること。

氏名 _____

問1

ml/hr

問2

ml/hr

問3

V

理由

問4 (キーワード “IP 速度”)

問5

足る ・ 足らない

足らないを選んだ場合

- どれだけ足らないか
- 何 V を何 ml の 5 %TZ で追加溶解すればよいか