

# 「除水計算の疑問解決！書き換え事例集」

透析室教育チーム

## 除水量制限

一回の透析にて血圧低下を防ぐため  
除水量制限（当日除水量の最大値）を設定している

除水量制限は医師指示で患者によって異なる

**除水量制限 < 今日の除水量** の場合、**引き残し** として  
表示される

## リンス

透析中に体に入る余分な水のこと  
リンス=0.2kg（200ml）

同時脱血はA側・V側両方合わせて約100mlの除水（脱血）を行う

返血はA側・V側両方合わせて約300ml体内に入る  
→返血時のほうが200ml多い（=**体内へ約200ml入る**）

そのため0.2kg余分にリンス分として除水を行う  
リンス分を足し除水量が0.1kg以上になる場合は

## 除水目標値と引き残しを正しく書き換えてください

①医師「今日からDW0.5kg上げます  
(70.5kg)」

2024/02/17 (土) 18:45:56  
日機装 太郎 様  
ベッドNo : 06  
透析時間 : 4時間00分  
DW : 70.0 kg  
【前】体重 : 73.3 kg  
除水目標値 : 3.2 kg  
引き残し : 0.3 kg

②コンソール医師指示  
「DW可能なら下げてください(下限69.5kg)」  
血圧良さそうなので今日は余分に除水できそう

2024/02/17 (土) 18:46:21  
日機装 太郎 様  
ベッドNo : 06  
透析時間 : 4時間00分  
DW : 70.0 kg  
【前】体重 : 72.5 kg  
除水目標値 : 2.7 kg  
引き残し : 0.0 kg

③透析開始後、  
患者「今日いつもの服に加えて余分に一枚着てきたん  
やけど言うの忘れてた！！余分な服の重さ200gなんや  
わ」

2024/02/17 (土) 18:46:21  
日機装 太郎 様  
ベッドNo : 06  
透析時間 : 4時間00分  
DW : 70.0 kg  
【前】体重 : 72.5 kg  
除水目標値 : 2.7 kg  
引き残し : 0.0 kg

## 除水目標値と引き残しを正しく書き換えてください

④トイレ離脱後、車いす(重さ10.0kg)ごと体重測定  
トイレ前85.0kgトイレ後84.8kg

2024/02/17 (土) 18:46:21  
日機装 太郎 様  
ベッドNo : 06  
透析時間 : 4時間00分  
DW : 70.0 kg  
【前】体重 : 72.5 kg  
除水目標値 : 2.7 kg  
引き残し : 0.0 kg

⑤トイレ離脱後、車いす(重さ10.0kg)ごと体重測定  
トイレ前85.0kgトイレ後84.8kg

2024/02/17 (土) 18:45:56  
日機装 太郎 様  
ベッドNo : 06  
透析時間 : 4時間00分  
DW : 70.0 kg  
【前】体重 : 73.3 kg  
除水目標値 : 3.2 kg  
引き残し : 0.3 kg

⑥DWよりマイナスでの入室  
医師「今日は除水なしでリンス分も引かなくていいよ」

2024/02/17 (土) 18:46:44  
日機装 太郎 様  
ベッドNo : 06  
透析時間 : 4時間00分  
DW : 70.0 kg  
【前】体重 : 69.5 kg  
除水目標値 : 0.0 kg  
引き残し : 0.0 kg

## 除水目標値と引き残しを正しく書き換えてください

⑦医師「今日からDW69.0にしたいので  
そのように除水してください」

2024/02/17 (土) 18:46:44

日機装 太郎 様

ベッドNo : 06

透析時間 : 4時間00分

DW : 70.0 kg

【前】体重 : 69.5 kg

除水目標値 : 0.0 kg

引き残し : 0.0 kg

⑧トイレ離脱後、車いす(重さ10.0kg)ごと体重測定  
トイレ前85.0kgトイレ後84.5kg  
看護助手「間に合わなくてトイレ中にズボンとお  
むつを  
変えました！ズボンが200g→100gへ、おむつの重  
さは  
同じです」

2024/02/17 (土) 18:46:21

日機装 太郎 様

ベッドNo : 06

透析時間 : 4時間00分

DW : 70.0 kg

【前】体重 : 72.5 kg

除水目標値 : 2.7 kg

引き残し : 0.0 kg

⑨医師「前体重よりー1.0kgで終わるように除水設  
定し  
てください」

2026/01/03 (土) 16:13:59

日機装 太郎 様

ベッドNo : 01

透析時間 : 4時間00分

DW : 未設定

【前】体重 : 69.5 kg

除水目標値 : 0.0 kg

引き残し : 69.7 kg