

うちで使っているダイアライザー

APS→PS 膜。基本これ、とりあえず APS から使ってみる。

PN→PS 膜。PN220X は毒素の抜けがいい目的で使用。あと安いから残してあるみたい…。

PES→PES 膜。PS 系とほぼ特徴変わらず。転院前の病院で PES 使ってたから一緒に使いたい患者とか用に一応残してあるけど…的な感じ。

FB→セルロース膜。PVP(水通しやすくするための添加物)無し。PS 系使って血圧低下ある場合、おそらく PVP のせいなので FB に変更(多少毒素の抜けは悪いけど)

NF→PMMA 膜。サイトカインとか色々吸着効果あり。血圧高い人を先生よく NF に変えてますね…(なんかの吸着？目的らしい)

H12→PAN 膜。アルブミン抜けにくいから低アルブミンの人によく使う。

うちで使ってるヘモダイアフィルター

ABH→PS 膜

GDF→PEPA 膜

FIX→セルロース膜

増田先生が、体に合う合わないあるから何種類か欲しいって言って 3 種類用意してあります。

FIX はヘモダイアフィルターの中でアルブミンが抜けにくいタイプです。