

Cs-137
09/24/2026
300 s live
raw
background subtracted
Ba K x rays
backscatter
Compton edge
661.7
Counts / 1 keV (10^3)
Ba-133
09/24/2026
300 s live
low-energy peaks offset:
NaI non-proportionality;
calibration valid 280-662 keV
Cs K x rays
81.0
302.9
356.0
383.8
Na-22
09/24/2026
300 s live
Compton edge
511.0
Energy (keV)