

Что такое асептика: {

- ~ Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов в ране и в организме в целом.
 - ~ уничтожение болезнетворных микроорганизмов
 - ~ уничтожение всего живого (бактерии, споры, вирусы)
 - = комплекс мероприятий, предупреждающий попадание микроорганизмов в рану
- }

Что такое антисептика это: {

- = комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов в ране и в организме в целом
 - ~ уничтожение болезнетворных микроорганизмов
 - ~ уничтожение всего живого (бактерии, споры, вирусы)
 - ~ комплекс мероприятий, предупреждающий попадание микроорганизмов в рану
- }

Что такое стерилизация это: {

- ~ комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов в ране и в организме в целом
 - ~ уничтожение болезнетворных микроорганизмов
 - = уничтожение всего живого (бактерии, споры, вирусы)
 - ~ комплекс мероприятий, предупреждающий попадание микроорганизмов в рану
- }

Что такое дезинфекция: {

- ~ комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов в ране и в организме в целом
 - = уничтожение болезнетворных микроорганизмов
 - ~ умерщвление микроорганизмов всех видов
 - ~ комплекс мероприятий, предупреждающий попадание микроорганизмов в рану
- }

Укажите какой пункт в последовательных этапах предстерилизационной обработки хирургических инструментов после чистой операции является ошибкой: {

- ~ промывание под проточной водой сразу после операции и полоскание
- ~ замачивание в моющем растворе при температуре 50⁰С на 15 мин. Состав моющего раствора: 17мл.пергидроля, 5г.мс (Прогресс, Астра, Айна, Лотос), 978 мл. воды, или 5г.мс «Биолот» на 995мл.питьевой воды.
- ~ мытье в этом же растворе в течение 0,5 мин

- ~ ополаскивание под проточной и дистиллированной водой
- ~ сушка инструментов горячим воздухом в сушильном шкафу при температуре 80-85°C
- = ополаскивание под проточной водой в течение 0,5 мин.
- }

В течение 1 мин. обрабатывают руки перед операцией в растворе: {

- ~ гипобитана
- = первомура (С-4)
- ~ нашатырного спирта
- ~ йодоната
- }

Основоположником антисептического метода в хирургии является: {

- ~ Гиппократ
- ~ Л.Пастер
- = Д.Листер
- ~ Н.И.Пирогов
- }

Основоположником асептики является: {

- = Бергман
- ~ Д.Листер
- ~ Дьяконов
- ~ Л.Пастер
- }

С целью дезинфекции инструментов не применяют: {

- ~ автоклавирование
- ~ кипячение
- = помещение в парформалиновую камеру
- ~ помещение в сухожаровой шкаф
- }

К физическому методу стерилизации относится: {

- = автоклавирование
- ~ погружение в 70% этиловый спирт
- ~ погружение в 6% раствор перекиси водорода
- ~ воздействие парами формалина
- }

Биологическому методу антисептики относится: {

- ~ применение 5% спиртового раствора йода
- = применение препаратов крови
- ~ первичная хирургическая обработка раны
- ~ применение 10% раствора натрия хлорида

}

Химическому методу антисептики относится: {

- = прием сульфаниламидных препаратов
 - ~ применение 10% раствора натрия хлорида
 - ~ первичная хирургическая обработка раны
 - ~ применение сыворотки и вакцины
- }

Физическому методу антисептики относится: {

- ~ применение антибиотиков
 - = применение 10% раствора натрия хлорида
 - ~ переливание цельной крови
 - ~ применение 96% этилового спирта
- }

Механическому методу антисептики относится: {

- = первичная хирургическая обработка раны
 - ~ применение 1% раствора бриллиантового зеленого
 - ~ применение 96% этилового спирта
 - ~ применение бактериофагов
- }

При 2 атм в автоклаве стерилизуют все, кроме: {

- ~ шприцев с отметкой «200⁰C»
 - = резиновых перчаток
 - ~ перевязочного материала
 - ~ хирургических инструментов
- }

Что стерилизуют в автоклаве при 1,1 атм: {

- ~ шприцы с отметкой «200⁰C»
 - ~ перевязочный материал
 - ~ операционное белье
 - = резиновые перчатки
- }

Что стерилизуют в сухожаровом шкафу: {

- ~ все шприцы
 - = шприцы с отметкой «200⁰C»
 - ~ одноразовые системы
 - ~ операционное белье
- }

Какая температура в автоклаве при 2 атм: {

- ~ 110⁰C
- ~ 120⁰C

= 132⁰C
 ~ 150⁰C
 }

Какая температура в сухожаровом шкафу: {
 ~ 110⁰C
 ~ 120⁰C
 ~ 132⁰C
 ~ 150⁰C
 = 180⁰C
 }

Какая температура в автоклаве при 1,1 атм: {
 ~ 110⁰C
 = 120⁰C
 ~ 132⁰C
 ~ 150⁰C
 }

Какое вещество используется для контроля стерильности в автоклаве при 2 атм: {
 ~ сера
 = мочевины
 ~ сахароза
 ~ фенацетин
 }

Какое вещество используется для контроля стерильности в сухожаровом шкафу: {
 ~ бензойная кислота
 ~ мочевины
 ~ фенацетин
 = тиомочевина
 }

Качество предстерилизационной обработки инструментов определяется с помощью: {
 ~ бензидиновой пробы
 = азопирамовой пробы
 ~ бензойной пробы
 ~ никотинамидовой пробы
 }

инструментарий для эндохирургии стерилизуют: {
 ~ в автоклаве
 ~ в сухожаровом шкафу
 = холодным способом
 ~ кипячением

}

Самый достоверный метод контроля стерильности белья: {

= бактериологический

~ технический

~ физический

~ химический

}

Профилактику воздушной инфекции осуществляют: {

~ дезинфекцией инструментов

= влажной уборкой, ношением масок

~ стерилизацией инструментов

~ ношением бахил

}

При использовании физического метода антисептики возможны: {

= фотодерматозы

~ дисбактериозы

~ интоксикация

~ кандидозы

}

К группе галоидов относятся: {

~ перекись водорода

= йодонат

~ бриллиантовый зеленый

~ фурацилин

}