

PREGUNTAS DE EXÁMENES OFICIALES: TEMA 23 Principales riesgos y prevención

Página 1 de 5

1. El radioinmunoanálisis utiliza isotopos radioactivos y precisa cuantificar la radiactividad emitida. Los isotopos utilizados al desintegrarse emiten:
A) Radiación beta.
B) Radiación alfa.
C) Radiación gamma y beta.
D) Radiación gamma y alfa.
2. En cuanto a las normas generales de bioseguridad, señale la respuesta correcta
A) Manipular todas las muestras como si fueran potencialmente infecciosas.
B) Desinfectar y limpiar las superficies y los equipos de trabajo en caso de contaminación.
C) No guardar alimentos en los equipos donde se refrigeran sustancias potencialmente contaminantes o químicas.
D) Todas las respuestas son correctas.
3. Respecto al uso de reactivos químicos en el laboratorio, las medidas de seguridad que se deben adoptar para su manejo se pueden encontrar en:
A) La etiqueta.
B) La ficha de seguridad.
C) El procedimiento de trabajo.
D) Hay más de una respuesta correcta.
4. En cuanto a medidas de prevención:
A) En el laboratorio se deben tener todas las fichas de datos de seguridad de todos los productos que se utilizan.
B) Se denomina riesgo en seguridad, al riesgo relacionado con el puesto de trabajo y los equipos que se manejan.
C) Es imprescindible que los profesionales de los laboratorios conozcan los potenciales riesgos asociados a su entorno de trabajo.
D) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
5. Entre las recomendaciones generales en la prevención y protección personal, no se encuentra:
A) El uso de guantes es importante cuando se manipula material biológico.
B) No es necesario quitarse los guantes antes de descolgar el teléfono.
C) Es necesario mantener el orden en el puesto de trabajo.
D) Hay que seguir el protocolo de lavado de higiene de manos
6. ¿Qué tipo de sustancias químicas no son potencialmente peligrosas en el laboratorio?
A) Tolueno.
B) Bromuro de etidio.
C) Ácido clorhídrico.
D) Isótonas.
7. Con respecto a las medidas de seguridad en el manejo de muestras, señale la opción falsa
A) No hay que considerar a todas las muestras como potencialmente infecciosas.
B) Utilice siempre guantes cuando extraiga y maneje muestras biológicas.
C) Los tubos de recolección de muestras que contienen sangre y que van a desecharse deben colocarse en contenedores de desechos biopeligrosos.
D) Debemos ser cuidadosos en el manejo de agujas de punción y evitar reencapuchar las agujas.
8. Si un agente citostático contacta directamente con la piel de la persona que lo manipula, se lavará inmediatamente la zona afectada con agua y jabón durante:
A) Unos 2 minutos
B) Unos 5 minutos
C) Unos 10 minutos
D) No hace falta lavarse
9. Siguiendo la clasificación de los reactivos químicos según su peligrosidad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:
A) Los reactivos corrosivos son los que por inhalación, ingestión o penetración pueden entrañar riesgos graves.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

B) Los reactivos nocivos son los que en contacto con los tejidos vivos pueden ejercer sobre ellos una acción destructiva.

C) Los reactivos irritantes son los que, por contacto inmediato, prolongado o con la piel o mucosa pueden provocar una reacción inflamatoria.

D) Ninguna de ellas es cierta.

10. Los cultivos celulares se consideran:

A) Riesgo químico.

B) Riesgo físico.

C) Riesgo biológico.

11. En los productos químicos con el etiquetado se asignan unas características de peligro, entre las que se encuentran las propiedades fisicoquímicas, no es una de ellas:

A) Inflamable.

B) Corrosivo.

C) Comburente.

D) Explosivo.

Comentario. Corrosivo sería en función de sus propiedades toxicológicas

12. ¿Qué indica este pictograma?

A) Producto explosivo.

B) Comburente.

C) Producto corrosivo.

D) Toxicidad aguda.



13. En un laboratorio se manejan continuamente reactivos químicos y biológicos, ¿en cuántas clases principales se clasifican los productos químicos inflamables?

A) En 2: inflamación espontánea y no espontánea.

B) En 3: riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto.

C) En 4: clase A, clase B, clase C y clase D.

D) En 5: clase 1, clase 11, clase 111, clase IV y clase V.

14. Respecto al material de vidrio utilizado en los laboratorios, señale la respuesta incorrecta

A) Posee una gran resistencia frente al agua, ácidos y bases.

B) Es menos resistente que el plástico.

C) Es muy estable.

D) Es transparente.

15. Los reactivos químicos, se clasifican como productos químicos de "Clase C" cuando su punto de inflamación:

A) Está comprendido entre 38 °C y 55 °C.

B) Es superior a 100 °C.

C) Está comprendido entre 55 °C y 100 °C.

D) Es inferior a 55 °C.

16. Los productos inflamables, no deben almacenarse con:

A) Ácidos fuertes.

B) Comburentes.

C) Reductores.

D) Bases fuertes.

17. Ante un pinchazo con una aguja de una gasometría de un recién nacido, ¿qué hay que hacer?

A) Desinfectar con povidona yodada (Betadine®).

B) Poner inmediatamente los guantes.

C) Nada, ya que es un paciente sin riesgo.

D) Promover el sangrado y lavar con agua y jabón.

18. En caso de salpicadura en la piel:

A) Limpiar con abundante agua y jabón.

B) Limpiar con abundante lejía y jabón.

C) Limpiar con abundante alcohol y jabón.

19. Señale la respuesta falsa. Los productos químicos:

A) Deben considerarse como potencialmente peligrosos

B) No deben considerarse como potencialmente peligrosos

C) Los orgánicos deben manejarse en vitrina de gases

D) Algunos son mutágenos o cancerígenos

20. Los agentes químicos se clasifican según los efectos sobre la salud en: (Señale la respuesta incorrecta)

A) Carcinogénicos.

B) Mutagénicos.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases



PREGUNTAS DE EXÁMENES OFICIALES: TEMA 23 Principales riesgos y prevención

Página 3 de 5

C) Tóxicos para la reproducción.

D) Corrosivos.

21. Dentro de las incompatibilidades de almacenamiento de reactivos químicos, cuales de estos reactivos si pueden estar almacenados juntos:

A) Comburentes y tóxicos.

B) Explosivos y nocivos.

C) Corrosivos y tóxicos.

D) Inflamables y comburentes.

22. Respecto a las sustancias tóxicas, señale la respuesta correcta:

A) Las sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos, pueden ejercer una acción destructiva de los mismos.

B) Las sustancias y preparados que por contacto breve, prolongado o repetido con la piel o las mucosas puedan provocar una reacción inflamatoria.

C) Potencialmente pueden provocar lesiones graves e incluso la muerte ya sea por inhalación, ingestión o contacto con la piel.

D) Ninguna es correcta.

23. Si en la etiqueta de un producto químico observamos el pictograma "Xn", indica que dicho producto es:

A) Nocivo.

B) Irritante.

C) Tóxico.

D) Corrosivo.

24. Una de las siguientes medidas disminuye el riesgo de contaminación en los laboratorios. Señálela:

A) Uso de cortinas y persianas.

B) Uniones cóncavas entresuelo, paredes y techo.

C) Existencia de multitud de mobiliario propio del laboratorio.

D) Paredes y techos rugosos.

25. De las siguientes recomendaciones con relación a los riesgos biológicos, ¿cuál es falsa?:

A) Lavarse las manos siempre que se cambien los guantes.

B) Desechar de forma adecuada todo el material cortante.

C) Utilizar etiquetas de alarma en las muestras de los pacientes.

D) Minimizar los goteos y salpicaduras.

26. Ante una muestra cuya peligrosidad es desconocida:

A) Desactivaremos la muestra antes de procesarla.

B) Es criterio de exclusión de la muestra.

C) Adoptaremos las medidas de seguridad correspondientes al mayor riesgo.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

27. Si en el etiquetado de un producto químico nos aparece un pictograma con forma de X acompañada de las letras Xn nos está indicando que el citado producto es:

A) Nocivo.

B) Tóxico.

C) Comburente.

D) Irritante.

28. ¿Cuál de las siguientes técnicas no debe realizarse en una cabina de seguridad biológica?:

A) Resiembra de hemocultivos.

B) Manipulación de sustancias químicas volátiles tóxicas.

C) Descontaminación de muestras para micobacterias.

D) Inoculación de cultivos celulares para cultivo de virus.

29. ¿Qué tipo de sustancias químicas NO son potencialmente peligrosas en el laboratorio?:

A) Tolueno.

B) Bromuro de etidio.

C) Ácido clorhídrico.

D) Isótonas.

30. De los siguientes trabajos, ¿Cuál de ellos produce carga física por movimientos de repetición?:

A) Limpieza de material

B) Preparación de reactivos

C) Pipeteo



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

PREGUNTAS DE EXÁMENES OFICIALES: TEMA 23 Principales riesgos y prevención

Página 4 de 5

D) Tallado

31. En la organización de los recursos materiales en un almacén, ¿dónde se deben colocar los productos inflamables?:

- A) En baldas abiertas
- B) En cajas
- C) En bolsas de frío

D) En armarios protegidos

32. De las siguientes opciones, ¿Cuál es un riesgo profesional por agentes físicos?:

- A) Estrés laboral crónico
- B) Patología producida por el ruido**
- C) Mononucleosis infecciosa
- D) Resinas acrílicas y epoxis

33. Según la normativa aplicable en prevención de riesgos laborales la temperatura adecuada de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre:

- A) 17 y 27 °C.
- B) 15 y 30 °C.
- C) 14 y 25 °C.**
- D) 19 y 21 °C.

34. Un producto que implica riesgo en su manipulación por ser muy tóxico, reactivo o contaminante se clasifica como

- A) Fotosensible
- B) termolábil
- C) Higroscópico
- D) Peligroso**

35. En la clasificación IARC para agentes carcinógenos, los nitratos y nitritos se clasifican dentro del grupo 2A, eso quiere decir que:

- A) El agente es carcinógeno para humanos. Hay suficiente evidencia científica en humanos.
- B) El agente es probablemente carcinógeno. Las evidencias son limitadas en humanos, pero suficientes en animales.**

C) El agente es posiblemente carcinógeno en humanos. Las evidencias son inadecuadas en humanos pero insuficientes en animales.

D) El agente no está clasificado como agente carcinógeno en humanos. Las evidencias son inadecuadas en humanos e inadecuadas o limitadas en animales.

36. ¿Qué tipo de sustancias no son potencialmente peligrosas en el laboratorio?

- A) Tolueno.
- B) Diclorometano.
- C) Ácido clorhídrico.

D) Peróxido de Hidrógeno.

37. Si tenemos una muestra clínica de la que no se dispone de la información suficiente para llevar a cabo a una evaluación apropiada de los riesgos, ¿Qué medida sería insuficiente?

A) Las prácticas y los procedimientos básicos de contención del nivel de bioseguridad 1 deben ser el requisito mínimo para la manipulación de muestras.

- B) Las prácticas y los procedimientos básicos de contención del nivel de bioseguridad 2 deben ser el requisito mínimo para la manipulación de muestras.
- C) El transporte de muestras debe respetar las normas y reglamentos nacionales o internacionales.
- D) Deben adoptarse precauciones normalizadas y emplearse protecciones de barrera (guantes, batas, protección ocular) cada vez que se obtengan muestras de pacientes.

38. En ese mismo día, el laboratorio de Microbiología se va a someter a una auditoría. Antes de que lleguen los auditores, el jefe del servicio decide hacer una comprobación de la documentación y le encarga a usted que haga la tarea de auditor. Si quiere comprobar la seguridad laboral, ¿qué documento de los que se detallan a continuación le sería más útil?

A) La hoja de ruta, donde se reflejan las condiciones de transporte de las muestras.



Dudas en los:
Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

PREGUNTAS DE EXÁMENES OFICIALES:
TEMA 23 Principales riesgos y prevención

Página 5 de 5

B) Los PNT, o sea, los protocolos normalizados técnicos, para comprobar las instrucciones técnicas de los equipos del laboratorio.

C) Las fichas técnicas de algunos productos utilizados en el laboratorio.

39. ¿Cómo se define la exposición sufrida por un trabajador con sangre, tejidos o fluidos potencialmente infecciosos?

A) Accidente de riesgo microbiológico.

B) Accidente de riesgo biológico.

C) Circunstancia bacteriológica.

D) Incidente biológico.

40. ¿A qué riesgos están expuestos los trabajadores de un hospital?

A) Riesgos biológicos y psíquicos.

B) Riesgos biológicos y químicos.

C) Riesgos psicosociales.

D) Todos ellos.

41. No es un riesgo físico:

A) Calor excesivo.

B) Descargas eléctricas.

C) Gases anestésicos.

D) Ninguna respuesta es correcta.

42. En caso de accidente biológico, ¿cuánto tiempo se recomienda limpiar la herida bajo el agua?

A) 2 o 3 minutos induciendo el sangrado.

B) Hasta que deje de sangrar la herida.

C) 2 o tres minutos restregando suavemente la herida.

D) No está recomendado limpiar con agua.

43. Entre las acciones inmediatas a realizar en una herida como consecuencia de un accidente laboral con riesgo de exposición a sangre contaminada, señale la opción INCORRECTA:

A) Desechar en el contenedor destinado a tal efecto el objeto con el que se ha producido el accidente

B) Frotar la herida con agua y jabón

C) Favorecer la hemorragia

D) Quitarse los guantes

44. Una de las siguientes afirmaciones no forma parte de las normas para prevenir accidentes con riesgo biológico:

A) Las agujas, una vez utilizadas, se reencapuchan y se tiran en contenedores rígidos de bioseguridad, para evitar pinchazos accidentales

B) Las lesiones cutáneas, cortes y heridas, han de cubrirse antes de iniciar la actividad laboral

C) Todos los pacientes deben considerarse potencialmente infecciosos y, por tanto, adoptar las medidas de protección universal, con todos y cada uno de ellos

D) El vehículo de transmisión más importante es la sangre y sus derivados. Y el personal con mayor riesgo es el expuesto a un accidente con aguja hueca



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases