

Beam Scheme v0.52

Results		
Protocol:	BaseParams	
Parameters	X Profile	Y Profile
Field stats		
CAX dose	1020947.00	1020446.00
Max dose	1032011.00	1040061.00
Max pos (cm)	-1.75	2.25
Min dose	654170.00	982928.00
Sum	14137669.00	9194549.00
Sum squares	1350175960178.00	8396314077861.00
Num points	15.00	9.00
Interpolated params		
90% Left (cm)	-2.84	-1.93
90% Right (cm)	2.48	2.71
80% Left (cm)	-3.24	-2.20
80% Right (cm)	3.09	2.83
50% Left (cm)	-4.43	-2.51
50% Right (cm)	5.08	3.11
20% Left (cm)	-8.64	-2.89
20% Right (cm)	11.29	3.57
10% Left (cm)	-8.96	-3.42
10% Right (cm)	11.54	3.95
Inflection point		
80% Left (cm)	0.00	-2.08
80% Right (cm)	0.00	0.00
Inf pt left (cm)	0.00	-2.45
Inf pt right (cm)	0.00	0.00
50% Left (cm)	0.00	-2.51
50% Right (cm)	0.00	0.00
20% Left (cm)	0.00	-2.81
20% Right (cm)	0.00	0.00
Slope left (%/cm)	0.00	11.23
Slope right (%/cm)	0.00	0.00
Dose point values		
Left 20% FW	1021004.50	1022118.81
Right 20% FW	1044895.00	1021447.00
Left 50% FW	1110589.50	1027017.51
Right 50% FW	1093001.50	1006723.50
Left 60% FW	1312468.50	1007480.98
Right 60% FW	1573635.50	1006723.50
Left 80% FW	2007889.50	904807.78
Right 80% FW	1137770.00	1005537.00
Symmetry		
Area left	4100605.63	2559177.76
Area right	4372412.93	3207627.39
Ratio	1.25	1.06
Difference	160326.00	57133.00