APROBACION, RECHAZO Y LIBERACION DE PRODUCTOS

Función:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento:	Garantía de Calidad	Sistemas y ciberseguridad	Garantía de Calidad
Nombre:	Iván Pérez	David Pozo	Fernando Pozo
Firma:	Firmado por PEREZ CIRUELOS IVAN - ***4861** el día 02/06/2025 con un certificado	Firmado por POZO SANCHEZ DAVID - ***6992** el día 02/06/2025	Firmado por POZO OCAMPO FERNANDO - ***6987** el día 02/06/2025 con un certificado emitido por AC
Fecha:			

Valido hasta:	02/06/2028

HISTORIAL DEL DOCUMENTO			
VERSIÓN	CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN	FECHA ENTRADA EN VIGOR	SUSTITUYE A (CÓDIGO, REVISIÓN)
01	Edicion inicial	22/02/2024	N/A
02	Actualización departamentos de Spika, deficinición de procedimientos de reproducibilidad del software, proceso de descarga e instalación, verificación del etiquetado y correcto funcionamiento en los anexos.	15/07/2024	PNT-016.01
03	Modificación del anexo 1 para incluir la versión del software y actualizar la reglamentación aplicable Modificación del anexo 4 y 5 para incluir la firma del técnico responsable	20/08/2024	PNT-016.02
04	Cambio en los departamentos de Spika	02/06/2025	PNT-016.03

Contenido

1. Objetivo 4
2. Alcance 4
3. Responsabilidades y Departamentos afectados 4
4. Definiciones y Acrónimos 5
5. Procedimiento 5
5.1. Producto intermedio 5
5.2. Productos terminados 6
5.3. Productos rechazados 7
5.4. Muestreo de productos 7
6. Distribución del Procedimiento 7
7. Anexos 7
8. Documentación relacionada 8
9. Formación 8
Modelo de certificado liberación 9
Reproducibilidad del software 11
Descarga e instalación del software 12
Etiquetado del software 13
Revisión y aprobación del Responsable Técnico 14

1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es establecer las pautas en la sistemática para asegurar el cumplimiento de todos los productos con las especificaciones aprobadas.

Con este procedimiento se pretende evitar que productos no cumplan las condiciones citadas y sean empleados de manera errónea en el proceso productivo o se comercialicen.

2. Alcance

El presente procedimiento aplica a todos los productos sanitarios que se liberan en las instalaciones de Spika Tech, en adelante Spika, independientemente del estado en el proceso productivo que se encuentre.

3. Responsabilidades y Departamentos afectados

Es responsabilidad del Técnico Responsable asegurar que los materiales y productos cumplan las especificaciones aprobadas. Teniendo la potestad de aprobarlos o rechazarlos según corresponda.

Los departamentos afectados son los señalados en la siguiente tabla:

Departamento	Aplica	
	Si	No
Dirección	☒	☐
Medio ambiente	☒	☐
Garantía de Calidad	☒	☐
Sistemas y Ciberseguridad	☒	☐
Investigación y Desarrollo	☒	☐
Marketing y Ventas	☒	☐

Gestión	☒	☐

4. Definiciones y Acrónimos

- Producto Intermedio: Material elaborado parcialmente que debe pasar aún por otras fases de la producción antes de convertirse en producto a final.
- Producto Terminado: se entiende que es aquel que ha pasado por todas las fases de producción, incluyendo su acondicionamiento en el envase final.
- Especificaciones: Describen de forma detallada los requisitos que tienen que cumplir los productos o materiales utilizados u obtenidos durante la fabricación. Sirven como base de la evaluación de la calidad.

5. Procedimiento

5.1. Producto intermedio

Los productos intermedios serán comprobados frente a sus especificaciones. De la misma manera se ubicarán en la ruta https://github.com/SpikaTechSL/VRCardio-VHET360-Visualization (ruta sólo accesible para miembros de la empresa al tratarse de un repositorio privado) hasta que se produzca su liberación por el Técnico Responsable.

Si el producto se corresponde en todos y cada uno de sus parámetros se dictaminará como APROBADO. Si por el contrario existe alguna discrepancia entre las especificaciones y los resultados obtenidos se abrirá un informe de No Conformidad para dictaminar si:

- La discrepancia es un defecto menor que no afecta a la calidad del producto en sí misma, podrá aprobarse el producto.
- La discrepancia es un defecto mayor que puede afectar a la calidad, se dictaminará como RECHAZADO/OBSOLETO, se identificará como tal y se ubicará en la rutahttps://github.com/SpikaTechSL/VRCardio-VHET360-Visualization (ruta sólo accesible para miembros de la empresa al tratarse de un repositorio privado).

En el tiempo trascurrido desde que se reciben los dispositivos de adquisición de datos por el fabricante y el personal de Spika revisa toda la información, el producto permanece en cuarentena y se identifica fiscamente con una etiqueta naranja.

El dictamen del producto intermedio de sofware realizará siguiendo el modelo de certificado del Anexo 1. El producto VR Cardio se compone de un software, el cual es liberado por el personal correspondiente de Spika y es aprobado por el Responsable Técnico, siguiendo el certificado del Anexo 1.

5.2. Productos terminados

Una vez finalizado el producto, se debe revisar el compilado si se ha realizado conforme a las especificaciones del producto, los datos variables corresponden y el producto intermedio está debidamente aprobado, en ese caso se dictaminará la aprobación y liberación del producto para la venta.

Si existieran discrepancias se debe iniciar un informe de No Conformidad para:

- Dictaminar si la discrepancia es menor sin afectar a la calidad del producto y su resultado final, bajo autorización del Técnico Responsable es que el producto es APTO para liberarse y suministrar al mercado.
- Dictaminar si la discrepancia es mayor afectando negativamente a la seguridad o el producto debe reprocesarse antes de proceder a su venta, podrá ser RECHAZADO o APROBADO tras el reprocesado. En ambos casos, bajo supervisión y aprobación del T. Responsable.

Para dictaminar al producto y poder liberarlo a mercado, es necesario que:

- Las versiones intermedias seas aprobadas según se indica en el Anexo 1.
- La versión final realizada cumpla el procedimiento de reproducibilidad del software (Anexo 2) que asegure que el software liberado puede ser suministrado en el punto de uso sin deformación o cambios no autorizados y con correcta instalación.
- El software pueda ser descargado e instalado siguiendo lo marcado en el Anexo 3.
- El etiquetado del software cumple con los requisitos reglamentarios (Anexo 4).
- El responsable técnico ha revisado todos los procedimientos mencionados anteriormente para asegurar el correcto funcionamiento del software y pueda ser liberado en el mercado (Anexo 5).

5.3. Productos rechazados

Todo producto que obtenga el dictamen de rechazado debe:

- El software obsoleto/rechazado, se ubica en: https://github.com/SpikaTechSL/VRCardio-VHET360-Visualization/releases (ruta sólo accesible para miembros de la empresa al tratarse de un repositorio privado).

5.4. Muestreo de productos

En SPIKA no se realiza muestro del producto debido a que el dispositivo no se fabrica en serie todavía.

6. Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

Nº Copia controlada	Departamentos
1	Archivo

7. Anexos

NÚM. / REV.	TÍTULO
1/01	Modelo certificado
2/01	Reproducibilidad del software
3/01	Descarga e instalación del software
4/01	Etiquetado del software
5/01	Revisión y aprobación del Responsable Técnico

8. Documentación relacionada

Código	TÍTULO
N/A	Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.o 178/2002
N/A	Reglamento (CE) n.o 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo
MQ-01	Manual de Calidad
PNT-015	Trazabilidad e identificación de productos y procesos
PNT-004	Gestion de No Conformidades

9. Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

Marcar con una X	Tipo formación
☒	**Teórica** (lectura y comprensión del procedimiento)
☐	**Teórico – Práctica** (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable)

Anexo 1_VERSION_04

Modelo de certificado liberación

SPIKA TECH

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN

Producto:

Versión software liberada:

Fecha de fabricación:

Fecha de liberación:

Determinación	Especificación / Criterio de Aceptación	Resultado
Revisión de documentación técnica	Documentación completa y actualizada	
Verificación funcional del software	Todas las funciones críticas probadas y verificadas	
Validación del software	Cumple con el plan de validación y criterios definidos	
Control de versiones y gestión de cambios	Historial de cambios documentado	
Revisión de riesgos (Análisis de riesgos actualizado)	Riesgos aceptables tras mitigación	

Por la presente, certifico que todas las estapas de liberación de este producto se han realizado en cumplimiento con los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2017 sobre los productos sanitarios.

Cualquier no conformidad, si la hubiere, ha sido completamente evaluada y aprobada por elpersonal autorizado.

Se concluye que el lote indicado es aprobado para su liberación

RESULTADO:

☐ CONFORME ☐ NO CONFORME

Fdo: Técnico Responsable

Indicar nombre y apellidos

Anexo 2_VERSION_04

Reproducibilidad del software

Tarea	Resultado Esperado	Cumplimiento (SI/NO)
Compilación del software en entorno controlado	Software compilado sin errores	
Pruebas de integridad en diferentes entornos	Software ejecutándose correctamente en todos los entornos	
Documentación de cambios	Registro detallado de todos los cambios autorizados y documentados	
Pruebas de instalación en entorno controlado	Instalación correcta del software sin errores documentada	

Cumple con todos los criterios:

Resultado Final: _____(Aprobado / No Aprobado)

Firma:

Anexo 3_VERSION_04

Descarga e instalación del software

Tarea	Resultado Esperado	Cumplimiento (SI/NO)
Distribución del software en medio seguro	Software accesible solo por personal autorizado	
Provisión de instrucciones de descarga	Instrucciones claras y detalladas proporcionadas	
Provisión de instrucciones de instalación	Manual de instalación detallado con capturas de pantalla y descripciones	
Pruebas de funcionamiento post-instalación	Software funcionando correctamente tras la instalación	
Información de soporte técnico proporcionada	Datos de contacto para soporte técnico disponibles	

Cumple con todos los criterios:

Resultado Final: _____(Aprobado / No Aprobado)

Firma:

Anexo 4_VERSION_04

Etiquetado del software

Tarea	Resultado Esperado	Cumplimiento (SI/NO)
Identificación del producto	Nombre, versión y fecha de lanzamiento claramente etiquetados	
Información del fabricante	Nombre, dirección y contacto del fabricante claramente etiquetados	
Requisitos del sistema	Especificaciones mínimas y recomendadas claramente indicadas	
Instrucciones de uso	Descripción del uso y enlaces a manuales proporcionados	
Advertencias y precauciones	Advertencias y medidas de seguridad claramente indicadas	
Información legal	Licencia, derechos de autor y términos de uso claramente indicados	

Cumple con todos los criterios:

Resultado Final: _____(Aprobado / No Aprobado)

Firma:

Fdo: Técnico Responsable

Indicar nombre y apellidos

Anexo 5_VERSION_04

Revisión y aprobación del Responsable Técnico

Tarea	Resultado Esperado	Cumplimiento (SI/NO)
Revisión de documentación	Documentación completa y correctamente archivada	
Validación del producto final	Producto final cumpliendo todas las especificaciones y requisitos	
Autorización para liberación	Declaración de conformidad emitida y producto autorizado para liberación	
Registro de aprobación	Registro de aprobación con firma, fecha y comentarios relevantes	

Cumple con todos los criterios:

Resultado Final: _____(Aprobado / No Aprobado)

Firma:

Fdo: Técnico Responsable

Indicar nombre y apellidos