SEGUIMIENTO POST-COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS

Función:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento:	Garantía de Calidad	Sistemas y ciberseguridad	Garantía de Calidad
Nombre:	Iván Pérez	David Pozo	Fernando Pozo
Firma:	Firmado por PEREZ CIRUELOS IVAN - ***4861** el día 02/06/2025 con un certificado emitido	Firmado por POZO SANCHEZ DAVID - ***6992** el día 02/06/2025	Firmado por POZO OCAMPO FERNANDO - ***6987** el día 02/06/2025 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios
Fecha:			

Valido hasta:	02/06/2028

HISTORIAL DEL DOCUMENTO			
VERSIÓN	CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN	FECHA ENTRADA EN VIGOR	SUSTITUYE A (CÓDIGO, REVISIÓN)
01	Edicion inicial	14/02/2024	N/A
02	Actualizacion del procedimiento tras la AC-034/24	22/03/2024	PNT-014.01
03	Cambio en los departamentos de Spika, exclusión del anexo de formulario por su referencia en internet	02/06/2025	PNT-014.02

Contenido

1. Objetivo 4
2. Alcance 4
3. Responsabilidades y Departamentos afectados 4
4. Definiciones y Acrónimos 5
5. Procedimiento 6
5.1. Introducción y generalidades 6
5.2. Gestión de incidentes y notificación a las autoridades sanitarias 7
5.3. Plazos de comunicación 7
5.4. Plan de seguimiento e informe 8
6. Distribución del Procedimiento 9
7. Anexos 9
8. Documentación relacionada 10
9. Formación 10

1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es describir cómo se realiza la gestión post-comercialización de los productos sanitarios de suministrados por Spika Tech, en adelante SPIKA.

Según lo establecido en el Reglamento 2017/745 sobre productos sanitarios, el sistema de seguimiento post comercialización deberá ser adecuado para recabar, conservar y analizar activa y sistemáticamente datos pertinentes sobre calidad, funcionamiento y seguridad de un producto durante todo su ciclo de vida, extraer las conclusiones pertinentes y determinar, aplicar y supervisar cualquier actuación preventiva y correctiva.

2. Alcance

Es de aplicación este procedimiento a todos los productos sanitarios suministrados en SPIKA.

3. Responsabilidades y Departamentos afectados

Departamento	Aplica	
	Si	No
Dirección	☒	☐
Medio ambiente	☒	☐
Garantía de Calidad	☒	☐
Sistemas y Ciberseguridad	☒	☐
Investigación y Desarrollo	☒	☐
Marketing y Ventas	☒	☐
Gestión	☒	☐

4. Definiciones y Acrónimos

- Producto Sanitario (PS): todo instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, implante, reactivo, material u otro artículo destinado por el fabricante a ser utilizado en personas, por separado o en combinación, con alguno de los siguientes fines médicos específicos:
    - diagnóstico, prevención, seguimiento, predicción, pronóstico, tratamiento o alivio de una enfermedad,
    - diagnóstico, seguimiento, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una discapacidad,
    - investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso o estado fisiológico o patológico,
    - obtención de información mediante el examen in vitro de muestras procedentes del cuerpo humano, incluyendo donaciones de órganos, sangre y tejidos, y que no ejerce su acción principal prevista en el interior o en la superficie del cuerpo humano por mecanismos farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales mecanismos.
- Sistema de vigilancia de productos sanitarios: El Sistema de Vigilancia de productos sanitarios se refiere a la notificación de los incidentes adversos acaecidos con productos sanitarios, a su registro y evaluación, a la adopción de las medidas oportunas en orden a la protección de la salud y a la transmisión de estas medidas a los agentes interesados.
- Incidente: Todo funcionamiento defectuoso o deterioro de las características o el funcionamiento de un producto comercializado, incluidos los errores de uso debidos a características ergonómicas, así como cualquier inadecuación de la información facilitada por el fabricante o cualquier efecto colateral indeseable.
- Incidente Grave: Para comunicar un incidente, es necesario que esté asociado con un producto sanitario o con la información proporcionada con el producto sanitario y que el incidente sea tal, que haya producido la muerte o un grave deterioro en la salud, o bien que si ocurre de nuevo pueda causarlos.

  Los tipos de incidentes adversos que deben comunicarse son los siguientes:

1. Los que dan lugar a muerte
2. Los que dan lugar a un deterioro grave del estado de salud del paciente, usuario u otra persona, como, por ejemplo:

   a) Enfermedad o lesión con amenaza para la vida

   b) Deterioro permanente de una función corporal o daño permanente de una estructura corporal

   c) Proceso que necesita una intervención médica o quirúrgica para evitar un deterioro permanente de una función corporal o un daño permanente de una estructura corporal
3. Los incidentes potenciales, que son aquellos que podrían haber dado lugar a la muerte o un grave deterioro de la salud, pero que no se han producido debido bien a circunstancias afortunadas o a la intervención del personal sanitario.

5. Procedimiento

5.1. Introducción y generalidades

SPIKA en calidad de Fabricante cumplirá con los requerimientos sobre vigilancia de productos sanitarios que se establezca en la legislación vigente aplicable para los productos de Clase IIa del que es fabricante.

La información sobre incidentes adversos relacionados con los productos sanitarios fabricados por SPIKA podrá provenir de:

- Profesionales sanitarios, directamente o a través de cualquier empleado de SPIKA o de empresas de servicios contratadas por SPIKA
- Pacientes, usuarios o particulares profesionales sanitarios, directamente o a través de cualquier empleado de SPIKA o empresas subcontratadas por SPIKA
- Compañías con las que SPIKA tuviera acuerdos con respecto a la comercialización
- Autoridades sanitarias reguladoras

En el caso de recibir estas informaciones se tramitará un informe de reclamación según el PNT-007 Gestión de Reclamaciones y se investigarán las causas, consecuencias y acciones correctivas a implementar en caso necesario.

En SPIKA se elabora un plan de seguimiento post-comercialización que atenderá a la recogida de la siguiente información:

- Información relativa a incidentes graves, gestionados estas mediante el PNT-007 Gestión de Reclamaciones
- Registros referentes a incidentes no graves o datos de efectos indeseables del producto
- Informacion relativa a los informes de tendencias
- Bibliografía, bases de datos y/o registros especializados o técnicos pertinentes
- Información, incluidos los comentarios y reclamaciones de los usuarios, distribuidores e importadores´
- Información pública sobre productos sanitarios similares

Este plan de seguimiento incluye búsquedas proactivas y sistemáticas para recabar toda la información mencionada anteriormente lo que permitirá caracterizar el comportamiento del producto y compararlo con productos similares ya comercializados.

5.2. Gestión de incidentes y notificación a las autoridades sanitarias

SPIKA gestionará los incidentes comunicados mediante el PNT-007 Gestión de Reclamaciones, en cuanto se detecte un incidente deberá remitirse un informe inicial a la autoridad nacional competente donde ha ocurrido dicho incidente.

Se notificarán a las autoridades los incidentes categorizados como graves. Los productos fabricados por SPIKA son de Clase IIa, no obstante, se realizará un seguimiento y cualquier notificación se realizará por el formulario de MIR Manufacturer Incidente Report for Serious incidents and Incidents, buscando su versión en vigor en Internet. (MIR 7.3.1 Helptext)

Será el Técnico Responsable el encargado de realizar las comunicaciones con las Autoridades sanitarias.

5.3. Plazos de comunicación

SPIKA tiene la obligación de notificar un incidente grave confirmado inmediatamente después de que se haya establecido causalidad del incidente con el producto o se haya establecido que dicha relación de causalidad es razonablemente posible, y a más tardar en 15 días después de tener conocimiento del incidente.

Se pueden presentar informes preliminares incompleto seguido luego el informe completo.

5.4. Plan de seguimiento e informe

SPIKA se compromete a realizar semestralmente un informe con el siguiente contenido:

- Información relativa a incidentes graves, gestionados estas mediante el PNT-007 Gestión de Reclamaciones, se enumerarán las reclamaciones recibidas indicando causa raíz y CAPAs asociadas, así como si tienen asociados incidentes de vigilancia o si son defectos de calidad.
- Registros referentes a incidentes no graves o datos de efectos indeseables del producto
- Información relativa a los informes de tendencias,
- Bibliografía, bases de datos y/o registros especializados o técnicos pertinentes, se realizarán búsquedas de:
  - Notas Informativas que pudieran aparecer publicadas en las páginas web de las Autoridades Sanitarias de productos sanitarios (EMA y AEMPS), y en la OMS.
  - Publicaciones relevantes en cuanto a seguridad en PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), serán revisadas para estar alerta de posibles incidentes.
- Información, incluidos los comentarios y reclamaciones de los usuarios, distribuidores e importadores´
- Información pública sobre productos sanitarios similares

Con todos los datos recogidos en el informe de seguimiento poscomercialización SPIKA podrá:

- *mejorar la determinación de la relación beneficio-riesgo y la gestión de los riesgos*
- *actualizar información sobre diseño y fabricación, instrucciones de uso y etiquetado*
- *actualizar la evaluación clínica*
- *actualizar el resumen de seguridad y funcionamiento clínico*
- *detectar necesidades de acciones preventivas, correctivas o de acciones correctivas de seguridad*
- *determinar posibilidades de mejorar la utilización, el funcionamiento y la seguridad del producto*
- *contribuir, en su caso, al seguimiento poscomercialización de otros productos*
- *detectar las tendencias e informar de las mismas*

La información recogida en estos informes nos permitirá realizar una verificación de la consistencia del producto en lo referente a seguridad, eficacia y calidad, poniendo de manifiesto posibles tendencias y permitirá identificar de forma clara las mejoras que se deben poner en práctica, evaluando de forma constante el beneficio riesgo, el proceso de fabricación y por tanto la calidad del producto final. Podrá aumentarse la frecuencia de este informe si en dos informes sucesivos no se encuentran riesgos potenciales ni peligros relacionados con el producto aumentando en seis meses más la frecuencia de realización del informe, por ejemplo: tras 2 informes semestrales sin potenciales riesgos el informe se realizará cada año y así sucesivamente.

Con todo ello podrá llevar a cabo siempre que aplique la actualizacion de la documentacion técnica del producto. De la misma manera, en casos necesarios, se notificarán las acciones correctivas a las autoridades competentes afectadas.

6. Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

Nº Copia controlada	Departamentos
1	Archivo

7. Anexos

NÚM. / REV.	TÍTULO
N/A	N/A

8. Documentación relacionada

Código	TÍTULO
MQ-01	Manual de Calidad
PNT-007	Gestion de reclamaciones
N/A	MEDDEV 2.12 Guidelines on a medical devices vigilance system

9. Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

Marcar con una X	Tipo formación
☒	**Teórica** (lectura y comprensión del procedimiento)
☐	**Teórico – Práctica** (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable)