GESTION DEL ETIQUETADO

Función:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento:	Garantía de Calidad	Sistemas y ciberseguridad	Garantía de Calidad
Nombre:	Iván Pérez	David Pozo	Fernando Pozo
Firma:	Firmado por PEREZ CIRUELOS IVAN - ***4861** el día 02/06/2025 con un certificado	Firmado por POZO SANCHEZ DAVID - ***6992** el día 02/06/2025	Firmado por POZO OCAMPO FERNANDO - ***6987** el día 02/06/2025 con un certificado
Fecha:			

Valido hasta:	02/06/2028

HISTORIAL DEL DOCUMENTO			
VERSIÓN	CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN	FECHA ENTRADA EN VIGOR	SUSTITUYE A (CÓDIGO, REVISIÓN)
01	Edición inicial	22/02/2024	N/A
02	Cambio en los departamentos de Spika, cambio en el formato y la ubicación de la etiqueta	02/06/2025	PNT-019.01

Contenido

1. Objetivo 4
2. Alcance 4
3. Responsabilidades y Departamentos afectados 4
4. Definiciones y Acrónimos 5
5. Procedimiento 5
5.1. Generalidades 5
5.2. Recomendaciones 7
5.3. Gestión de etiquetas 7
5.4. Criterio de colocación del UDI 8
6. Distribución del Procedimiento 8
7. Anexos 8
8. Documentación relacionada 8
9. Formación 9

1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es definir la manera de operar para el diseño del etiquetado en Spika Tech, en adelante Spika, entendiéndolo como una tarea fundamental en lo que respecta a la identificación de los productos.

2. Alcance

Este procedimiento es de aplicación a todo el etiquetado que generado en Spika para los productos sanitarios que distribuye.

3. Responsabilidades y Departamentos afectados

El Técnico Responsable es el encargado de supervisar la gestión del etiquetado.

El departamento de Investigación y Desarrollo el encargado de subir el etiquetado al lugar visible por el usuario y mantenerlo actualizado.

Los departamentos afectados son:

Departamento	Aplica	
	Si	No
Dirección	☒	☐
Medio ambiente	☒	☐
Garantía de Calidad	☒	☐
Sistemas y Ciberseguridad	☒	☐
Investigación y Desarrollo	☒	☐
Marketing y Ventas	☒	☐
Gestión	☒	☐

4. Definiciones y Acrónimos

- Etiqueta: la información escrita, impresa o gráfica que figura en el propio producto, en el embalaje de cada unidad o en el embalaje de varios productos.
- Finalidad prevista: el uso al que se destina un producto según los datos facilitados por el fabricante en el etiquetado, en las instrucciones de uso o en el material o las declaraciones de promoción o venta, y según lo indicado por el fabricante en la evaluación clínica.
- Instrucciones de uso: la información facilitada por el fabricante para informar al usuario sobre la finalidad prevista de un producto, su uso correcto y las precauciones que deban tomarse
- Identificador único del producto o «UDI (por sus siglas en inglés de Unique Device Identifier: una serie de caracteres numéricos o alfanuméricos que se crea atendiendo a normas de identificación de productos y codificación internacionalmente aceptadas y hace posible la identificación inequívoca de los productos en el mercado
- Marcado CE de conformidad» o «marcado CE»: un marcado por el que un fabricante indica que un producto es conforme con los requisitos aplicables establecidos en el presente Reglamento y otra legislación de armonización de la Unión aplicable que prevea su colocación
- ICAD: El sistema ICAD se refiere a la Identificación y Captura Automática de Datos (o AIDC, por sus siglas en inglés para Automated Identification for Data Capture) y puede ser un código de barras lineal o una DataMatrix, etc.

5. Procedimiento

5.1. Generalidades

En el caso de los productos sanitarios se debe seguir el Reglamento 2017/745 del Consejo Europeo donde, el etiquetado debe incluir:

- Denominación o nombre comercial del producto

- Información necesaria para identificar el producto, el contenido y la finalidad prevista del mismo
- El nombre, el nombre comercial registrado o marca registrada del fabricante y su domicilio social
- Si el domicilio social del fabricante se encuentra fuera de la Unión, el nombre del representante autorizado y la dirección del domicilio social del representante autorizado.
- El número de lote o el número de serie del producto, precedidos de las palabras «NÚMERO DE LOTE» o «NÚMERO DE SERIE» o un símbolo equivalente, según el caso.
- El soporte de la identificación única a la que se refiere el artículo 27, apartado 4, y el anexo VII, parte C.
- Indicación inequívoca de la fecha límite para la utilización o implantación del producto con seguridad, expresada al menos en términos de año y mes, cuando proceda.
- Cuando no figure indicación de la fecha hasta la cual puede utilizarse el producto de manera segura, la fecha de fabricación. Esta fecha de fabricación se podrá incluir como parte del número de lote o número de serie, siempre que la fecha sea claramente identificable.
- Indicación de cualquier condición específica de almacenamiento o manipulación que sea aplicable.

Cuando aparezcan en el etiquetado un número de lote, un número de serie, una identificación del programa informático o una fecha de caducidad, formarán parte del UDI-PI. Cuando en el etiquetado aparezca también la fecha de fabricación, no será necesario incluirla en el UDI-PI. Cuando en el etiquetado aparezca únicamente la fecha de fabricación, este se utilizará como UDI-PI.

Se recomienda el uso de la simbología admitida en cada caso siguiendo las directrices de la UNE EN ISO – 15223-1 Productos Sanitarios. Símbolos a utilizar en las etiquetas, el etiquetado y la información a suministrar.

5.2. Recomendaciones

En el etiquetado, instrucciones de utilización, comercialización, puesta en servicio y publicidad de los productos, estará prohibido el uso de textos, denominaciones, marcas comerciales, fotografías e imágenes u otros signos que puedan inducir a error al usuario o al paciente en cuanto a la finalidad prevista, la seguridad y el funcionamiento del producto por alguno de los siguientes medios:

a) atribuir al producto funciones y propiedades que no posee;
b) crear una falsa impresión sobre tratamiento o diagnóstico, funciones o propiedades que el producto no posee;
c) no informar al usuario o al paciente sobre los posibles riesgos que conlleva la utilización del producto conforme a su finalidad prevista;
d) dar a entender usos del producto diferentes de los indicados como parte de la finalidad prevista para la que se realizó la evaluación de la conformidad.

5.3. Gestión de etiquetas

Spika incluirá en el software en la pantalla de inicio de la aplicación de visualización de vr-cardio, de los productos la información en forma de etiqueta descargándose y siendo visible por el usuario la información, como el ejemplo que se muestra a continuación. Además, codificará en el margen inferior derecho el código de la etiqueta y su versión.



La etiqueta será previamente diseñada y aprobada en formato físico/papel/electrónico al menos por:

- Para el software el diseñador del departamento de producción y por el Técnico Responsable, dando así cumplimiento a la normativa aplicable, lo cual sea debidamente chequeado por el responsable técnico de la organización.

5.4. Criterio de colocación del UDI

En el caso del programa informático el UDI se suministrará en pantalla fácilmente accesible para el usuario en un formato de texto fácilmente legible, como por ejemplo en el fichero de información del producto "a cerca de…" o en la pantalla de inicio.

6. Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

Nº Copia controlada	Departamentos
1	Archivo

7. Anexos

NÚM. / REV.	TÍTULO
N/A	N/A

8. Documentación relacionada

Código	TÍTULO

N/A	UNE EN ISO – 15223-1 Productos Sanitarios. Símbolos a utilizar en las etiquetas, el etiquetado y la información a suministrar.
N/A	Reglamento 2017/745 del Consejo Europeo

9. Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

Marcar con una X	Tipo formación
☒	**Teórica** (lectura y comprensión del procedimiento)
☐	**Teórico – Práctica** (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable)