ANEXO 2_VERSION_03

1. TITULO DEL ANEXO 2: Informe de CAPA

INFORME DE CAPA	CÓDIGO	Punto ISO 13485	Punto del informe
	AC-037/24.2	8.5.2	NC 12

Persona que abre la acción:	Iván Pérez	Departamento	Calidad
Fecha detección	17/04/2024	Origen	Auditoría Fase II Aenor
Descripción del hallazgo	En contra de lo requerido por la norma, las acciones correctivas para las no conformidades derivadas de la auditoría interna, no incluyen un análisis de causa raíz ni una evaluación de la eficacia de la acción emprendida.		
Análisis de la causa raíz	La plantilla de informes capa carecía de ciertos apartados debido a la rápida y reciente implantación del sistema de gestión de calidad y la falta de proceso de adaptación del personal en el sistema.		
Corrección inmediata	N/A		
Acción correctiva / preventiva	Se actualizará el PNT-006 gestión de acciones correctivas y preventivas para cambiar la plantilla de informes capa e incluir un análisis de la causa raiz y una evaluación de la eficacia de la acción emprendida.		
Verificación del impacto de la acción en el producto		Sí (si marca esta casilla explicar abajo)	No
	¿Existe impacto sobre los requisitos reglamentarios?	☐	☒
	¿Existe impacto sobre la seguridad y funcionamiento?	☐	☒
	Evaluacion de impacto:	El hecho de que las acciones correctivas no cumplan con los requisitos establecidos por la norma implica un incumplimiento directo	

		de los estándares y procedimientos establecidos lo que podría resultar en sanciones regulatorias o pérdida de certificaciones de calidad.	
Responsable de la acción	Iván Pérez	Departamento	Calidad
Fecha límite	07/05/2042		
A completar por la persona que abre	Firma:	IPC	
	Fecha:	25/04/2024	
A completar por el responsable de calidad:	Firma:	IPC	
	Fecha:	25/04/2024	
Evaluación de la eficacia del cambio			
¿El cambio ha sido implantado satisfactoriamente?	☒	Si	
	☐	No	Observaciones
Eficacia del cambio			
El cambio se considera efectivo tras la actualización de la plantilla de informes capa en el PNT-006 gestión de acciones correctivas y preventivas			

Cierre realizado por:	Fecha
Iván Pérez	07/06/2024

***Se ha duplicado el informe capa AC-037/24 a una segunda versión para el cambio y actualización de la plantilla utilizada acorde al procedimiento PNT-006.03.**