ANEXO 2_VERSION_03

1. TITULO DEL ANEXO 2: Informe de CAPA

INFORME DE CAPA	CÓDIGO	Punto ISO 13485	Punto del informe
	AC-044/24	7.1	NC 7

Persona que abre la acción:	Iván Pérez	Departamento	Calidad
Fecha detección	17/04/2024	Origen	Auditoría Fase II Aenor
Descripción del hallazgo	En contra de lo establecido en el procedimiento PNT-002 "Gestión de riesgos", no se presenta evidencia de la identificación y evaluación de riesgos asociados a los procesos del sistema de calidad así como a los del producto sanitario.		
Análisis de la causa raíz	El sistema de calidad es de recién implantación, comenzando por la implantación de la parte general, estando trabajando en la parte específica en el momento de la auditoría para completar los registros del sistema y del producto. SPIKA comienza la implantación del sistema de calidad a finales de diciembre de 2023 y tras la parte general inplementada en febrero de 2024, está trabajando en la generación de todos los registros, como el análisis de riesgos, en el momento actual.		
Corrección inmediata	N/A		
Acción correctiva / preventiva	Se elaborarán 2 análisis de riesgos, uno para el sistema de calidad y otro para el producto. Desde el momento de la auditoría se dispone de un procedimiento de gestión de riesgos que incluye la matriz como anexo. Esta matriz se completará gradualmente a medida que se avance en el desarrollo del producto, registrando todos los riesgos identificados durante dicho proceso.		

Verificación del impacto de la acción en el producto		Sí (si marca esta casilla explicar abajo)	No
	¿Existe impacto sobre los requisitos reglamentarios?	☒	☐
	¿Existe impacto sobre la seguridad y funcionamiento?	☐	☒
	Evaluacion de impacto:	Como el producto aún no está en el mercado y está en proceso de certificación, la ausencia de estos documentos no se considera crítico.	
Responsable de la acción	Iván Pérez	Departamento	Calidad
Fecha límite	N/A		
A completar por la persona que abre	Firma:	IPC	
	Fecha:	07/05/2024	
A completar por el responsable de calidad:	Firma:	IPC	
	Fecha:	07/05/2024	

Evaluación de la eficacia del cambio			
¿El cambio ha sido implantado satisfactoriamente?	☐	Si	
	☒	No	Observaciones

Eficacia del cambio	
Se considerará implantado y eficaz cuando se obtenga el marcado CE del producto.	
Cierre realizado por:	Fecha