Copia Controlada Nº	1
Firma/Fecha	EAL 22/02/2024

APROBACION, RECHAZO Y LIBERACION DE PRODUCTOS

Función:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento:	Garantía de Calidad	Dirección	Garantía de Calidad
Nombre:	Esther Arnaiz	Carlos Zúñiga	Iván Pérez
Firma:	EAL	CZA	IPC
Fecha:	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024

Valido hasta:	22/02/2027

HISTORIAL DEL DOCUMENTO			
VERSIÓN	CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN	FECHA ENTRADA EN VIGOR	SUSTITUYE A (CÓDIGO, REVISIÓN)
01	Edicion inicial	22/02/2024	N/A

Contenido

1. Objetivo 4
2. Alcance 4
3. Responsabilidades y Departamentos afectados 4
4. Definiciones y Acrónimos 4
5. Procedimiento 5
5.1. Producto intermedio 5
5.2. Productos terminados 5
5.3. Productos rechazados 6
5.4. Muestreo de productos 7
6. Distribución del Procedimiento 7
7. Anexos 7
8. Documentación relacionada 7
9. Formación 8
10. TITULO DEL ANEXO 1: Modelo de certificado liberación 9
11. TITULO DEL ANEXO 2: Modelo de etiqueta de rechazo 10

1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es establecer las pautas en la sistemática para asegurar el cumplimiento de todos los productos con las especificaciones aprobadas.

Con este procedimiento se pretende evitar que productos no cumplan las condiciones citadas y sean empleados de manera errónea en el proceso productivo o se comercialicen.

2. Alcance

El presente procedimiento aplica a todos los productos sanitarios que se liberan en las instalaciones de Spika Tech, en adelante Spika, independientemente del estado en el proceso productivo que se encuentre.

3. Responsabilidades y Departamentos afectados

Es responsabilidad del Técnico Responsable asegurar que los materiales y productos cumplan las especificaciones aprobadas. Teniendo la potestad de aprobarlos o rechazarlos según corresponda.

Los departamentos afectados son los señalados en la siguiente tabla:

Departamento	Aplica	
	Si	No
Director Ejecutivo	☒	☐
Garantía de Calidad	☒	☐
IT & Robótica	☐	☒
Investigacion & Desarrollo	☐	☒
Ventas	☐	☒

4. Definiciones y Acrónimos

- Producto Intermedio: Material elaborado parcialmente que debe pasar aún por otras fases de la producción antes de convertirse en producto a final.
- Producto Terminado: se entiende que es aquel que ha pasado por todas las fases de producción, incluyendo su acondicionamiento en el envase final.

- Especificaciones: Describen de forma detallada los requisitos que tienen que cumplir los productos o materiales utilizados u obtenidos durante la fabricación. Sirven como base de la evaluación de la calidad.

5. Procedimiento

5.1. Producto intermedio

Los productos intermedios serán comprobados frente a sus especificaciones. De la misma manera se ubicarán en la ruta https://github.com/SpikaTechSL/VRCardio-VHET360-Visualization (ruta sólo accesible para miembros de la empresa al tratarse de un repositorio privado) hasta que se produzca su liberación por el Técnico Responsable.

Si el producto se corresponde en todos y cada uno de sus parámetros se dictaminará como **APROBADO**. Si por el contrario existe alguna discrepancia entre las especificaciones y los resultados obtenidos se abrirá un informe de No Conformidad para dictaminar si:

- La discrepancia es un defecto menor que no afecta a la calidad del producto en sí misma, podrá aprobarse el producto.
- La discrepancia es un defecto mayor que puede afectar a la calidad, se dictaminará como **RECHAZADO/OBSOLETO,** se identificará como tal y se ubicará en la rutahttps://github.com/SpikaTechSL/VRCardio-VHET360-Visualization (ruta sólo accesible para miembros de la empresa al tratarse de un repositorio privado).

En el tiempo trascurrido desde que se reciben los dispositivos de adquisición de datos por el fabricante y el personal de Spika revisa toda la información, el producto permanece en cuarentena y se identifica fiscamente con una etiqueta naranja.

El dictamen del producto intermedio de sofware realizará siguiendo el modelo de certificado del **Anexo 1**. Debido a que el producto VR Cardio se compone del software y del dispositivo de adquisición de datos, el personal de Spika libera la versión del software y el fabricante autorizado del dispositivo proporciona la información necesaria para que el Técnico Responsable de Spika libere el dispositivo, siguiendo el certificado del **Anexo 1.**

Spika tech, dispondrá de unidades de muestra de unidades fabricadas del dispositivo y liberará en sus instalaciones con la información del fabricante las unidades al mercado.

5.2. Productos terminados

Una vez finalizado el empaquetado final del producto, se debe revisar el empaquetado si se ha realizado conforme a las especificaciones del producto, los datos variables corresponden

y el producto intermedio está debidamente aprobado, en ese caso se dictaminará la aprobación y liberación del producto para la venta.

Si existieran discrepancias se debe iniciar un informe de No Conformidad para:

- Dictaminar si la discrepancia es menor sin afectar a la calidad del producto y su resultado final, bajo autorización del Técnico Responsable es que el producto es **APTO** para liberarse y suministrar al mercado.
- Dictaminar si la discrepancia es mayor afectando negativamente a la seguridad o el producto debe reprocesarse antes de proceder a su venta, podrá ser **RECHAZADO** o **APROBADO** tras el reprocesado. En ambos casos, bajo supervisión y aprobación del T. Responsable.

Para dictaminar al producto, se debe elaborar un certificado como el que se indica en el **Anexo 1**. Debido a que el producto VR Cardio se compone del software y del dispositivo de adquisición de datos, el personal de Spika libera la versión del software y el fabricante autorizado del dispositivo proporciona la información necesaria para que el Técnico Responsable de Spika libere el dispositivo, siguiendo el certificado del **Anexo 1.**

Spika tech, dispondrá de unidades de muestra de unidades fabricadas del dispositivo y liberará en sus instalaciones con la información del fabricante las unidades al mercado.

En este punto, el dispositivo de adquisición de datos se identificará físicamente con una etiqueta verde.

5.3. Productos rechazados

Todo producto que obtenga el dictamen de rechazado debe:

- El software obsoleto/rechazado, se ubica en: https://github.com/SpikaTechSL/VRCardio-VHET360-Visualization/releases (ruta sólo accesible para miembros de la empresa al tratarse de un repositorio privado).
- El dispisitivo de adquisición de datos se identifica con la etiqueta del **ANEXO 2** en rojo y se ubica en la zona de rechazados.
- Elaborar el certificado de rechazo y aprobar el informe de No Conformidad para dictaminar e investigar la causa raíz que ha originado el defecto.

De la misma manera se debe asegurar que el fabricante del DAS sigue procedimientos para asegurar que el producto no conforme no llegue al mercado.

5.4. Muestreo de productos

En SPIKA no se realiza muestro del producto debido a que el dispositivo no se fabrica en serie todavía.

6. Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

Nº Copia controlada	Departamentos
1	Archivo

7. Anexos

NÚM. / REV.	TÍTULO
1/01	Modelo certificado
2/01	Etiqueta de rechazado

8. Documentación relacionada

Código	TÍTULO
N/A	Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.o 178/2002
N/A	Reglamento (CE) n.o 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo
MQ-01	Manual de Calidad
PNT-015	Trazabilidad e identificación de productos y procesos
PNT-004	Gestion de No Conformidades

9. Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

Marcar con una X	Tipo formación
☒	**Teórica** (lectura y comprensión del procedimiento)
☐	**Teórico – Práctica** (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable)

Anexo 1_VERSION_01

10. TITULO DEL ANEXO 1: Modelo de certificado liberación

SPIKA TECH

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN

Producto:

Fecha de fabricación:

Fecha de liberación:

DETERMINACIÓN	RESULTADO	ESPECIFICACIÓN

Por la presente, certifico que todas las estapas de liberación de este producto se han realizado en cumplimiento con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE de productos sanotarios y del Expediente Técnico autorizado durante la obtención del marcado CE: Cualquier no conformidad, si la hubiere, ha sido completamente evaluada y aprobada por elpersonal autorizado.

Se concluye que el lote indicado es aprobado para su liberación

RESULTADO:

☐ CONFORME ☐ NO CONFORME

Fdo: Técnico Responsable

Indicar nombre y apellidos

Anexo 2_VERSION_01

11. TITULO DEL ANEXO 2: Modelo de etiqueta de rechazo