

Hoja de campo - L01

Campana 5-9 oct 2026 | Completar todos los campos; una hoja por estanque

Nombre del estanque:

Fecha / responsable:

Gestor y respuesta sobre extraccion:

Meteorologia:

Sonda ID / calibracion hora:

Turbidimetro ID / calibracion hora:

Tomas (WGS84; profundidad en m; conductividad en uS/cm)

ID	Hora	Lat	Lon	Prof.	Fondo	Temp C	Cond.	pH	O2 mg/L	O2 %	Turb.
L01-P1											
L01-P2											
L01-P3											
L01-P2-DUP											

Filtrado, cadena de custodia y destinos

ID	Hora filtrado	Temp. transporte	Volumen mL	Aliquotas / destino	Incidencias
L01-P1					
L01-P2					
L01-P3					
L01-P2-DUP					

Profundidad de toma: 0,30 m; si fondo <0,50 m, mitad de columna y >=0,10 m sobre sedimento. Duplicado P2 independiente.
No entrar al agua. No muestrear sin respuesta del gestor. Espectros, kits y patrones se registran en hoja de ensayos.

Hoja de campo - L02

Campana 5-9 oct 2026 | Completar todos los campos; una hoja por estanque

Nombre del estanque:

Fecha / responsable:

Gestor y respuesta sobre extraccion:

Meteorologia:

Sonda ID / calibracion hora:

Turbidimetro ID / calibracion hora:

Tomas (WGS84; profundidad en m; conductividad en uS/cm)

ID	Hora	Lat	Lon	Prof.	Fondo	Temp C	Cond.	pH	O2 mg/L	O2 %	Turb.
L02-P1											
L02-P2											
L02-P3											
L02-P2-DUP											

Filtrado, cadena de custodia y destinos

ID	Hora filtrado	Temp. transporte	Volumen mL	Aliquotas / destino	Incidencias
L02-P1					
L02-P2					
L02-P3					
L02-P2-DUP					

Profundidad de toma: 0,30 m; si fondo <0,50 m, mitad de columna y >=0,10 m sobre sedimento. Duplicado P2 independiente.
No entrar al agua. No muestrear sin respuesta del gestor. Espectros, kits y patrones se registran en hoja de ensayos.

Hoja de campo - L03

Campana 5-9 oct 2026 | Completar todos los campos; una hoja por estanque

Nombre del estanque:

Fecha / responsable:

Gestor y respuesta sobre extraccion:

Meteorologia:

Sonda ID / calibracion hora:

Turbidimetro ID / calibracion hora:

Tomas (WGS84; profundidad en m; conductividad en uS/cm)

ID	Hora	Lat	Lon	Prof.	Fondo	Temp C	Cond.	pH	O2 mg/L	O2 %	Turb.
L03-P1											
L03-P2											
L03-P3											
L03-P2-DUP											

Filtrado, cadena de custodia y destinos

ID	Hora filtrado	Temp. transporte	Volumen mL	Aliquotas / destino	Incidencias
L03-P1					
L03-P2					
L03-P3					
L03-P2-DUP					

Profundidad de toma: 0,30 m; si fondo <0,50 m, mitad de columna y >=0,10 m sobre sedimento. Duplicado P2 independiente.
No entrar al agua. No muestrear sin respuesta del gestor. Espectros, kits y patrones se registran en hoja de ensayos.

Hoja de campo - L04

Campana 5-9 oct 2026 | Completar todos los campos; una hoja por estanque

Nombre del estanque:

Fecha / responsable:

Gestor y respuesta sobre extraccion:

Meteorologia:

Sonda ID / calibracion hora:

Turbidimetro ID / calibracion hora:

Tomas (WGS84; profundidad en m; conductividad en uS/cm)

ID	Hora	Lat	Lon	Prof.	Fondo	Temp C	Cond.	pH	O2 mg/L	O2 %	Turb.
L04-P1											
L04-P2											
L04-P3											
L04-P2-DUP											

Filtrado, cadena de custodia y destinos

ID	Hora filtrado	Temp. transporte	Volumen mL	Aliquotas / destino	Incidencias
L04-P1					
L04-P2					
L04-P3					
L04-P2-DUP					

Profundidad de toma: 0,30 m; si fondo <0,50 m, mitad de columna y >=0,10 m sobre sedimento. Duplicado P2 independiente.
No entrar al agua. No muestrear sin respuesta del gestor. Espectros, kits y patrones se registran en hoja de ensayos.

Hoja de campo - L05

Campana 5-9 oct 2026 | Completar todos los campos; una hoja por estanque

Nombre del estanque:

Fecha / responsable:

Gestor y respuesta sobre extraccion:

Meteorologia:

Sonda ID / calibracion hora:

Turbidimetro ID / calibracion hora:

Tomas (WGS84; profundidad en m; conductividad en uS/cm)

ID	Hora	Lat	Lon	Prof.	Fondo	Temp C	Cond.	pH	O2 mg/L	O2 %	Turb.
L05-P1											
L05-P2											
L05-P3											
L05-P2-DUP											

Filtrado, cadena de custodia y destinos

ID	Hora filtrado	Temp. transporte	Volumen mL	Aliquotas / destino	Incidencias
L05-P1					
L05-P2					
L05-P3					
L05-P2-DUP					

Profundidad de toma: 0,30 m; si fondo <0,50 m, mitad de columna y >=0,10 m sobre sedimento. Duplicado P2 independiente.
No entrar al agua. No muestrear sin respuesta del gestor. Espectros, kits y patrones se registran en hoja de ensayos.