

SERTIFIKAT KALIBRASI CALIBRATION CERTIFICATE

Identitas Alat

Instrument's Details

Nomor Identifikasi : -
Identification Number
Nama : Roda Momen
Name
Pabrik : -
Manufacturer
Tipe / Nomor Seri/ID : -
Type / Serial Number/ID
Rentang Ukur / Resolusi : 0 - 102 mm / -
Range / Resolution

Nomor Sertifikat : 01/08/0-1000/478

Certificate number

Halaman : Page 1 of 2

Pages

Identitas Pemilik

Owner Details

Nama : PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN
Name
Alamat : Cikarang Square Blok B, Jalan Raya Cikarang Cibarusah No.11, Sukaresmi,
Address Cikarang Selatan, Pasirsari, Cikarang Sel., Bekasi, Jawa Barat 17530

Sertifikat ini terdiri atas 2 halaman

This certificate comprises of 2 pages

Cikarang, 07 November 2019

Disetujui oleh

Approved by



**SENTRAL SISTEM
CALIBRATION**
PT. Sentral Teknologi Managemen

Rudi Eko Suryono

Manajemen Teknis

Laboratorium : Cikarang Square Blok B No 11, Jl. Raya Cibarusah Cikarang Selatan - Jawa Barat 17530 | Telp : (021) 89321323 - 4 | Fax : 29067204

Tanggal Terima <i>Date of acceptance</i>	: 04 November 2019	Nomor Sertifikat <i>Certificate number</i>	: 01/08/0-1000/478
Tanggal Kalibrasi <i>Calibration date</i>	: 04 November 2019	Halaman <i>Pages</i>	: Page 2 of 2
Tempat Kalibrasi <i>Calibration place</i>	: PT. SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN		
Kondisi Lingkungan <i>Environment condition</i>	: Suhu : $20 \pm 0.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ <i>Temperature</i>	: Kelembaban : $55.7 \pm 1.7 \text{ \%RH}$ <i>Humidity</i>	

HASIL KALIBRASI/CALIBRATION RESULT

Penunjukan Standar <i>Standard Reading</i> (mm)	Nominal Alat <i>Instrument's Nominal</i> (mm)	Koreksi <i>Correction</i> (mm)
102.3	102.0	0.3

Keterangan/Note :

Standar Kalibrasi/Reference Standard : Standard Ruler CSD002, Scale Loop CSD005
Tertelusur ke SI melalui/Traceable to SI through : LK-032-IDN; Puslit Metrologi LIPI
Prosedur Kalibrasi/Calibration Procedure : STM/IK-DIMENSI/05
Ketidakpastian Kalibrasi/ Calibration Uncertainty : $\pm 0,65 \text{ mm}$
Ketidakpastian pengukuran yang dilaporkan adalah ketidakpastian bentangan pada tingkat kepercayaan sekitar 95% dengan factor cakupan k = 2
The report of measurement's uncertainty is expanded uncertainty with confidence level approximately 95% with coverage factor k = 2
Penunjukan Sebenarnya = Penunjukan Alat + Koreksi
Actual Reading = Instrument's Reading + Correction

Diselia oleh
Checked by



Dian Puji Hartono
 Manajemen Teknis

--- Akhir dari Sertifikat / End of Certificate ---