

Nama : Hardness Block
 Tipe : HRA 65
 Merk : Yamamoto
 No. Seri : 289 - 211
 No. Identitas : CSH001

第1回測定 The first measurement						(n = 5)			
1	2	3	4	5	$\bar{X}(1 \sim 5)$	$R(1 \sim 5)$			
65.0	65.0	65.1	65.1	65.0	65.04	0.1			

第2回測定 The second measurement						(n = 5)			
6	7	8	9	10	$\bar{X}(6 \sim 10)$	$R(6 \sim 10)$			
65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.10	0.0			

総合成績 Over-all Avg.		ばらつき Range $R(1 \sim 10)$	
			0.1

平均値 Mean $\bar{X}(1 \sim 10)$	
65.07	

硬さ基準片検査票 Hardness Block Certificate	
製品名 Assortment	HRA 65
製造番号 Serial No.	289-211
硬さ Hardness	65.1 HRA
測定者 Inspector	Y T
検定 Calibration	15.12.10
測定年月日 Date	15.12.09

YSTL 株式会社 山本科学工具研究社
 www.ystl.jp YAMAMOTO SCIENTIFIC TOOL LABORATORY CO.,LTD.

Nama : Hardness Block
 Tipe : HRA 75
 Merk : Yamamoto
 No. Seri : 288 - 583
 No. Identitas : CSH002

第1回測定 The first measurement (n= 5)						$\bar{X}(1 \sim 5)$	$R(1 \sim 5)$
1	2	3	4	5			
75.5	75.6	75.7	75.6	75.6		75.60	0.2

第2回測定 The second measurement (n= 5)						$\bar{X}(6 \sim 10)$	$R(6 \sim 10)$
6	7	8	9	10			
75.6	75.5	75.7	75.5	75.6		75.58	0.2

総合成績
Over-all Avg.
ばらつき Range
 $R(1 \sim 10)$
0.2

平均値 Mean
 $\bar{X}(1 \sim 10)$
75.59

硬さ基準片検査票

Hardness Block Certificate

製品名
Assortment **HRA 75**

製造番号
Serial No.

288-583

硬さ
Hardness **75.6 HRA**

測定者 **検査** 測定年月日 Date
M O **15.11.27** 15.11.24



株式会社 **山本科学工具研究社**
YAMAMOTO SCIENTIFIC TOOL LABORATORY CO.,LTD.

Nama : Hardness Block
 Tipe : HRA 85
 Merk : Yamamoto
 No. Seri : 283 - 887
 No. Identitas : CSH003

第1回測定 The first measurement						(n = 5)	
1	2	3	4	5	$\bar{X}(1 \sim 5)$	$R(1 \sim 5)$	
85.4	85.4	85.4	85.4	85.5	85.42	0.1	

第2回測定 The second measurement						(n = 5)	
6	7	8	9	10	$\bar{X}(6 \sim 10)$	$R(6 \sim 10)$	
85.5	85.5	85.4	85.4	85.4	85.44	0.1	

総合成績 Over-all Avg.	
ばらつき Range $R(1 \sim 10)$	0.1

平均値 Mean $\bar{X}(1 \sim 10)$	
85.43	

硬さ基準片検査票 Hardness Block Certificate	
製品名 Assortment	HRA 85
製造番号 Serial No.	283-887
硬さ Hardness	85.4 HRA
測定者 Measurer	測定年月日 Date
M O 15.11.17	15.11.14

YSTL 株式会社 山本科学工具研究社
 www.ysti.jp YAMAMOTO SCIENTIFIC TOOL LABORATORY CO.,LTD.