

SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN	No Dokumen	STM / PP02/25		
	Mulai Berlaku	04 Juni 2018		
	Revisi	02		
Prosedur pengendalian pekerjaan kalibrasi yang tidak sesuai	Tanggal Revisi	04Juni 2018		
	Halaman	1	dari	2

TUJUAN:

Mengidentifikasi pekerjaan yang tidak sesuai atau masalah dalam sistem manajemen atau kegiatan kalibrasi yang dapat terjadi pada proses sistem mutu atau kegiatan teknis.

REFERENSI:

1. ISO/IEC 17025:2017, Quality Management System, Pasal 7.10 , 7.10.1 , 7.10.2 , 7.10.3


RUANG LINGKUP:

Dokumen ini mencakup suatu prosedur yang harus diterapkan bila terdapat aspek apapun dari pekerjaan pengujian dan atau kalibrasi yang tidak sesuai dengan prosedur atau persyaratan customer yang telah disetujui.

DEFINISI:

PERFORMA INDIKATOR:


Ruang lingkup disetujui oleh KAN (Terakreditasi)

DISPOSISI	NAMA	JABATAN	PARAF
DISIAPKAN OLEH	WULAN SEPTIANA B	QA	
DIPERIKSA OLEH	RUDI EKO S	Kepala Laboratorium	
DIPERIKSA OLEH	REMI RAMDHANI	Kepala Bisnis Unit	
DISAHKAN OLEH	IMANUEL IMAN	Direktur	

SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

Prosedur pengendalian pekerjaan kalibrasi yang tidak sesuai

PROSEDUR



No Dokumen

STM / PP02 / 25

Mulai Berlaku

04 Juni 2018

Revisi

02

Tanggal Revisi

04 Juni 2018

Halaman

2

dari

2

NO

TANGGUNG
JAWAB

DESKRIPSI

DOK
TERKAIT

1

MT

Penyelia melakukan identifikasi hasil pekerjaan hasil kalibrasi yang tidak sesuai

Form worksheet data mentah

2

MT

Manager Teknis mempelajari ketidaksesuaian pekerjaan hasil kalibrasi

3

MT

Evaluasi terhadap signifikansi ketidaksesuaian pekerjaan kalibrasi dilakukan Manajer Teknis harus mengantisipasi keterlambatan laporan pengujian,

4

MT/QA

Berkaitan dengan ketidaksesuaian, apakah terjadi penundaan terhadap laporan pengujian?

5 - 7

MT/QA

Apabila ketidaksesuaian yang terjadi berdampak cukup besar terhadap mutu data hasil pengujian, maka customer diberitahu dan pekerjaan dibatalkan, bila diperlukan, atau terus dilanjutkan dan disahkan

8

MT/QA

Tindakan perbaikan dilakukan sesegera mungkin untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan bersamaan dengan keputusan penerimaan atau dilanjutkannya pekerjaan pengujian

9

MT/QA

Simpan bukti hasil tindakan perbaikan yang telah dilakukan atau dilakukan kepada pelanggan jika diperlukan

Membatalkan pekerjaan