

Nama : Hardness Block
 Tipe : HRBS 100
 Merk : Yamamoto
 No. Seri : 658 - 141
 No. Identitas : CSH007

第1回測定 The first measurement						(n= 5)			
1	2	3	4	5	$\bar{X}(1 \sim 5)$	$R(1 \sim 5)$			
101.2	101.2	101.2	101.1	101.1	101.16	0.1			

第2回測定 The second measurement						(n= 5)			
6	7	8	9	10	$\bar{X}(6 \sim 10)$	$R(6 \sim 10)$			
101.2	101.2	101.2	101.1	101.1	101.16	0.1			

総合成績 Over-all Avg.	ばらつき Range $R(1 \sim 10)$	平均値 Mean $\bar{X}(1 \sim 10)$
	0.1	101.16

硬さ基準片検査票 Hardness Block Certificate	
製品名 Assortment	HRBS 100
製造番号 Serial No.	658-141
硬さ Hardness	101.2 HRB S
測定者 T S	測定年月日 Date 15.12.22
株式会社 山本科学工具研究社 YAMAMOTO SCIENTIFIC TOOL LABORATORY CO., LTD.	

Nama : Hardness Block
 Tipe : HRBS 32
 Merk : Yamamoto
 No. Seri : 662 - 334
 No. Identitas: CSH004

第1回測定 The first measurement						(n= 5)	
1	2	3	4	5	$\bar{X}(1 \sim 5)$	$R(1 \sim 5)$	
33.3	33.7	33.7	33.5	33.5	33.54	0.4	

第2回測定 The second measurement						(n= 5)	
6	7	8	9	10	$\bar{X}(6 \sim 10)$	$R(6 \sim 10)$	
33.3	33.8	33.8	33.4	33.4	33.54	0.5	

総合成績
Over-all Avg.
ばらつき Range
 $R(1 \sim 10)$
0.5

平均値 Mean
 $\bar{X}(1 \sim 10)$
33.54

硬さ基準片検査票


Hardness Block Certificate

製品名 Assortment **HRBS 32**

製造番号 Serial No. **662-334**

硬さ Hardness **33.5 HRB S**

測定者 Measure **M O** 校蓋 15.12.2 測定年月日 Date **15.12.01**

 株式会社 山本科学工具研究社
www.ystl.jp YAMAMOTO SCIENTIFIC TOOL LABORATORY CO.,LTD.

Nama : Hardness Block
 Tipe : HRBS 62
 Merk : Yamamoto
 No. Seri : 660 - 230
 No. Identitas : CSH005

第1回測定 The first measurement					(n= 5)	
1	2	3	4	5	$\bar{X}(1 \sim 5)$	$R(1 \sim 5)$
62.0	62.2	62.1	62.0	62.2	62.10	0.2

第2回測定 The second measurement					(n= 5)	
6	7	8	9	10	$\bar{X}(6 \sim 10)$	$R(6 \sim 10)$
62.3	62.1	62.1	61.6	61.5	61.92	0.8

総合成績
Over-all Avg.
ばらつき Range
 $R(1 \sim 10)$
0.8

平均値 Mean
 $\bar{X}(1 \sim 10)$
62.01

硬さ基準片検査票
Hardness Block Certificate

製品名
Assortment **HRBS 62**

製造番号
Serial No. **660-230**

硬さ
Hardness **62.0 HRB S**

測定者 Measurement Y K 15.12.22
 測定年月日 Date 15. 12. 18

株式会社 山本科学工具研究社
 YSIL YAMAMOTO SCIENTIFIC TOOL LABORATORY CO., LTD.
 www.ystl.jp

Nama : Hardness Block
 Tipe : HRBS 90
 Merk : Yamamoto
 No. Seri : 661 - 392
 No. Identitas : CSH006

第1回測定 The first measurement						(n= 5)	
1	2	3	4	5	$\bar{X}(1 \sim 5)$	R(1~ 5)	
91.3	91.3	91.3	91.2	91.2	91.26	0.1	

第2回測定 The second measurement						(n= 5)	
6	7	8	9	10	$\bar{X}(6 \sim 10)$	R(6~10)	
91.1	91.1	91.2	91.1	91.2	91.14	0.1	

総合成績
Over-all Avg.
ばらつき Range
R(1~10)
0.2

平均値 Mean
 $\bar{X}(1 \sim 10)$
91.20

硬さ基準片検査票

Hardness Block Certificate


製品名
Assortment **HRBS 90**

製造番号
Serial No.

661-392
91.2 HRB S

硬さ
Hardness

測定者 検査 測定年月日 Date
M O 15.11.18 15.11.17

 株式会社 山本科学工具研究社
www.ystl.jp YAMAMOTO SCIENTIFIC TOOL LABORATORY CO.,LTD.