

<p>SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMENT</p> <p>PROSEDUR PENYELIAAN</p>	No Dokumen	STM / PP02 / 11		
	Mulai Berlaku	04 Juni 2018		
	Revisi	00		
	Tanggal Revisi	04 Juni 2018		
	Halaman	1	dari	2

TUJUAN:

1. Untuk memberikan panduan penyeliaan hasil kalibrasi di lab PT Sentral Tehnologi manajemen

REFERENSI:

1. ISO/IEC 17025:2017, Quality Management System Pasal 6.1 , 7.5.1 , 7.8

RUANG LINGKUP:

Prosedur ini Mencakup aktivitas penyeliaan hasil kalibrasi sejak data mentah hingga di tandatanganinya sertifikat kalibrasi oleh personil yang berwenang.

DEFINISI:

MT : Manager Teknis

PERFORMA INDIKATOR:

Laporan hasil kalibrasi yang diterbitkan sesuai standar

DISPOSISI	NAMA	JABATAN	PARAF
DISIAPKAN OLEH	Wulan Septina B	QA	
DIPERIKSA OLEH	RUDI EKO S	Kepala Laboratorium	
DIPERIKSA OLEH	REMI RAMDHANI	Kepala Bisnis Unit	
DISAHKAN OLEH	IMANUEL IMAN	Direktur	

SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

PROSEDUR PENYELIAAN

No Dokumen

STM / PP02 / 11

Mulai Berlaku

04 Juni 2018

Revisi

00

Tanggal Revisi

04 Juni 2018

Halaman

2

dari

2


PROSEDUR

NO

TANGGUNG
JAWAB

DESKRIPSI

DOK
TERKAIT



1

Admin Teknis

Menerima data sheet hasil kalibrasi dari teknisi

2

Admin Teknis

Memeriksa kelengkapan data

3

Admin Teknis

Mengembalikan datasheet pada teknisi untuk dilengkapi apabila data tidak lengkap

4

Admin Teknis

Menginput data hasil kalibrasi pada template

5

Admin Teknis

Menyimpan softcopy di server dan hardcopy diserahkan ke Manajer Teknis A

6

Manajer Teknis A

MT A melakukan penyalinan data softcopy vs hardcopy

7

Admin Teknis Sertifikat

MT A menyerahkan softcopy dan hardcopy ke admin teknis sertifikat

8

Admin Teknis Sertifikat

Mencetak sertifikat hasil kalibrasi

9

Admin Teknis Sertifikat

Menyerahkan ke Manajer Teknis B

10

Manajer Teknis B

Manajer Teknis B melakukan penyalinan sertifikat vs data mentah hardcopy dan membubuhkan paraf pada halaman data

11

Manajer Teknis B

Menyerahkan sertifikat untuk ditandatangani Manajer Teknis A dan Manajer Teknis B

12

Manajer Teknis A

Menandatangani sertifikat hasil kalibrasi yang telah dilakukan penyalinan silang (oleh Manajer Teknis A dan Manajer Teknis B)

13

Admin Teknis Sertifikat

Serahkan ke admin teknis sertifikat