

SERTIFIKAT KALIBRASI CALIBRATION CERTIFICATE

Identitas Alat
Instrument's Details

Nomor Identifikasi : KST 002
Identification Number
Nama : Digital Tachometer
Name
Pabrik : Sanwa
Manufacturer
Tipe / Nomor Seri/ID : SE 300 / 16025700128
Type / Serial Number/ID
Rentang Ukur / Resolusi : 20000 rpm / 0.1 rpm
Range / Resolution

Nomor SO : -
Nomor Sertifikat : 08/03/10000-20000/006
Certificate number
Halaman : Page 1 of 2
Pages

Identitas Pemilik
Owner Details


Nama : PT SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN
Name
Alamat : Cikarang Square, B11 Jl Raya Cikarang Cibarusah, Kel Pasirsari, Kec.
Address Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawabarat.

Sertifikat ini terdiri atas 2 halaman
This certificate comprises of 2 pages

Cikarang, 01 Juni 2019

Disetujui oleh

Approved by



SENTRAL SISTEM
CALIBRATION
PT. Sentral Teknologi Managemen

Rudi Eko Suryono
Manajemen Teknis

Laboratorium : Cikarang Square Blok B No 11, Jl. Raya Cibarusah Cikarang Selatan - Jawa Barat 17530 | Telp : (021) 89321323 - 4 | Fax : 29067204

Tanggal Terima	: 28 Mei 2019	Nomor Sertifikat	: 08/03/10000-20000/006
<i>Date of acceptance</i>		<i>Certificate number</i>	
Tanggal Kalibrasi	: 28 Mei 2019	Halaman	: Page 2 of 2
<i>Calibration date</i>		<i>Pages</i>	
Tempat Kalibrasi	: PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN		
<i>Calibration place</i>			
Kondisi Lingkungan	: Suhu : (25.1 ± 0.6) °C	Kelembaban	: (55.6 ± 2) %rh
<i>Environment condition</i>	<i>Temperature</i>	<i>Humidity</i>	

HASIL KALIBRASI / CALIBRATION RESULT

Nominal Standar <i>Standard's Nominal</i> (rpm)	Pembacaan Alat <i>Instrument Reading</i> (rpm)	Koreksi <i>Correction</i> (rpm)	Ketidakpastian <i>Uncertainty</i> (rpm)
240	239.9	0.1	1.2
500	499.9	0.1	1.2
1000	999.9	0.1	1.2
2000	2000	0.0	1.2
4000	4000	0.0	1.2
6000	6000	0.0	1.2
8000	8000	0.0	1.2
10000	10000	0.0	1.2
12000	12000	0.0	3.3
15000	15000	0.0	3.3
20000	20000	0.0	3.3

Keterangan/Note :

Standar Kalibrasi/Reference Standard : Multi Product Calibrator Transmille 9041A & Multifuction Workstation Transmille EA015 (ELC001)
Tertelusur ke SI melalui/Traceable to SI through : Transmille Ltd. (UKAS Accredited Laboratory)
Prosedur Kalibrasi/Calibration Procedure : STM/IK-TIME&FREQUENCY/03

Ketidakpastian pengukuran yang dilaporkan adalah ketidakpastian bentangan pada tingkat kepercayaan sekitar 95% dengan factor cakupan k = 2

The report of measurement's uncertainty is expanded uncertainty with confidence level approximately 95% with coverage factor k = 2

Penunjukan Sebenarnya = Penunjukan Alat + Koreksi

Actual Reading = Instrument's Reading + Correction

Diselia oleh

Checked by



Antonius Rendra S. D.

Manajemen Teknis

--- Akhir dari Sertifikat / End of Certificate ---