

Laboratorium Kalibrasi & Uji

PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

"To become the most trustworthy calibration laboratories in Indonesia"



SNI ISO/ IEC 17025

Laboratorium : Cikarang Square Blok B No 11, Jl. Raya Cibarusah Cikarang Selatan - Jawa Barat 17530 | Telp : (021) 89321323 - 4 | Fax : 29067204

SERTIFIKAT KALIBRASI

CALIBRATION CERTIFICATE

Roda Momen

-/-

Identitas Alat

Instrument's Details

Nomor Identifikasi

Identification Number

Nama

Name

Pabrik

Manufacturer

Tipe / Nomor Seri/ID

Type / Serial Number/ID

Rentang Ukur / Resolusi

Range / Resolution

Nomor Sertifikat : 06/08/0-1000/001

Certificate number

Halaman

: Page 1 of 2

Pages

Identitas Pemilik

Owner Details

Nama

Name

Alamat

Address

: PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

Cikarang Square Blok B, Jalan Raya Cikarang Cibarusah No.11, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Pasirsari, Cikarang Sel., Bekasi, Jawa Barat 17530

Sertifikat ini terdiri atas 2 halaman

This certificate comprises of 2 pages

Cikarang,

04 Maret 2019

SENTRAL SISTEM

Disetujui oleh

Approved by

Rudi Eko Suryono

Manajemen Teknis



Suhu/Temperature | Gaya/Force | Dimensi/Dimension | Tekanan/Pressure | Massa/Mass | Konduksi/Conductivities Volume/Volumetric | Uji Kimia/Chemical Test | Waktu & Frequensi/Time & Frequency | Torsi/Torque | Kelistrikan/Electrical



Laboratorium Kalibrasi & Uji

PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN





Laboratorium: Cikarang Square Blok B No 11, Jl. Raya Cibarusah Cikarang Selatan - Jawa Barat 17530 | Telp: (021) 89321323 - 4 | Fax: 29067204

Tanggal Terima

Date of acceptance

Tanggal Kalibrasi Calibration date

Tempat Kalibrasi

Calibration place Kondisi Lingkungan Environment condition

: 26 Februari 2019

26 Februari 2019

Halaman

Pages

Page 2 of 2

06/08/0-1000/001

PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

Kelembaban

Nomor Sertifikat

Certificate number

 $52.9 \pm 1.7 \% RH$

Temperature

Suhu

Humidity

HASIL KALIBRASI/CALIBRATION RESULT

Penunjukan Standar Standard Reading	Nominal Alat Instrument's Nominal	Koreksi Correction
(mm)	(mm)	(mm)
25.6	-	-

: 20.1 ± 0.5 °C

Keterangan/Note:

Standar Kalibrasi/Refference Standard

Tertelusur ke SI melalui/Treceable to SI through

Prosedur Kalibrasi/Calibration Procedure

Ketidakpastian Kalibrasi/ Calibration Uncertainty

Standard Ruler CSD002, Scale Loop CSD005

LK-032-IDN; Puslit Metrologi LIPI

: STM/IK-DIMENSI/05

 \pm 0.6 mm Ketidakpastian pengukuran yang dilaporkan adalah ketidakpastian bentangan pada tingkat kepercayaan

sekitar 95% dengan factor cakupan k = 2

The report of measurement's uncertainty is expanded uncertainty with confidence level approximately 95% with coverage factor k = 2

Penunjukan Sebenarnya = Penunjukan Alat + Koreksi

Actual Reading = Instrument's Reading + Correction

Diselia oleh

Checked by

Amsal Bahtiar Manajemen Teknis

--- Akhir dari Sertifikat / End of Certificate ---