

UC00575

Implementar procedimentos de acreditação do laboratório

MÓDULO 1 – Arquitetura do Sistema de Gestão da Qualidade

Objeto de Aprendizagem – 1.6 — Estrutura Documental do Sistema de Gestão da Qualidade

Goreti Certal | 05-2026



Cofinanciado pela
União Europeia

Os Fundos Europeus mais próximos de si.

Objetivos de Aprendizagem

No final deste módulo, o profissional laboratorial deverá ser capaz de:

1

Identificar os Níveis Documentais

Reconhecer os diferentes níveis da estrutura documental do SGQ e a sua função no contexto do laboratório.

2

Distinguir Documentos e Registos

Compreender a natureza distinta de documentos controlados e registos como evidência objetiva.

3

Compreender a Hierarquia Documental

Interpretar a organização hierárquica da documentação e as relações entre os seus diferentes níveis.

4

Relacionar Controlo e Rastreabilidade

Associar o controlo documental rigoroso à rastreabilidade da informação e ao suporte à acreditação.

Estrutura Documental do SGQ

A documentação constitui a espinha dorsal de qualquer Sistema de Gestão da Qualidade. Num laboratório, a sua função vai muito além do simples registo de atividades.

Para que serve a documentação?

- **Evidência objetiva** de conformidade com requisitos normativos e técnicos
- **Padronização** de métodos, procedimentos e práticas laboratoriais
- **Suporte à acreditação** e demonstração de competência técnica
- **Comunicação interna** consistente entre colaboradores


Organização Documental

A documentação deve ser organizada de forma lógica, acessível e controlada. Cada documento tem um propósito definido, um responsável identificado e um ciclo de vida gerido. A desorganização documental compromete diretamente a rastreabilidade e a credibilidade do laboratório perante organismos de acreditação.

 A documentação não é um fim em si mesma — é o instrumento que garante a repetibilidade e a confiança nos resultados.

Hierarquia Documental do SGQ

A estrutura documental de um laboratório organiza-se em níveis hierárquicos interdependentes, cada um com funções e responsabilidades distintas.



Cada nível sustenta o seguinte: o Manual define a política, os Procedimentos descrevem o como, as Instruções detalham o passo a passo, os Formulários capturam os dados e os Documentos Externos (normas, legislação) enquadram o sistema.

Função de Cada Nível Documental

Manual da Qualidade

Documento de topo que define a política, objetivos e âmbito do SGQ. Descreve a estrutura do sistema e a interação entre processos. Referência primária em auditorias de acreditação.

Procedimentos

Descrevem *como* realizar atividades específicas — ex.: procedimento de receção de amostras, gestão de não conformidades. Definem responsabilidades, recursos e critérios de aceitação.

Instruções de Trabalho

Descrevem detalhadamente cada passo operacional — ex.: operação de equipamento analítico, preparação de reagentes. Garantem a repetibilidade e minimizam a variabilidade inter-operador.

Formulários e Registos

Formulários são documentos em branco para captura de dados; quando preenchidos tornam-se registos. Constituem a evidência objetiva de execução das atividades laboratoriais.

Documentos Externos

Normas (ISO, EURACHEM), legislação, especificações de clientes e referências técnicas externas. Devem ser identificados, controlados e mantidos na versão vigente.

Documentos vs. Registos — Uma Distinção Crítica

Uma das confusões mais frequentes em contexto laboratorial é a utilização indistinta dos termos **documento** e **registo**. Esta distinção tem implicações diretas no controlo e na rastreabilidade.

Documento

Define o que fazer e como fazer. É dinâmico — pode ser revisto, atualizado e tem versões controladas.

- Procedimento de receção de amostras
- Instrução de operação do espectrofotómetro
- Política de qualidade do laboratório

Requer aprovação formal antes da utilização. Versões obsoletas devem ser retiradas de circulação.

Registo

Evidencia o que foi feito e quando. É estático — não pode ser alterado após a sua criação.

- Folha de registo de calibração de balança
- Boletim de receção de amostra
- Registo de controlo de temperatura de incubadora

Constitui evidência objetiva perante auditorias. A sua integridade é inviolável.

 Alterar ou adulterar um registo laboratorial constitui uma não conformidade grave e pode comprometer a validade dos resultados e a acreditação do laboratório.

Controlo Documental — Requisitos e Práticas

O controlo documental assegura que apenas documentos aprovados e na versão atual são utilizados. É um requisito crítico da NP EN ISO/IEC 17025 e de qualquer sistema de gestão da qualidade.



Aprovação e Revisão

Todo o documento deve ser revisto tecnicamente e aprovado por responsável competente antes de ser emitido. A revisão periódica garante a atualidade do conteúdo.



Distribuição e Acesso

A distribuição deve ser controlada — quem recebe, em que formato e quando. O acesso deve ser garantido aos utilizadores relevantes, nas suas áreas de trabalho.



Identificação e Versões

Cada documento deve ter: código único, título, versão, data de emissão e data de revisão. O controlo de versões impede a utilização de documentos desatualizados.



Documentos Obsoletos

Versões substituídas devem ser imediatamente retiradas de circulação e marcadas como "OBSOLETO". Podem ser arquivadas para referência histórica, mas nunca utilizadas operacionalmente.

Gestão de Registos Laboratoriais

Os registos são a memória documental do laboratório. A sua gestão adequada é indissociável da rastreabilidade e da credibilidade técnica.

Requisitos de Gestão

→ Retenção

Período mínimo de conservação definido por requisitos normativos, legais e contratuais — tipicamente 5 a 10 anos em contexto laboratorial acreditado.

→ Proteção e Integridade

Proteção contra deterioração física, perda acidental, alteração não autorizada e acesso indevido. Backups regulares para registos digitais.

→ Confidencialidade

Resultados, dados de clientes e informação técnica sensível devem ter acesso restrito e controlado, respeitando obrigações legais (RGPD).

Armazenamento e Recuperação

Um registo sem rastreabilidade é um registo inútil. O sistema de armazenamento — físico ou digital — deve garantir:

- Localização rápida e inequívoca de qualquer registo
- Indexação por data, código de amostra, equipamento ou analista
- Recuperação integral em caso de auditoria ou reclamação
- Segregação entre registos ativos e históricos

☐ A rastreabilidade documental significa conseguir reconstituir o historial completo de qualquer resultado analítico.

Sistemas Documentais Digitais em Laboratório

A transição para ambientes digitais representa uma evolução significativa na gestão documental laboratorial, introduzindo eficiência mas também novos requisitos de controlo.

LIMS

Laboratory Information Management System — integra gestão de amostras, resultados, rastreabilidade e documentação. Centraliza a informação e automatiza fluxos documentais.

Controlo Eletrónico de Documentos

Plataformas de gestão documental (DMS) permitem controlo de versões, fluxos de aprovação, distribuição automática e arquivo estruturado com rastreabilidade de acessos.

Assinaturas Eletrónicas

Equivalentes funcionais à assinatura manuscrita quando cumprem requisitos de autenticação, integridade e não-repúdio (ex.: qualificadas segundo regulamento eIDAS).

Segurança e Riscos

Riscos específicos do digital: falhas de sistema, perda de dados, acessos não autorizados, obsolescência de formatos. Exigem políticas de backup, controlo de acessos e auditoria de logs.

 A digitalização documental não elimina a necessidade de controlo — transfere-o para o ambiente digital, exigindo competências específicas de segurança da informação.

Exemplos Práticos de Controlo Documental

A aplicação concreta dos princípios de controlo documental é visível no dia a dia do laboratório. Os exemplos seguintes ilustram a integração entre documentos, registos e rastreabilidade.



Procedimento de Receção de Amostras

O procedimento (documento controlado) define critérios de aceitação, condicionamento e identificação. O boletim de receção preenchido (registo) evidencia a conformidade de cada amostra recebida, com data, hora e responsável identificados.



Instrução de Operação e Registo de Calibração

A instrução de trabalho do equipamento (ex.: balança analítica) descreve cada passo operacional. A folha de registo de calibração documenta os valores obtidos, os padrões utilizados e a decisão de conformidade — constituindo evidência rastreável.



Controlo de Versões e Gestão de Obsoletos

Quando um procedimento é revisto (ex.: v2.0 substitui v1.0), a versão anterior é imediatamente retirada de todos os postos de trabalho, carimbada como "OBSOLETO" e arquivada separadamente. O registo de distribuição documenta quem recebeu a nova versão.

Auditoria de Acreditação: Falhas Documentais Identificadas

Durante uma auditoria de acreditação a um laboratório de análises clínicas, o auditor identificou situações críticas com impacto direto na validade dos resultados e na continuidade da acreditação.

Situação Identificada

- Procedimentos analíticos na versão v1.2 em utilização — versão atual era v2.0, emitida há 8 meses
- Registos de calibração da balança analítica com campos em branco (falta de assinatura do responsável e data)
- Instrução de trabalho do espectrofotómetro UV não disponível no local de trabalho
- Formulário de controlo de temperatura do frigorífico de reagentes sem preenchimento nos últimos 15 dias

Impacto e Consequências

Validade dos Resultados

Resultados obtidos com procedimentos desatualizados podem não refletir o método validado, comprometendo a sua fiabilidade técnica.

Requisitos Afetados

Não conformidades face à NP EN ISO/IEC 17025, cláusulas 8.2 (documentação) e 6.4 (equipamento), com potencial impacto na manutenção da acreditação.

Medidas Corretivas

Revisão imediata do sistema de distribuição documental; completar e verificar todos os registos de calibração; implementar alertas de revisão periódica de documentos.

Erros Frequentes na Gestão Documental Laboratorial



Excesso Sem Controlo

Proliferação de documentos redundantes, sem codificação ou responsável definido, impossibilitando a gestão eficaz.



Versões Obsoletas em Uso

Utilização de procedimentos ou instruções desatualizados por falha no sistema de distribuição ou falta de formação dos colaboradores.



Ausência de Rastreabilidade

Registos sem identificação de amostra, data, analista ou equipamento utilizado — impossibilita reconstruir o historial analítico.



Registos Incompletos

Campos em branco, valores ilegíveis ou correções sem rubrica e data comprometem a integridade do registo como evidência.



Falhas de Proteção

Acesso não controlado a documentos confidenciais, ausência de backups de registos digitais e inexistência de política de confidencialidade.



Dificuldade de Recuperação

Arquivos mal indexados, registos físicos misturados com digitais sem referência cruzada — impede a localização rápida de informação em situação de auditoria.

Síntese Técnica

A estrutura documental do SGQ é o alicerce operacional e técnico do laboratório acreditado. A sua eficácia depende de quatro dimensões interdependentes:

Estrutura Documental

A organização hierárquica — do Manual da Qualidade aos registos operacionais — garante consistência, clareza de responsabilidades e alinhamento com requisitos normativos.

Documentos, Registos e Evidências

Documentos definem o sistema; registos provam a sua execução. Sem esta distinção e sem a sua gestão rigorosa, o laboratório não pode demonstrar conformidade.



Controlo Documental

A aprovação, versioning, distribuição e gestão de obsoletos asseguram que todos os colaboradores trabalham sempre com a informação correta e atualizada.

Rastreabilidade da Informação

A capacidade de reconstituir o percurso completo de qualquer resultado analítico — amostras, métodos, equipamentos, analistas — é a base da confiança técnica nos resultados.

Pontos-Chave do OA 1.6

Resumo dos conceitos fundamentais que todo o profissional laboratorial deve consolidar após este módulo:



A documentação suporta a consistência operacional

Procedimentos e instruções padronizados garantem que as atividades laboratoriais são executadas da mesma forma, independentemente do operador ou turno, minimizando a variabilidade e os erros.



Os registros constituem evidência objetiva e inviolável

Um registro corretamente preenchido é a prova documental de que uma atividade foi realizada conforme o procedimento. A sua integridade não pode ser comprometida.



O controle documental é um requisito crítico de acreditação

A ausência ou falha no controle documental — versões desatualizadas, distribuição não controlada, obsoletos em circulação — representa não conformidades graves face à ISO/IEC 17025.



A rastreabilidade documental suporta a acreditação e a defesa técnica

Em caso de reclamação, auditoria ou investigação de resultados discrepantes, a rastreabilidade documental é o único instrumento que permite reconstituir e validar todo o processo analítico.



A gestão digital exige controle rigoroso e segurança ativa

Os sistemas digitais (LIMS, DMS, assinaturas eletrônicas) aumentam a eficiência, mas exigem políticas robustas de segurança, backup e auditoria para garantir a integridade da informação.