

UC00575

Implementar procedimentos de acreditação do laboratório

MÓDULO 2 – Requisitos normativos e implementação técnica

Objeto de Aprendizagem – 2.1 Organização, Imparcialidade e
Confidencialidade

Objetivos de Aprendizagem

No final desta unidade, o formando deverá ser capaz de aplicar os seguintes conhecimentos em contexto laboratorial real:

1

Requisitos Organizacionais

Interpretar e implementar os requisitos organizacionais estabelecidos pela NP EN ISO/IEC 17025:2018, secções 5.1 a 5.7.

2

Princípios de Imparcialidade

Compreender e operacionalizar os princípios de imparcialidade e independência técnica no quotidiano laboratorial.

3

Conflitos de Interesse

Identificar, avaliar e mitigar riscos associados a conflitos de interesse, pressões comerciais e influências indevidas.

4

Confidencialidade

Reconhecer e aplicar os requisitos de proteção de informação e confidencialidade em ambiente laboratorial acreditado.

Estrutura Organizacional do Laboratório

A NP EN ISO/IEC 17025:2018 (secção 5.1) exige que o laboratório defina e documente a sua estrutura organizacional, garantindo clareza de autoridade e responsabilidade a todos os níveis.

Organização Funcional

O laboratório deve estar estruturado de forma a garantir a independência operacional das atividades técnicas face às pressões da gestão. A estrutura hierárquica deve refletir a separação entre funções de gestão e funções técnicas, com linhas de autoridade claramente definidas.

- Organograma formal e atualizado
- Definição de funções e responsabilidades por escrito
- Independência técnica documentada

Autoridade Técnica e Responsabilidades

A autoridade técnica recai sobre o responsável técnico, que deve ter formação, experiência e competência adequadas para supervisionar todas as atividades de ensaio ou calibração. A relação entre a gestão de topo e a atividade técnica deve estar claramente estabelecida, evitando sobreposições ou lacunas de responsabilidade.

- Responsável técnico com competências verificadas
- Delegações formalizadas por escrito
- Relação gestão-técnica explicitamente documentada

Responsabilidades, Autoridade e Segregação de Funções

Um dos requisitos críticos da ISO 17025 é a definição inequívoca de responsabilidades, prevenindo sobreposições que comprometam a imparcialidade ou a rastreabilidade das decisões técnicas.



Responsabilidade Técnica

Inclui supervisão de métodos, validação e aprovação de resultados. Deve estar atribuída a pessoal com formação e competência documentadas, nunca a funções meramente administrativas ou comerciais.



Substituições e Delegações

As substituições temporárias devem ser previamente definidas, com designação formal de substitutos competentes. Delegações de competências devem ser documentadas, com âmbito e prazo claramente estabelecidos.



Autoridade para Validação

A autoridade para validar e aprovar resultados deve ser exclusiva de pessoal técnico habilitado. O responsável técnico não pode ser o mesmo que gere as relações comerciais com o cliente cujos resultados está a validar.



Segregação de Responsabilidades

Funções potencialmente conflitantes devem estar separadas: quem executa o ensaio não deve ser o único a validar; quem negocia contratos não deve ter acesso privilegiado a resultados antes da aprovação técnica.

Imparcialidade: Conceito, Princípios e Riscos

A imparcialidade é um requisito fundamental da NP EN ISO/IEC 17025:2018 (secção 4.1). O laboratório deve atuar com imparcialidade, estruturar as suas atividades de forma a preservar a independência técnica e gerir ativamente quaisquer riscos que a possam comprometer.

Dimensões da Imparcialidade

Independência Técnica

As decisões técnicas (execução, validação, emissão de resultados) devem ser tomadas com base exclusivamente em critérios técnicos e metrológicos, sem influência de fatores externos.

Neutralidade

O laboratório não pode ter preferências por determinados resultados, nem ser influenciado pelo cliente, proprietário, entidade financiadora ou qualquer outra parte interessada.

Prevenção de Pressões Comerciais

Pressões para emitir resultados favoráveis, para acelerar aprovações ou para adaptar conclusões a expectativas do cliente constituem ameaças diretas à imparcialidade e à acreditação.

Fontes de Risco à Imparcialidade

Influência Interna

Pressão da gestão de topo, remuneração variável ligada a resultados favoráveis, hierarquia que interfere em decisões técnicas.

Influência Externa


Pressão de clientes relevantes, exigências de entidades reguladoras, interesses de proprietários ou acionistas com conflito de interesse.

Conflitos de Interesse

Acumulação de funções incompatíveis, relações pessoais com clientes, participação em empresas concorrentes ou fornecedoras.

Gestão de Riscos Associados à Imparcialidade

A ISO/17025 (secção 4.1.4) exige que o laboratório identifique, de forma contínua, os riscos para a imparcialidade e demonstre que os gere ativamente com evidências objetivas documentadas.



A avaliação de riscos deve ser documentada, revista periodicamente e sempre que ocorram alterações organizacionais significativas — como mudança de propriedade, celebração de novos contratos com partes relacionadas ou reorganização funcional.

Exemplos de Ameaças Reais

- **Lab. Proprietário:** imposição/aceitação de estrutura/ementa comum a da empresa cliente
- **Lab. Assistente:** benefícios, pertencer à empresa, questões de vendas ou que envolvam interesses
- **Lab. Instrutor:** incentivos financeiros para pessoal ligado à preparação de ensaios
- **Lab. Cliente:** revisão pressão/red. de lab. subcontratado, quarteirização de ensaios

Evidências Objetivas de Controlo

- Registo de avaliações de risco datado e assinado
- Declarações de imparcialidade do pessoal
- Registos de conflitos de interesse declarados e ações tomadas
- Revisões anuais pelo responsável técnico e gestão de topo
- Procedimentos documentados e gestão da imparcialidade

Confidencialidade em Ambiente Laboratorial

A secção 4.2 da NP EN ISO/IEC 17025:2018 estabelece obrigações explícitas de confidencialidade. O laboratório é responsável pela gestão de toda a informação obtida no decurso das suas atividades, incluindo dados de clientes, métodos proprietários e resultados de ensaios.

Proteção da Informação do Cliente

Toda a informação relativa ao cliente — incluindo a identidade, natureza das amostras, resultados e relatórios — é confidencial. O laboratório deve garantir que esta informação não é partilhada com terceiros sem autorização expressa e documentada do cliente.

Acesso Restrito e Controlado

O acesso a resultados, relatórios e dados laboratoriais deve ser limitado ao pessoal com necessidade legítima de conhecimento. O acesso de entidades externas (incluindo organismos reguladores) deve ser documentado, comunicado ao cliente e sujeito a requisitos legais aplicáveis.

Proteção da Propriedade Intelectual

Métodos internos desenvolvidos pelo laboratório, procedimentos proprietários e dados de investigação constituem propriedade intelectual protegida. A sua divulgação não autorizada pode ter consequências legais e comerciais graves.

Requisitos Regulamentares

O laboratório deve articular as obrigações de confidencialidade da ISO 17025 com legislação aplicável, nomeadamente o RGPD (proteção de dados pessoais em laboratórios clínicos e ambientais) e legislação sectorial específica.

Comunicação e Proteção da Informação Digital

A crescente digitalização dos laboratórios introduz novos vetores de risco para a confidencialidade. A proteção da informação digital é hoje tão crítica quanto a proteção documental física.

Divulgação Autorizada e Comunicação com Clientes

Apenas o pessoal autorizado pode comunicar resultados ao cliente. A comunicação deve ocorrer por canais seguros e identificados no sistema de gestão. Resultados preliminares ou parciais nunca devem ser partilhados sem enquadramento formal e autorização técnica.

 A divulgação de resultados por canais informais (e-mail pessoal, mensagens instantâneas não cifradas) constitui uma não-conformidade grave face à ISO 17025 e ao RGPD.

Proteção de Informação Digital

- **Armazenamento seguro:** Bases de dados com controlo de acesso por perfis, com registo de acessos (audit trail)
- **Acesso eletrónico:** Autenticação multifator para sistemas LIMS e ERP laboratoriais
- **Transmissão:** Cifra de dados em trânsito (protocolos TLS/HTTPS) para envio de relatórios
- **Risco de fuga:** Colaboradores com acesso a dados sensíveis devem assinar acordos de confidencialidade e receber formação específica
- **Incidentes:** Procedimento de notificação de violações de dados, conforme RGPD (prazo de 72 horas)

Caso Aplicado: Não-Conformidade em Avaliação de Acreditação



Situação identificada durante avaliação de acreditação por organismo externo (IPAC): O responsável técnico acumula funções de validação de resultados e gestão comercial; verificam-se partilhas de resultados laboratoriais com entidades externas sem autorização documentada do cliente.



**REQUISITOS
ISO 17025: 4.1
Imparcialidade,
4.2 Confide-
ncialidade.**

**RISCOS:
Decisões
técnicas
influenciadas por
interesse comercial.**



**CREDIBILIDADE:
Perda de confiança,
resultados
validados por
interesse
financeiro.**



**ACREDITAÇÃO:
Suspensão ou
retirada pelo IPAC;
Violação RGPD.**



Este caso ilustra como a acumulação de funções incompatíveis e a gestão deficiente da confidencialidade podem desencadear um processo de suspensão de acreditação, com impactos diretos na credibilidade técnica e na reputação comercial do laboratório.

Pontos Críticos e Erros Frequentes

A experiência de avaliações de acreditação e auditorias técnicas revela um conjunto recorrente de não-conformidades relacionadas com organização, imparcialidade e confidencialidade:



Ausência de Segregação de Funções

A mesma pessoa executa, verifica e aprova resultados sem qualquer mecanismo de controlo independente.



Pressão Comercial sobre Decisões Técnicas

Resultados são emitidos sob pressão de clientes estratégicos ou da gestão financeira, sem evidência de decisão técnica independente.



Conflitos de Interesse Não Identificados

Ausência de declarações de imparcialidade e de avaliação sistemática de conflitos de interesse no pessoal técnico.



Acessos Inadequados à Informação

Sistemas de informação sem controlo de perfis de acesso; pessoal sem necessidade funcional com acesso a resultados e relatórios de clientes.



Falhas de Confidencialidade Digital

Envio de relatórios por e-mail não cifrado, utilização de plataformas de partilha pessoais (ex. Google Drive pessoal) para arquivar dados de clientes.



Inexistência de Avaliação de Riscos

Laboratório sem procedimento documentado de identificação e avaliação de riscos à imparcialidade, em incumprimento direto da secção 4.1.4 da norma.

Síntese Técnica e Pontos-Chave

Síntese Técnica

A organização laboratorial eficaz, sustentada por estrutura hierárquica clara e segregação de responsabilidades, constitui a base sobre a qual se edificam a imparcialidade e a confiança nos resultados. A imparcialidade não é apenas um princípio ético — é um requisito normativo verificável, com implicações diretas na validade técnica e no estatuto de acreditação do laboratório. A proteção da confidencialidade, por sua vez, salvaguarda os interesses dos clientes, a integridade institucional e o cumprimento de obrigações legais, incluindo o RGPD.

A independência técnica, quando efetivamente implementada e evidenciada, é o principal fator de credibilidade de um laboratório acreditado perante clientes, reguladores e o organismo de acreditação.

Pontos-Chave

- **Imparcialidade é requisito central** da ISO 17025, verificável e auditável em todas as avaliações de acreditação.
- **Conflitos de interesse** comprometem a credibilidade técnica e legal dos resultados emitidos.
- **Confidencialidade protege** clientes, resultados e a própria posição concorrencial do laboratório.
- **Responsabilidades claramente definidas** e segregadas previnem não-conformidades e garantem rastreabilidade.
- **Independência técnica documentada** é o pilar da validade e aceitação dos resultados laboratoriais.