

UC00575

Implementar procedimentos de acreditação do laboratório

MÓDULO 3 - Auditoria, acreditação e melhoria contínua

Objeto de Aprendizagem – 3.1 — Processo de Acreditação no IPAC

Enquadramento Normativo

Sistema Português da Qualidade

(

O SPQ constitui a estrutura nacional responsável pela coordenação das atividades de qualidade, normalização, metrologia e acreditação. Integra três subsistemas complementares que sustentam a competitividade da economia portuguesa.

Metrologia

Assegura a rastreabilidade e exatidão das medições. Base técnica de toda a atividade de ensaio e calibração.

Normalização

Estabelece normas técnicas harmonizadas, incluindo a NP EN ISO/IEC 17025:2018, adotada em Portugal pelo IPQ.

Qualificação

Engloba acreditação, certificação e inspeção. A acreditação é o mecanismo de reconhecimento formal da competência técnica.

-  A acreditação representa o nível mais exigente de reconhecimento técnico no SPQ — assegura que os resultados são tecnicamente válidos e internacionalmente reconhecidos.



Organismo Nacional de Acreditação

Papel do IPAC

O **Instituto Português de Acreditação (IPAC)** é o único organismo nacional de acreditação reconhecido pelo Estado Português, dependendo do **Decreto-Lei n.º 125/2014**. A sua ação baseia-se nas melhores técnicas e nas normas internacionais, promovendo a qualidade.



Avaliação Técnica

Avalia a competência técnica de laboratórios, organismos de inspeção e certificação e certificação, segundo normas internacionais.



Metodologia Científica

Acompanha as entidades na melhoria através da análise de evidências e da correta implementação de normas.



Reconhecimento Internacional

Promove Portugal nos acordos multilaterais **EA**, **ILAC** e **IAF**, garantindo que as acreditações portuguesas são aceites globalmente.

Acordos Internacionais

A acreditação pelo IPAC obedece aos acordos de reconhecimento internacional, garantindo a equivalência das acreditações em todo o mundo.



EA – European co-operation for Accreditation

Acordo multilateral da Europa que facilita a aceitação das acreditações.



ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

Acordo multilateral para ensaios e calibrações.



IAF – International Accreditation Forum

Acordo multilateral para certificação de sistemas de gestão, produtos e serviços.



FASE 1 DO PROCESSO

Processo de Candidatura ao IPAC

O processo de acreditação inicia-se com a submissão formal da candidatura. O laboratório deve definir com rigor e fornecer previamente **evidências que suportem a sua competência.**



Definição do Âmbito



Ensaios ou calibrações a acreditar



Métodos e normas aplicáveis



Materiais e faixas de medição



Locais de execução



Estrutura, equipa e pessoal



Documentos Obrigatórios



Formulário oficial E64*



Manual da Qualidade



Procedimentos técnicos e de gestão



Lista de ensaios/serviços



Organograma atualizado



Evidências de competência técnica



Registos de validação e rastreabilidade



Uma candidatura incompleta ou com documentação desatualizada é a principal causa de atraso no deferimento e no processo de análise pelo IPAC.

* Formulário E64: requer preenchimento conforme instruções do IPAC disponíveis no portal do IPAC.

Análise Documental

Nesta fase, o IPAC realiza uma análise detalhada da documentação submetida pelo laboratório para verificar a conformidade com os requisitos da **NP EN ISO/IEC 17025**.



O que o IPAC verifica



Conformidade documental com a ISO/IEC 17025



Adequação e completude dos procedimentos



Definição clara de responsabilidades



Existência de evidências objetivas



Implementação efetiva do sistema documental



Falhas Frequentes



Procedimentos incompletos ou desatualizados



Ausência de controlo documental formal



Falta de rastreabilidade metrológica



Registos insuficientes ou sem evidência



Ausência de avaliação de riscos documentada



A análise documental pode gerar pedidos de esclarecimento ou correções formais antes da auditoria presencial ser agendada. Este ciclo pode repetir-se **até conformidade total**.



Documentação completa, atualizada e controlada é essencial para a **confiança na competência técnica** do laboratório.

IPAC

acreditação
competência
confiança



F a s e

Auditoria de Concessão

A auditoria de concessão é realizada presencialmente por uma **equipa auditora do IPAC**, composta por avaliadores técnicos especialistas na área de atividade do laboratório. O objetivo principal é verificar que o sistema descrito na candidatura está efetivamente implementado.

Competência Técnica

Avaliação das qualificações, formação e experiência demonstrada do pessoal técnico envolvido nos ensaios acreditados.

Execução de Métodos

Observação direta da execução dos procedimentos laboratoriais, incluindo cálculos de incerteza e tratamento de resultados.

Equipamentos e Condições

Verificação da calibração, manutenção e rastreabilidade dos equipamentos, bem como as condições ambientais dos espaços laboratoriais.

Gestão do Sistema

Avaliação da gestão de imparcialidade, confidencialidade, reclamações e não conformidades internas.

Não Conformidades – Classificação e Impacto

Exemplos

- Procedimentos técnicos desatualizados
- Falhas de rastreabilidade metrológica
- Reagentes sem controlo de lote registado
- Equipamentos fora do prazo de calibração
- Ausência de análise de causa raiz documentada
- Falhas de segregação de funções incompatíveis
- Registos de controlo ambiental incompletos

Classificação

Não Conformidade Menor

Desvio pontual sem impacto crítico imediato na validade dos resultados. Requer correção e evidência.

Não Conformidade Maior

Falha sistémica com impacto direto na validade técnica dos resultados. **Impede a concessão da acreditação.**

- ⊗ A existência de **não conformidades maiores não encerradas** bloqueia definitivamente a decisão de acreditação até apresentação de evidências de resolução eficaz.



Resposta ao IPAC

Plano de Ações Corretivas

Após identificar a não conformidade, analisar a sua causa e implementar a ação imediata, o laboratório deve planejar e documentar as **ações corretivas** para eliminar a causa raiz e prevenir a recorrência.

1



Análise Raiz

Investigar e determinar as causas fundamentais da não conformidade.

2



Correção Imediata

Implementar ações imediatas para conter e corrigir o problema identificado.

3



Ação Corretiva

Definir e implementar ações eficazes para eliminar a causa raiz e evitar a recorrência.

4



Responsável & Prazo

Atribuir responsáveis e prazos de conclusão para cada ação definida.



O IPAC avalia a adequação técnica das ações implementadas, a sua eficácia e a prevenção da repetição da não conformidade, conforme requisitado na **NP EN ISO/IEC 17025**.



Nota: A eficácia das ações corretivas deve ser verificada e registada. Sempre que necessário, devem ser tomadas ações adicionais até garantir que a causa raiz foi completamente eliminada.

F a s e

Decisão de Acreditação

Condições para Aprovação

- Encerramento formal de todas as não conformidades
- Avaliação técnica positiva do processo completo
- Verificação das evidências apresentadas pelo laboratório
- Decisão pelo comitê técnico competente do IPAC

D o c u m e n t o s


- **Certificado de Acreditação** — identificação formal e data de validade
- **Anexo Técnico** — âmbito exato acreditado, métodos e matrizes
- **Número de Acreditação IPAC** — identificador único utilizado em todos os relatórios

- ✓ Após concessão, o laboratório integra o sistema nacional e internacional de reconhecimento mútuo, podendo emitir relatórios de ensaio ou calibração com o símbolo ILAC MRA — aceite em mais de 100 países.



Auditorias de Acompanhamento e Renovação

A acreditação não é permanente nem garantida. O IPAC realiza auditorias periódicas de acompanhamento para verificar a manutenção contínua da competência técnica e do sistema de gestão.



⚠ A ausência de participação em **ensaios interlaboratoriais** ou a incapacidade de demonstrar continuidade da competência técnica são critérios de risco para suspensão ou redução do âmbito.

Suspensão, Redução e Retirada da Acreditação

⚠ Suspensão

O laboratório mantém formalmente a acreditação, mas fica **temporariamente impedido de emitir resultados acreditados**. Medida reversível mediante demonstração de correção das falhas identificadas.

✂ Redução do Âmbito

Parte do âmbito acreditado é **removida do certificado** devido à ausência de competência técnica demonstrada. O laboratório continua acreditado apenas nas áreas restantes.

⊘ R e t i r a d a

A acreditação é **cancelada na sua totalidade**. O laboratório perde o direito de emitir qualquer resultado sob acreditação. Aplicável em situações de fraude, manipulação ou quebra grave de imparcialidade.

- ⊗ Situações de risco elevado: falhas graves de rastreabilidade, não conformidades recorrentes não resolvidas, falta de implementação de ações corretivas e quebra documentada da imparcialidade.



Âmbito Fixo vs. Âmbito Flexível

Âmbito Fixo

Os métodos, parâmetros e matrizes acreditados são **exatamente os descritos no anexo técnico**. Qualquer alteração, extensão ou modificação exige aprovação formal prévia do IPAC antes de ser implementada.

- Maior controlo externo pelo IPAC
- Menor flexibilidade operacional
- Adequado para laboratórios com atividade estável
- Processo mais simples de gestão do âmbito

Âmbito Flexível

O laboratório pode introduzir **alterações técnicas controladas** sem necessidade de autorização prévia do IPAC para cada modificação individual, mediante critérios definidos.

- Elevada maturidade do sistema de gestão
- Procedimentos robustos de validação interna
- Controlo rigoroso e documentado das alterações
- Competência técnica claramente demonstrada
- Utilizado em laboratórios com elevada dinâmica analítica

 O âmbito flexível exige que o laboratório demonstre ao IPAC, durante as auditorias de acompanhamento, que todas as alterações introduzidas foram devidamente validadas, documentadas e controladas.

Não Conformidade em Auditoria IPAC – Laboratório de Microbiologia

Não Conformidades Identificadas pelo IPAC

✖ Não Conformidade Maior — Rastreabilidade e Controlo Documental

- Reagentes utilizados sem registo de rastreabilidade de lote
- Procedimento técnico de contagem de coliformes desatualizado (versão anterior à revisão de método)
- Ausência de avaliação formal do fornecedor de materiais de referência certificados
- Registos de controlo ambiental das salas de microbiologia incompletos

Ações Corretivas Implementadas

1. Revisão completa de todos os procedimentos técnicos com nova data de aprovação
2. Implementação de novo sistema de controlo e rastreabilidade de reagentes por lote
3. Criação de procedimento formal de qualificação e avaliação de fornecedores críticos
4. Reestruturação dos registos de monitorização ambiental com verificação diária
5. Formação técnica documentada do pessoal laboratorial

✔ A acreditação foi concedida apenas após verificação pelo IPAC da eficácia de todas as ações corretivas implementadas.



Interpretação Técnica

Análise de um Certificado de Acreditação IPAC

O certificado de acreditação IPAC é o documento oficial que atesta a competência técnica do laboratório para realizar ensaios, calibrações ou atividades de amostragem.



Elementos do Certificado



Número de acreditação — identifica de forma única o laboratório.



Data de emissão e de validade — define o período de vigência da acreditação.



Norma(s) de referência — NP EN ISO/IEC 17025:2018 (ensaios e calibrações) ou outras normas aplicáveis.



Campos de atividade — ensaios, calibrações ou amostragem para os quais o laboratório está acreditado.



Locais de atividade — indica onde as atividades acreditadas são realizadas.



Elementos do Âmbito Técnico



Ensaios abrangidos — determina os parâmetros, materiais e métodos incluídos.



Métodos aplicáveis — ISO, NP, EN, métodos internos validados e outras referências.



Variações e limitações — condições específicas para execução dos ensaios/calibrações.



Faixas de medição — intervalos de medição acreditados.



Incertezas associadas — quando aplicável, expressas segundo requisitos do IPAC.



A interpretação correta do certificado e do âmbito técnico é essencial para garantir que os resultados emitidos estão cobertos pela acreditação. Um ensaio ou calibração fora do âmbito acreditado **não possui rastreabilidade e não pode ser considerado conforme**.

