Supplementary Table 2. Sensitivity Analysis for Comparative Diagnostic Accuracies of DBT and DM Alone

Excluded Condition	No. of Studies	Sensitivity (95% CI)			Specificity (95% CI)			$P^{‡}$
		DBT	DM Alone	P^{*}	DBT	DM Alone	$P^{†}$	
No. of patient ≥ 1000	16	0.91 (0.87–0.95)	0.76 (0.68–0.85)	0.002	0.89 (0.84–0.94)	0.79 (0.70–0.88)	0.109	< 0.001
Comparing DBT to DM alone with unpaired patients cohort	19	0.90 (0.87–0.94)	0.76 (0.68–0.83)	< 0.001	0.90 (0.84–0.95)	0.82 (0.74–0.90)	0.117	< 0.001

*p value from likelihood ratio test in sensitivity between DBT and DM alone, †p value from likelihood ratio test in specificity between DBT and DM alone, ‡p value from likelihood ratio test in sensitivity and/or specificity between DBT and DM alone. CI = confidence interval, DBT = digital breast tomosynthesis, DM = digital mammography