

DUODOPA®-HOIDON MUISTILISTA

Tämä muistilista on tarkoitettu hoitohenkilökunnan avuksi potilaan Duodopa-hoidon suunnitteluun ja aloitukseen.

HOIDON SUUNNITTELU

Ilmoitus oman alueen AbbVien asiakkuusspesialistille

Info		
Pyydä omainen/läheinen mukaan tapaamiseen.	Kerro lääkkeen haittavaikutuksista.	
Kysy kotitilanne ja tiedustele avun tarve.	Kerro Duodopan lääkekorvattavuudesta.	
Keskustele potilaan toimintakyvystä/sosiaalisesta elämästä/harrastuksista.	Esittele Duodopa-laite/letkut/kantovälineet.	
Selvitä erityistyöntekijöiden tarve.	Testaa, pystyykö potilas painamaan laitteen painikkeita.	
Kysy voimassa oleva Parkinson-lääkitys ja lääkkeiden ottoajat.	Selvitä, kuka on laitteen ensisijainen käyttäjä.	
Selvitä vaikeimmat Parkinsonin taudin oireet. Tiedustele, miten hyvät ja huonot ajat jakautuvat ja millainen vointi on päivän ja yön aikana.	Kerro laitteen lainasopimuksesta.	
Kysy potilaalta yksi hoidon konkreettinen odotus ja kirjaa se ylös potilasasiakirjaan.	Kerro varalaitteen sijainti.	
Esittele Duodopa-hoidon aloitusvaihtoehdot lyhyesti.	Esittele potilaalle AbbVie Care.	
Kerro voimassa olevan Parkinson-lääkityksen muuttamisesta Duodopa-hoidolle sopivaksi.	Anna vertaistukihenkilön yhteystiedot.	
Kerro potilaalle kotiloman mahdollisuudesta / kotititrauksesta.	Anna potilaalle Duodopa osana elämää -opas.	
Kerro lääkityksen mahdollisesta hyödyistä/vaikutuksesta toimintakykyyn.		

Aikojen varaus

Sovi aloitusajankohta AbbVien Duodopa-asiantuntijan kanssa.	Varaa nenä-suoliletkun laittoaika.	
Tarkista henkilöresurssit / Duodopa-vastuuhoitajien työvuorot.	Tarkista, että potilaan Parkinson-lääkitys on muutettu sopivaksi Duodopa-hoidon aloitukselle.	
Varaa PEG/J-toimenpideaika.	Varaa ja ilmoita potilaalle osastolle tulopäivä.	

Tarvikkeiden tilaus; 2 viikkoa ennen Duodopa-hoidon aloitusta sähköisellä AbbVien tilauslomakkeella

Laite	Kirjallinen materiaali	
Letkut	Kylmälaukku	
Kantovälineet	Hoidon aloituspaketti (sisältää kotiutuksessa annettavan materiaalin)	
	Lääkkeen aloituspakkauksen tilaaminen	

HOIDON ALOITUS

Ennen hoidon aloitusta

Tarkista, että Duodopa-lääkeasetit ovat osastolla.	Mittaa potilaan verenpaine ja tee ortostaattinen koe.	
Tarkista, että Parkinson-lääkitys on Duodopa-hoidolle siirtymiseen sopiva.	Punnitse potilas.	
Huolehdi, että potilaan vatsa on toiminut.	Laske Duodopa-lääkeannos.	

Nenä-suoliletkun laitto

Kerro potilaalle toimenpiteestä.	Ota toimenpiteeseen mukaan 2 kpl AbbVie NJ-letkuja ja w/w-adapteria.	
Huolehdi, että potilas on ravinnotta sairaalan ohjeiden mukaisesti (Parkinson-lääkkeet saa ottaa toimenpiteeseen asti).	Kerro potilaalle Duo KotiSoitto-palvelusta.	

HOIDON ALOITUS

Titraus nenä-suoliletkun aikana		
Ohjelmoi laitteeseen Duodopa-lääkeannokset.		Huomioi, että nenä-suoliletkua ja lisäletkua ei huuhdota.
Täytä lisäletku Esitäyttö-painikkeen avulla.		Laita lisäletku jääkappiin yöksi.
Täytä nenä-suoliletku (5 ml) lisäannoksella.		Tilaa Duodopa-lääkettä lisää osastolle.
Täytä tuntiseuranta kaaviota (ON/OFF-kaavio) ja titraa lääkannosta.		Kotiloma.

PEG/J-toimenpide		
Kerro potilaalle toimenpiteestä.		Huolehdi, että potilas on ravinnotta sairaalan ohjeiden mukaisesti.
PEG-hoitajan käynti ennen ja jälkeen toimenpiteen.		Anna potilaalle antibioottiprofylaksia, kipulääkitys.
Ohjelmoi leikkausrutiinit, esilääkitys, kipulääkitys.		Ota toimenpiteeseen mukaan 2 kpl AbbVie PEG- ja sisäletkupakkauksia ja w/w-adapteri.
Huolehdi, että potilaan vatsa on toiminut.		Ota tarrat toimenpiteen yhteydessä PEG- ja sisäletkupakkauksista, kirjaa LOT- ja REF-numerot potilasasiakirjaan.
Muistuta potilasta suun hoidon tärkeydestä.		Anna laitteen olla toiminnassa toimenpiteen alkuun asti.

Titraus PEG/J-letkun aikana		
Täytä letku toimenpiteen jälkeen (3 ml) lisäannoksella.		Nosta aamuannos toimenpidettä seuraavana aamuna +3 ml.
Huuhto sisäletku (2x20 ml) ja letkujen välitila (2x20 ml) haalealla juomavedellä.		Hoida avanne päivittäin.

Potilaan ja läheisen osattava ennen kotiutusta		
Paristojen asettaminen/vaihtaminen.		Käy läpi laitteen ohjekirja/häilytykset.
Lääkeketin kiinnittäminen/irrottaminen.		Laitteen vaihtaminen / varalaitteen sijainti.
Lääkkeen säilytys.		Eri kantovälineiden käyttäminen.
Laitteen käynnistys/pysäytys.		PEG/J-letkun hoito: sisäletkun ja letkujen välitilan huuhtominen.
Aamuannoksen annosteleminen.		Avanteen hoito.
Lisäannoksen annosteleminen.		Erityistilanteet ja mitä silloin tehdään: sisäletku tukossa / sisäletku tullut ulos / liittimet irti / PEG-letku poikki.
Annosmuutokset, jos neurologi on antanut potilaalle luvan muuttaa annoksia.		

KOTIUTUS

Ilmoita apteekkiin potilaan kotiutumispäivä lääkkeen tilaamista varten.		Anna potilaalle lääkärin täyttämä englanninkielinen todistus matkustamista varten: Treatment Certificate.
Informoi jatkohoitopaikkaa potilaan kotiutuksesta, kirjaa potilasasiakirjoihin.		Anna potilaalle ruiskuja 20 ml, w/w-adaptereita, taitoksia, teippiä.
Huolehdi, että jatkohoitopaikka on koulutettu/sovittu Duodopa-asiantuntijan kanssa ja kirjattu potilasasiakirjaan.		Anna Duodopa-käyttäjän opas ja tarkista, että siihen on kirjattu yhteystiedot ja annosmuutosrajat.
Kirjaa potilasasiakirjaan laitteen ensisijainen käyttäjä.		Anna riittävästi Duodopa-lääkettä mukaan.
Tarkista, että potilas/läheinen osaa laitteen ja letkujen käsittelyn.		Tarkista, että korvaava Parkinson-lääkitys on kirjattu potilasasiakirjoihin.
Täytä hoitotarvikelomake.		Varaa kontrolliajat.
Vaihda paristot ja anna mukaan 2 kpl paristoja (AA 1,5 V).		

AbbVie Oy

Pihatörmä 1B, 02240 Espoo, Suomi.

FIDUO140614(1)/10.2016.

Copyright © 2016 AbbVie. Kaikki oikeudet pidätetään.