



Профессиональные
электроизмерительные
приборы

Метрологическая служба ООО «СОНЭЛ»

Аттестат аккредитации на право проведения поверочных работ № 1201 от 5.11.08
+7 (495) 287-4353

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ **ПРВ-АС1967**

Действительно до 29 января 2014 г.

Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-105

Наименование и тип

Серия и номер клейма предыдущей поверки (если такая серия и номер имеются)

Заводской номер (номера): **AC1967**

принадлежащее:

ООО "СОНЭЛ", ИНН: 7723321993

наименование юридического (физического) лица, ИНН

поверено в соответствии с **MRU-200-09 МП**

наименование и номер документа на поверку

с применением эталонов:

FLUKE 9100E №932653982; OD-2-D6b/5W №44/2006

наименование, заводской номер, разряд, класс или погрешность

при следующих значениях влияющих факторов

приводят перечень влияющих факторов,

темп. окр. ср. +23° С

нормированных в документе на поверку, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки

признано пригодным к применению по **РЭ**.

Поверительное клеймо



Руководитель МС

должность руководителя
подразделения

Поверитель

Барчук В.Н.

Гостяева Е.В.

29 января 2013 г.