



ЭЛЕМЕР



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭЛЕМЕР»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОВЕРКЕ

№ Т-037-05-11

Действительно до
«20» мая 2012 г.

Эталон (средство измерений) **Калибратор-измеритель унифицированных**

Наименование, тип (если в состав средства измерений входят

сигналов эталонных ИКСУ-2000

несколько автономных блоков, то приводит их перечень)

отсутствует

Серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

Заводской номер (номера)

23-2126

Принадлежащее

ООО "Синтек" ИНН 5261066968

Наименование юридического (физического) лица, ИНН

Поверено в соответствии с **Раздел "Методика поверки" НКГ Ж. 408741.001РЭ**

Наименование и номер документа, на методику поверки

С применением эталонов: **В 1-12 № 8025 2 р; МН-1 № 007 1 р; Р 3017 № 087 2 р;**

Наименование, заводской номер, разряд

МС 3005 №№ 001-15 Ом, 001-150 Ом, 001-250 Ом, 002-25 Ом, 017- 10 Ом, 018-100 Ом 2р.

класс или погрешность

При следующих значениях влияющих факторов: **температуре окружающего**

Приводит перечень влияющих

воздуха 22,4 °С, относительной влажности воздуха 39 % и атмосферном

давлении 745 мм рт. ст.

факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов **первичной** (периодической) поверки признано
пригодным к применению.

Поверительное клеймо

Начальник метрологической
лаборатории

Должность руководителя
подразделения

Поверитель

«20» мая 2011 г.

подпись

подпись

инициалы, фамилия

А.В. Таликова

инициалы, фамилия

Бланк №2А 903459