

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное государственное учреждение
"Центр испытаний и сертификации – С.-Петербург" (ФГУ "Тест-С.-Петербург")
наименование аккредитующей организации

АТТЕСТАТ № 432-1355-2011

Дата выдачи "16" мая 2011 г.

Удостоверяется, что **Комплект для испытания защит автоматических**
наименование и обозначение испытательного

выключателей переменного тока Синус-200 № 208
оборудования, заводской или инвентарный номер

принадлежащий **ООО "ИнтерМикс"**
наименование предприятие (организации), подразделения, центра

по результатам первичной (периодической) аттестации, протокол № 3905

от 13.05.2011 г., признан пригодным для использования при испытаниях

автоматических выключателей до 1000 В
наименование продукции

по **ГОСТ Р 50030.2-99 Аппаратура распределения и управления**
наименование и обозначение документов на методики испытаний (при необходимости)

низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели.

**ГОСТ Р 50345-99 Автоматические выключатели для защиты от
сверхтоков бытового и аналогичного назначения.**

Периодичность аттестации 12 месяцев

Аттестат выдан **ФГУ "Тест-С.-Петербург"**



Зам. генерального директора
ФГУ "Тест-С.-Петербург"

А.И. Рагулин

"16" мая 2011 г.