


[客戶管理]頁面， 每一步驟計算請完整呈現該計算公式。					
基本資訊					
	姓名	必填			
	電話	必填			
	信箱	改非必填			
	地址	非必填			
	備註	非必填			
最終基準高度					
	年齡沒填寫	若無填寫預設為8歲以上，系統只提醒需填寫， 但非必填。			
	身高沒填寫	後續無法計算，系統只提醒需填寫， 但非必填。			
	體重沒填寫	後續無法計算，系統只提醒需填寫， 但非必填。			
	性別沒填寫	後續無法計算，系統只提醒需填寫， 但非必填。			
	初始高度	8歲以下，依照年齡換算，參考[初始高度對照表]。 8歲以上，依照身高範圍，參考[初始高度對照表]。			
	標準體重 (kg)	男性:(身高 - 80) × 70%; 女性:(身高 - 70) × 60%			
	體重偏差 (kg)	體重偏差 = 實際體重 - 標準體重			
	體重偏差高度調整 (cm)	參考「體重偏離調整表」			
	最終基準高度 (cm)	最終基準高度 = 初始高度 + 體重偏差高度調整			
	8歲以下分高低處墊片	僅純文字顯示。			
枕骨七頸椎對應枕型					
	2-4點距離	枕骨至第七頸椎的距離			
	對應枕型	依照 [2-4點距離]，對應 B，A，AA型號醫枕， 參考 [頸椎長度與型號表]			
	A型枕 A型枕墊片會位於低處 B型枕墊片會位於高處，使用純文字顯示。				
頸凹點至後腦勺增加墊片					
	3-7點距離	頸凹點後腦勺距離			
		[最終基準高度] 非 .5	[最終基準高度] 為 .5		
	3-7點距離: 1.5 cm 以下	0 墊片，命名.0	0.5 張墊片，命名.5		
	3-7點距離: 1.6 - 2.1 cm	0.5 張墊片，命名.5	0.5 張墊片，命名.5		
	3-7點距離: 2.2 cm 以上	2.5 張墊片，命名.2	2.5 張墊片，命名.2		
頸凹點至背凸點級距					
	5-8點距離	頸凹點至背凸點距離			
	標準長度(cm)	固定10cm			
	標準長比差	標準長度 * { 1 - (患者身高 - 166 / 166) }			
	.5級距	{ [(患者[5-8點距離] - 標準長比差) / 0.5]無條件捨去 } * 0.5			
	.5級距	計算結果為 0.5, 1, 1.5, 2	計算結果已純文字顯示，不影響墊片與命名。		
型號命名建議					
	型號命名格式	高度.墊片 + 弧度類型			
	命名範例1	8.5FAA			
	命名範例2	7.2B			
	命名範例3	9.0A			
	命名範例4	8.5FA			
	高度	[最終基準高度] 的第一個數字			
	墊片.5 / .2	特定的墊片配置			
	F	若名稱有.5則增加 F 參數。			
	弧度型號	[2-4點距離] 判定 A / B / AA 型號。			

[頸椎分析]點位圖			
2-4點距離	枕骨至第七頸椎的距離		計算結果 === 點之間的距離 === 點1 到 點2: 89.49 px (22.37 cm) 點1 到 點3: 172.14 px (43.04 cm) 點1 到 點4: 263.19 px (65.80 cm) 點1 到 點5: 358.19 px (89.55 cm) 點1 到 點6: 120.07 px (30.02 cm) 點2 到 點3: 84.90 px (21.22 cm) 點2 到 點4: 180.52 px (45.13 cm) 點2 到 點5: 278.72 px (69.68 cm) 點2 到 點6: 56.60 px (14.15 cm) 點3 到 點4: 97.58 px (24.40 cm) 點3 到 點5: 196.88 px (49.22 cm) 點3 到 點6: 102.04 px (25.51 cm) 點4 到 點5: 99.37 px (24.84 cm) 點4 到 點6: 197.47 px (49.37 cm) 點5 到 點6: 296.54 px (74.14 cm)
3-7點距離	頸凹點後腦勺距離		
5-8點距離	頸凹點至背凸點距離		
初始高度對照表			
根據年齡與身高決定初始的基準高度。			
適用對象	身高範圍 (cm)	初始高度 (cm)	備註
嬰兒 (0-2歲)	-	3	使用低側
嬰兒 (3-4歲)	-	4	使用高側
兒童 (5-6歲)	-	5	使用低側
兒童 (7-8歲)	-	6	使用高側
青少年/成人	152 以下	6	
成人	153 - 157	6.5	型號後綴常標示為 .5
成人	158 - 162	7	
成人	163 - 167	7.5	
成人	168 - 172	8	
成人	173 - 177	8.5	
成人	178 - 182	9	
成人	183 - 187	9.5	
成人	188 - 192	10	
成人	193 - 197	10.5	
註: 身高每增加 5cm, 高度增加 0.5cm, 依此類推。			
體重偏差調整表			
依據實際體重與「標準體重」的差異進行高度補償。			
體重相較於標準值	高度調整 (cm)		
正負 4 kg 以內	不變 (基準高度)		
超出 5 - 9 kg	0.5		

	超出 10 - 14 kg	1			
	超出 15 - 18 kg	1.5			
	超出 19 - 22 kg	2			
	超出 23 kg 以上	2.5			
	低於 5 kg 以下	-0.5			
	註：標準體重：男性：(身高cm－80)×70%；女性：(身高cm－70)×60%。				
頸椎長度與型號表					
	測量「枕骨(點2)至第七頸椎(點4)」之長度。				
	測量長度 (cm)	對應型號 (弧度/寬度)			
	8.4 cm 以下	B 型枕			
	8.5 - 10 cm	A 型枕			
	10.1 cm 以上	AA 型枕			