Hematology
أمراض الدم

LAB 4 · 4 العملي

تقدير الهيموغلوبين (طريقتا درابكن وسالي)

Estimation of Hemoglobin (Drabkin's and Sahli's methods)

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

LAB 4

Estimation of Hemoglobin (Drabkin's and Sahli's methods)

تقدير الهيموغلوبين (طريقتا درابكن وسالي)

1 Drabkin's method — طريقة درابكن

Estimation of Hemoglobin with Cyanmethemoglobin method (Drabkin's method) — **تقدير الهيموغلوبين بطريقة السيانميثيموغلوبين (طريقة درابكن)**

EN Blood is diluted in **Drabkin's solution** which consists of **potassium cyanide** and **potassium ferricyanide**.

AR يُخفَّف الدم في **محلول درابكن** الذي يتكوّن من **سيانيد البوتاسيوم** و**فيريسيانيد البوتاسيوم**.

EN Drabkin's Reagent is used for the **quantitative, colorimetric** determination of hemoglobin concentration in whole blood at **540 nm**; this procedure is based on the **oxidation of hemoglobin to methemoglobin** in the presence of **alkaline potassium ferricyanide**.

AR يُستعمل كاشف درابكن للتحديد **الكمّي اللوني** لتركيز الهيموغلوبين في الدم الكامل عند **540 نانومتر**؛ ويقوم هذا الإجراء على **أكسدة الهيموغلوبين إلى ميثيموغلوبين** بوجود **فيريسيانيد البوتاسيوم القلوي**.

Principle — المبدأ




Figure 1. Principle — labels: Hemoglobin → (Potassium ferricyanide) → Methemoglobin → (Potassium cyanide) → Cyanmethemoglobin (HiCN).

الشكل 1. المبدأ — الكتابات: الهيموغلوبين ← (فيريسيانيد البوتاسيوم) ← الميثيموغلوبين ← (سيانيد البوتاسيوم) ← السيانميثيموغلوبين (HiCN).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN This method is consider a **photometric method** and the absorbance of the solution is measured in a **spectrophotometer** at a **540nm** wavelength.

AR تُعدّ هذه الطريقة **طريقة ضوئية**، وتُقاس امتصاصية المحلول في **جهاز المطياف الضوئي** عند طول موجي **540 نانومتر**.

Equipment and reagents — الأجهزة والكواشف

EN **1.** Drabkin's solution which consists of

AR **1.** محلول درابكن ويتكوّن من

Drabkin's solution محلول درابكن	Amount الكمية
Potassium cyanide سيانيد البوتاسيوم	50 mg 50 ملغم
Potassium ferricyanide فيريسيانيد البوتاسيوم	200 mg 200 ملغم
Potassium dihydrogen phosphate فوسفات البوتاسيوم ثنائية الهيدروجين	140 mg 140 ملغم
Nonionic detergent منظّف غير أيوني	1 ml 1 مل
distilled water ماء مقطّر	1 L. 1 لتر.

EN **2.** Hb pipette

AR **2.** ماصّة الهيموغلوبين

3. Spectrophotometer

3. جهاز المطياف الضوئي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Procedure — طريقة العمل

1. EN: Take **5ml of Drabkin's solution** in a test tube.
   AR: خذ **5 مل من محلول درابكن** في أنبوب اختبار.

2. EN: Collect **venous blood**.
   AR: اجمع **دمًا وريديًا**.

   Mix the blood sample by **gentle inversion** and pour **0.02ml of blood** into the previous solution with the help of a Hb pipette .

   امزج عيّنة الدم **بالقلب الهادئ** واسكب **0.02 مل من الدم** في المحلول السابق بمساعدة ماصّة الهيموغلوبين.

3. EN: Mix well and wait for **5min.**
   AR: امزج جيدًا وانتظر **5 دقائق**.

4. EN: Measure the absorbance of this solution at **540nm** in a spectrophotometer.
   AR: قِس امتصاصية هذا المحلول عند **540 نانومتر** في جهاز المطياف الضوئي.

5. EN: Calculate the hemoglobin concentration using a **standard curve**.
   AR: احسب تركيز الهيموغلوبين باستعمال **المنحنى القياسي**.

Result — النتيجة

EN: **Standard curve** for Hemoglobin estimation by Cyanmethemoglobin method can be prepared by determining **several samples of known heamoglobin concentration**.

AR: يمكن تحضير **المنحنى القياسي** لتقدير الهيموغلوبين بطريقة السيانميثيموغلوبين بقياس **عدّة عيّنات معلومة تركيز الهيموغلوبين**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Drabkin's = **K ferricyanide** (Hb → MetHb) + **K cyanide** (MetHb → **HiCN**).

درابكن = **فيريسيانيد البوتاسيوم** (Hb ← MetHb) + **سيانيد البوتاسيوم** (MetHb ← HiCN).

5 ml reagent + **0.02 ml** blood → wait **5 min** → read at **540 nm** → **standard curve**.

5 مل كاشف + **0.02 مل** دم ← انتظر **5 دقائق** ← اقرأ عند **540 نانومتر** ← **المنحنى القياسي**.

Reagent per **1 L**: KCN **50 mg**, K ferricyanide **200 mg**, KH_2PO_4 **140 mg**, detergent **1 ml**.

الكاشف لكل **لتر**: KCN **50 ملغم**، فيريسيانيد **200 ملغم**، KH_2PO_4 **140 ملغم**، منظّف **1 مل**.

2 Sahli's method — طريقة سالي

Estimation of hemoglobin by acid hematin method (Sahli's method) — تقدير الهيموغلوبين بطريقة الهيماتين الحامضي (طريقة سالي)

EN **Principle:** hemoglobin in the blood is converted into **acid hematin**, a **brown colored solution** formed upon the addition of **1/10 N HCL**.

AR **المبدأ:** يتحوّل الهيموغلوبين في الدم إلى **هيماتين حامضي**، وهو **محلول بنّي اللون** يتكوّن عند إضافة **حامض الهيدروكلوريك 1/10 عياري**.

The colored solution is then measured **colorimetrically by comparing with a standard**.

ثم يُقاس المحلول الملوّن **لونيًا بمقارنته بمعيار قياسي**.

Sahli's Apparatus — أدوات سالي

1. Hemoglobin pipette (**0.02 ml or 20 µl** capacity)
   ماصّة الهيموغلوبين (سعة **0.02 مل أو 20 مايكرولتر**)
2. Sahli's graduated Hemoglobin tube — أنبوب سالي المدرّج للهيموغلوبين
3. Thin glass rod Stirrer for Hemoglobin Tube
   أداة تحريك من قضيب زجاجي رفيع لأنبوب الهيموغلوبين
4. Sahli's Comparator box with **brown glass standard**
   صندوق سالي المقارن مع **المعيار الزجاجي البنّي**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t




Figure 2. Sahli's apparatus — labels: Stirrer: Thin glass rod. / hemoglobin pipette / Sahli's graduated hemoglobin tube / Comparator with a brown glass standard

الشكل 2. أدوات سالي — الكتابات: أداة التحريك: قضيب زجاجي رفيع / ماصّة الهيموغلوبين / أنبوب سالي المدرّج للهيموغلوبين / المقارن مع المعيار الزجاجي البنّي

Procedure of sahli's method

طريقة عمل سالي

1

EN **N/10 Hydrochloric acid** is taken in Hemoglobin tube (has two graduations – one side **gm/dl**, and other side shows the **Hb %age**), up to the **mark 20** – the lowest marking (**yellow marking**).

AR يؤخذ **حامض الهيدروكلوريك N/10** في أنبوب الهيموغلوبين (له تدريجان – جانب **غم/دل**، والجانب الآخر يُظهر **النسبة المئوية للهيموغلوبين**) حتى **العلامة 20** – أدنى علامة (**العلامة الصفراء**).

2

EN Venous or Capillary blood is drawn up to **20µl mark** of hemoglobin pipette exactly.

AR يُسحب دم وريدي أو شعيري حتى **علامة 20 مايكرولتر** في ماصّة الهيموغلوبين بالضبط.

3

EN For capillary blood draw, boldly prick the tip of the **middle or ring finger** with the help of Blood lancet or pricking needle.

AR لسحب الدم الشعيري، اوخز طرف **الإصبع الوسطى أو البنصر** بجرأة بمساعدة مشرط الدم أو إبرة الوخز.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Wipe out the first drop** of blood and suck the blood from the **second drop** in Hb pipette up to the mark of 20 µl.

AR **امسح القطرة الأولى** من الدم واسحب الدم من **القطرة الثانية** في ماصّة الهيموغلوبين حتى علامة 20 مايكرولتر.

Fill the Hb pipette by **capillary action**.

واملأ الماصّة **بالخاصية الشعرية.**

4

EN Dispense the blood into N/10 hydrochloric acid taken in the hemoglobin tube, **rinse the pipette** with the same solution and mix properly with the help of stirrer.

AR أفرغ الدم في حامض الهيدروكلوريك N/10 الموجود في أنبوب الهيموغلوبين، **واشطف الماصّة** بالمحلول نفسه، وامزج جيدًا بمساعدة أداة التحريك.

5

EN Place the tube at room temperature for **10 minutes** for complete conversion of hemoglobin into acid hematin.

AR ضع الأنبوب بحرارة الغرفة **10 دقائق** لاكتمال تحوّل الهيموغلوبين إلى هيماتين حامضي.

6

EN After the reaction completes, place the Hb tube in the column in Sahli's Comparator box and start **diluting the dark brown coloured compound (Acid Hematin)** formed in the Hb tube using the **distilled water** by adding **drop by drop** of it into the solution and mix with the help of stirrer after each addition.

AR بعد اكتمال التفاعل ضع أنبوب الهيموغلوبين في العمود داخل صندوق سالي المقارن، وابدأ **بتخفيف المركّب البنّي الداكن (الهيماتين الحامضي)** المتكوّن في الأنبوب **بالماء المقطّر** بإضافته **قطرة قطرة** إلى المحلول والمزج بأداة التحريك بعد كل إضافة.

7

EN This process is done until the endpoint comes **matching the color of standard with the color of the test**.

AR تستمرّ هذه العملية حتى نقطة النهاية عندما **يتطابق لون المعيار مع لون الفحص.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8

EN Once the color is matched with the standard brown glass, lift the stirrer up and note down the reading in Sahli's Hb tube by taking the **lower meniscus** in consideration.

AR عندما يتطابق اللون مع المعيار الزجاجي البنّي، ارفع أداة التحريك وسجّل القراءة في أنبوب سالي مع أخذ **الحافّة السفلى للسطح الهلالي** بالحسبان.

9

EN Now add **one more drop** of distilled water and mix it properly with the help of stirrer.

AR الآن أضف **قطرة إضافية واحدة** من الماء المقطّر وامزجها جيدًا بأداة التحريك.

If color is still matching with the standard add another drop till it matches with the standard and note down the reading and, if it **gets lighter** after adding the first extra drop, it shows **reading taken before dilution was correct**.

إذا بقي اللون مطابقًا للمعيار فأضف قطرة أخرى حتى يتطابق مع المعيار وسجّل القراءة، أمّا إذا **أصبح أفتح** بعد القطرة الإضافية الأولى فهذا يدلّ على أن **القراءة المأخوذة قبل التخفيف كانت صحيحة**.

Note down that reading as the **final result**.

وسجّل تلك القراءة **نتيجةً نهائية**.

10

EN Reading of this method is expressed in **Hemoglobin gm/dl (gram/100 ml)** of blood.

AR يُعبَّر عن قراءة هذه الطريقة **بالهيموغلوبين غم/دل (غرام/100 مل)** من الدم.

Normal values of hemoglobin **القيم الطبيعية للهيموغلوبين**

Group الفئة	Hemoglobin الهيموغلوبين
Adult Male **الذكر البالغ**	14-16 gm/dl
Adult Female **الأنثى البالغة**	13-15 gm/dl
Newborn **حديث الولادة**	16-18 gm/dl

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

Values as written in this lab; lab 3 gives male 13.5-17.5 and female 11.5-15.5 g/dl.

القيم كما كُتبت في هذا العملي؛ والعملي 3 يذكر الذكر 13.5-17.5 والأنثى 11.5-15.5 غ/دل.

The advantages of sahli's method — مزايا طريقة سالي

EN ❖ **Cheap** and can be used for hemoglobin estimation where **automated hematology analyser is not available**.

AR ❖ **رخيصة** ويمكن استعمالها لتقدير الهيموغلوبين حيث **لا يتوفّر محلّل الدم الآلي**.

No technical expertise is needed to perform.

ولا تحتاج خبرة فنية لإجرائها.

The disadvantages of sahli's method — عيوب طريقة سالي

1. The **color of acid hematin fades** with time.

   يبهت لون الهيماتين الحامضي مع الوقت.

2. **Carboxyhemoglobin, methemoglobin, and sulfhemoglobin** are **not converted** to acid hematin.

   الكاربوكسي هيموغلوبين والميثيموغلوبين والسلف هيموغلوبين لا تتحوّل إلى هيماتين حامضي.

3. Acid hematin solution is **not stable** and **color formation is slow**.

   محلول الهيماتين الحامضي **غير مستقر** و**تكوّن اللون بطيء**.

4. **Source of light** will influence the visual comparison of colors.

   مصدر الضوء يؤثّر في المقارنة البصرية للألوان.

5. Color of **brown glass standard fades** with time.

   يبهت لون المعيار الزجاجي البنّي مع الوقت.

6. **Individual variation** in matching of color is seen.

   يُلاحظ **اختلاف فردي** في مطابقة اللون.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Sahli = Hb + **N/10 HCl** → brown **acid hematin** (10 min) → dilute with DW → match **brown glass** → read **lower meniscus** in gm/dl.

سالي = Hb + **HCl N/10** ← **هيماتين حامضي** بنّي (10 دقائق) ← تخفيف بالماء ← مطابقة **الزجاج البنّي** ← قراءة **الحافّة السفلى** بالغم/دل.

Capillary: **middle or ring finger**, wipe the **first drop**, use the **second**.

الشعيري: **الوسطى أو البنصر**، امسح **القطرة الأولى** واستعمل **الثانية**.

Normal (this lab): male **14-16**, female **13-15**, newborn **16-18** gm/dl.

الطبيعي (هذا العملي): الذكر **14-16**، الأنثى **13-15**، حديث الولادة **16-18** غم/دل.

Main weakness: fading colour and **COHb, MetHb, SHb not converted**.

أهم العيوب: بهتان اللون و**عدم تحوّل COHb وMetHb وSHb**.

Drabkin's vs Sahli's درابكن مقابل سالي

	Drabkin's (HiCN) درابكن (HiCN)	Sahli's (acid hematin) سالي (الهيماتين الحامضي)
Reagent **الكاشف**	K ferricyanide + K cyanide (Drabkin's solution), 5 ml فيريسيانيد + سيانيد البوتاسيوم (محلول درابكن)، 5 مل	N/10 HCl to mark 20 HCl N/10 حتى العلامة 20
Blood **الدم**	0.02 ml venous 0.02 مل وريدي	20 µl venous or capillary 20 مايكرولتر وريدي أو شعيري
Product **الناتج**	cyanmethemoglobin (HiCN) السيانميثيموغلوبين (HiCN)	acid hematin (brown) الهيماتين الحامضي (بنّي)
Wait **الانتظار**	5 min 5 دقائق	10 min 10 دقائق
Measurement **القياس**	spectrophotometer at 540 nm + standard curve المطياف الضوئي عند 540 نانومتر + منحنى قياسي	visual: dilute with DW until it matches the brown glass standard بصري: التخفيف بالماء حتى يطابق المعيار البنّي
Notes **ملاحظات**	photometric, quantitative ضوئية، كمّية	cheap, no expertise; colour fades, COHb/MetHb/SHb not converted, light and observer errors رخيصة، بلا خبرة؛ يبهت اللون، لا تتحوّل COHb/MetHb/SHb، أخطاء الضوء والمشاهد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Hemoglobin estimation	تقدير الهيموغلوبين / قياس الخضاب
Cyanmethemoglobin (HiCN)	السيانميثيموغلوبين / الهيموغلوبين السيانيدي
Drabkin's solution	محلول درابكن / كاشف درابكن
Potassium ferricyanide	فيريسيانيد البوتاسيوم / سيانيد الحديديك البوتاسي
Potassium cyanide	سيانيد البوتاسيوم
Methemoglobin	الميثيموغلوبين / الهيموغلوبين المؤكسد

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Spectrophotometer	المطياف الضوئي / جهاز قياس الطيف
Absorbance	الامتصاصية / الكثافة الضوئية
Standard curve	المنحنى القياسي / منحنى المعايرة
Acid hematin	الهيماتين الحامضي
Sahli's method	طريقة سالي / طريقة ساهلي
Comparator	المقارن / جهاز المقارنة اللونية

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Meniscus	السطح الهلالي / التقعّر
Capillary blood	الدم الشعيري / دم الوخز
Lancet	المشرط / إبرة الوخز
Carboxyhemoglobin	الكاربوكسي هيموغلوبين / هيموغلوبين أول أكسيد الكربون
Sulfhemoglobin	السلف هيموغلوبين / الهيموغلوبين الكبريتي
Automated hematology analyser	محلّل الدم الآلي / جهاز CBC

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Drabkin's (cyanmethemoglobin) method — طريقة درابكن (السيانميثيموغلوبين)

Q1 EN **Drabkin's solution consists mainly of:**

AR س1. يتكوّن محلول درابكن بصورة رئيسية من:

A. Sodium citrate — سترات الصوديوم
B. Hydrochloric acid — حامض الهيدروكلوريك
C. EDTA and saline — EDTA ومحلول ملحي
D. Potassium cyanide and potassium ferricyanide — سيانيد البوتاسيوم وفيريسيانيد البوتاسيوم

Q2 EN **In Drabkin's method hemoglobin is first oxidized to methemoglobin by:**

AR س2. في طريقة درابكن يتأكسد الهيموغلوبين أولًا إلى ميثيموغلوبين بواسطة:

A. Potassium cyanide — سيانيد البوتاسيوم
B. Potassium ferricyanide — فيريسيانيد البوتاسيوم
C. Nonionic detergent — المنظّف غير الأيوني
D. Distilled water — الماء المقطّر

Q3 EN **The final colored product measured in Drabkin's method is:**

AR س3. الناتج الملوّن النهائي المقاس في طريقة درابكن:

A. Cyanmethemoglobin (HiCN) — السيانميثيموغلوبين (HiCN)
B. Oxyhemoglobin — الأوكسي هيموغلوبين
C. Acid hematin — الهيماتين الحامضي
D. Sulfhemoglobin — السلف هيموغلوبين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The absorbance in Drabkin's method is read at:** Q4

AR س4. تُقرأ الامتصاصية في طريقة درابكن عند:

A	420 nm	420 نانومتر	
B	600 nm	600 نانومتر	
C	540 nm	540 نانومتر	
D	340 nm	340 نانومتر	

EN **The amount of potassium cyanide in 1 L of Drabkin's solution is:** Q5

AR س5. كمية سيانيد البوتاسيوم في لتر من محلول درابكن:

A	50 mg	50 ملغم	
B	200 mg	200 ملغم	
C	140 mg	140 ملغم	
D	1 g	1 غ	

EN **The amount of potassium ferricyanide in 1 L of Drabkin's solution is:** Q6

AR س6. كمية فيريسيانيد البوتاسيوم في لتر من محلول درابكن:

A	50 mg	50 ملغم	
B	200 mg	200 ملغم	
C	140 mg	140 ملغم	
D	1 ml	1 مل	

EN **In Drabkin's procedure the volumes used are:** Q7

AR س7. الحجوم المستعملة في طريقة درابكن:

A	1 ml reagent + 1 ml blood	1 مل كاشف + 1 مل دم
B	20 ml reagent + 2 ml blood	20 مل كاشف + 2 مل دم
C	5 ml reagent + 0.02 ml blood	5 مل كاشف + 0.02 مل دم
D	0.5 ml reagent + 0.5 ml blood	0.5 مل كاشف + 0.5 مل دم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **After adding blood to Drabkin's solution, wait for:** Q8

AR س8. بعد إضافة الدم إلى محلول درابكن انتظر:

A 1 hour ساعة
B 10 minutes 10 دقائق
C 30 seconds 30 ثانية
D 5 minutes 5 دقائق

EN **Hemoglobin concentration in Drabkin's method is calculated using:** Q9

AR س9. يُحسب تركيز الهيموغلوبين في طريقة درابكن باستعمال:

A A standard curve منحنى قياسي
B A brown glass standard معيار زجاجي بنّي
C The lower meniscus الحافّة السفلى للسطح الهلالي
D A comparator box صندوق مقارن

EN **Drabkin's method is described as:** Q10

AR س10. توصف طريقة درابكن بأنها:

A Visual comparison مقارنة بصرية
B Photometric (spectrophotometer) ضوئية (مطياف ضوئي)
C Gravimetric وزنية
D Microscopic مجهرية

Sahli's (acid hematin) method — طريقة سالي (الهيماتين الحامضي)

EN **In Sahli's method hemoglobin is converted to acid hematin by:** Q11

AR س11. في طريقة سالي يتحوّل الهيموغلوبين إلى هيماتين حامضي بواسطة:

A Potassium ferricyanide فيريسيانيد البوتاسيوم
B Distilled water الماء المقطّر
C Sodium hydroxide هيدروكسيد الصوديوم
D 1/10 N HCl 1/10 عياري HCl

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The color of acid hematin is:** Q12

AR س12. لون الهيماتين الحامضي:

A Red أحمر	B Green أخضر
C Brown بنّي	D Yellow أصفر

EN **The capacity of the hemoglobin pipette is:** Q13

AR س13. سعة ماصّة الهيموغلوبين:

A 0.2 ml 0.2 مل	B 0.02 ml (20 µl) 0.02 مل (20 مايكرولتر)
C 2 ml 2 مل	D 5 ml 5 مل

EN **N/10 HCl is added to the Sahli's tube up to:** Q14

AR س14. يُضاف HCl N/10 إلى أنبوب سالي حتى:

A The mark 20 (yellow marking) العلامة 20 (العلامة الصفراء)	
B The top of the tube أعلى الأنبوب	C The mark 100 العلامة 100
D 1 ml 1 مل	

EN **For capillary blood in Sahli's method, the finger pricked is:** Q15

AR س15. للدم الشعيري في طريقة سالي يُوخز:

A The thumb الإبهام	B The little finger الخنصر
C The middle or ring finger الإصبع الوسطى أو البنصر	
D The index finger only السبّابة فقط	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **When drawing capillary blood, the first drop is:** Q16

AR س16. عند سحب الدم الشعيري تكون القطرة الأولى:

A Used for the test مستعملة للفحص
B Mixed with HCl ممزوجة مع HCl
C Added to the comparator مضافة إلى المقارن
D Wiped out ممسوحة

EN **The tube is left at room temperature for complete conversion to acid hematin for:** Q17

AR س17. يُترك الأنبوب بحرارة الغرفة لاكتمال التحوّل إلى هيماتين حامضي لمدّة:

A 5 minutes 5 دقائق
B 10 minutes 10 دقائق
C 1 hour ساعة
D 24 hours 24 ساعة

EN **The acid hematin is diluted with:** Q18

AR س18. يُخفَّف الهيماتين الحامضي بـ:

A Distilled water drop by drop الماء المقطّر قطرة قطرة
B N/10 HCl HCl N/10
C Drabkin's solution محلول درابكن
D Saline المحلول الملحي

EN **The reading in Sahli's tube is taken at the:** Q19

AR س19. تؤخذ القراءة في أنبوب سالي عند:

A Upper meniscus الحافّة العليا
B Middle of the tube منتصف الأنبوب
C Lower meniscus الحافّة السفلى للسطح الهلالي
D Yellow mark العلامة الصفراء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **If the colour gets lighter after the first extra drop, then:** Q20

AR س20. إذا أصبح اللون أفتح بعد القطرة الإضافية الأولى فإن:

A Add more HCl — تُضاف كمية أكبر من HCl

B The test is repeated — يُعاد الفحص

C The standard is faulty — المعيار خاطئ

D The reading before dilution was correct — القراءة قبل التخفيف كانت صحيحة

EN **The result of Sahli's method is expressed in:** Q21

AR س21. يُعبَّر عن نتيجة طريقة سالي بـ:

A mmol/L only — ملي مول/لتر فقط

B cells/mm³ — خلية/مم³

C gm/dl (gram/100 ml) — غم/دل (غرام/100 مل)

D seconds — ثوانٍ

EN **According to this lab, the normal hemoglobin of an adult male is:** Q22

AR س22. حسب هذا العملي، الهيموغلوبين الطبيعي للذكر البالغ:

A 13-15 gm/dl — 13-15 غم/دل

B 14-16 gm/dl — 14-16 غم/دل

C 16-18 gm/dl — 16-18 غم/دل

D 10-12 gm/dl — 10-12 غم/دل

EN **According to this lab, the normal hemoglobin of a newborn is:** Q23

AR س23. حسب هذا العملي، الهيموغلوبين الطبيعي لحديث الولادة:

A 13-15 gm/dl — 13-15 غم/دل

B 14-16 gm/dl — 14-16 غم/دل

C 8-10 gm/dl — 8-10 غم/دل

D 16-18 gm/dl — 16-18 غم/دل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **An advantage of Sahli's method is that it:** Q24

AR س24. من مزايا طريقة سالي أنها:

A Is cheap and needs no technical expertise — رخيصة ولا تحتاج خبرة فنية

B Has a stable colour — لونها مستقر

C Needs a spectrophotometer — تحتاج مطيافًا ضوئيًا

D Converts all hemoglobin forms — تحوّل كل أشكال الهيموغلوبين

EN **Which is NOT converted to acid hematin?** Q25

AR س25. أيّ مما يأتي لا يتحوّل إلى هيماتين حامضي؟

A Oxyhemoglobin — الأوكسي هيموغلوبين

B Carboxyhemoglobin — الكاربوكسي هيموغلوبين

C Reduced hemoglobin — الهيموغلوبين المختزل

D Adult hemoglobin — هيموغلوبين البالغين

EN **Which is NOT a disadvantage of Sahli's method?** Q26

AR س26. أيّ مما يأتي ليس من عيوب طريقة سالي؟

A It is expensive and needs an analyser — مكلفة وتحتاج محلّلًا آليًا

B Colour of acid hematin fades — يبهت لون الهيماتين الحامضي

C Light source affects comparison — مصدر الضوء يؤثّر في المقارنة


D Individual variation in colour matching — اختلاف فردي في مطابقة اللون

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **In this diagram, the reagent that converts methemoglobin to cyanmethemoglobin is:** Q27


AR س27. في هذا المخطط، الكاشف الذي يحوّل الميثيموغلوبين إلى سيانميثيموغلوبين:



A Potassium ferricyanide فيريسيانيد البوتاسيوم
B HCl
C Potassium cyanide سيانيد البوتاسيوم
D Distilled water الماء المقطّر

EN **In this picture, the item used to compare the colour of the test is:** Q28

AR س28. في هذه الصورة، الأداة المستعملة لمقارنة لون الفحص هي:



A Thin glass rod القضيب الزجاجي الرفيع
B Hemoglobin pipette ماصّة الهيموغلوبين
C Graduated tube الأنبوب المدرّج
D Comparator with a brown glass standard المقارن مع المعيار الزجاجي البنّي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Drabkin's reagent gives a quantitative colorimetric determination of hemoglobin.

AR يعطي كاشف درابكن تحديدًا كمّيًا لونيًا للهيموغلوبين.

True · صح False · خطأ

2 EN In Drabkin's method hemoglobin is oxidized in the presence of alkaline potassium ferricyanide.

AR في طريقة درابكن يتأكسد الهيموغلوبين بوجود فيريسيانيد البوتاسيوم القلوي.

True · صح False · خطأ

3 EN Drabkin's solution contains hydrochloric acid.

AR يحتوي محلول درابكن على حامض الهيدروكلوريك.

True · صح False · خطأ

4 EN A standard curve is prepared from samples of known hemoglobin concentration.

AR يُحضَّر المنحنى القياسي من عيّنات معلومة تركيز الهيموغلوبين.

True · صح False · خطأ

5 EN Capillary blood is used in the Drabkin's procedure of this lab.

AR يُستعمل الدم الشعيري في طريقة درابكن في هذا العملي.

True · صح False · خطأ

6 EN Sahli's Hb tube has two graduations: gm/dl and Hb %age.

AR لأنبوب سالي تدريجان: غم/دل والنسبة المئوية للهيموغلوبين.

True · صح False · خطأ

7 EN In Sahli's method the pipette is rinsed with the same HCl solution.

AR في طريقة سالي تُشطف الماصّة بمحلول HCl نفسه.

True · صح False · خطأ

8 EN Acid hematin is diluted with N/10 HCl until it matches the standard.

AR يُخفَّف الهيماتين الحامضي بـ HCl N/10 حتى يطابق المعيار.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 EN The stirrer is lifted before taking the reading.

AR تُرفع أداة التحريك قبل أخذ القراءة.

True · صح False · خطأ

10 EN Acid hematin solution is stable and color forms quickly.

AR محلول الهيماتين الحامضي مستقر ويتكوّن اللون بسرعة.

True · صح False · خطأ

11 EN The brown glass standard fades with time.

AR يبهت المعيار الزجاجي البنّي مع الوقت.

True · صح False · خطأ

12 EN Normal hemoglobin of an adult female in this lab is 13-15 gm/dl.

AR الهيموغلوبين الطبيعي للأنثى البالغة في هذا العملي 13-15 غم/دل.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Ferricyanide or cyanide first?

AR الفيريسيانيد أم السيانيد أولًا؟

2 EN 50, 200, 140

AR 50، 200، 140

3 EN 5 min or 10 min?

AR 5 دقائق أم 10؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 4 Same blood volume in both

AR حجم الدم نفسه في الطريقتين

EN 5 Dilute with what?

AR التخفيف بماذا؟

EN 6 Which meniscus?

AR أي حافّة؟

EN 7 Normal values — two labs

AR القيم الطبيعية — عمليان

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN 1 Explain the principle of the cyanmethemoglobin (Drabkin's) method.

AR اشرح مبدأ طريقة السيانميثيموغلوبين (درابكن).

EN 2 Give the composition of Drabkin's solution and the procedure.

AR اذكر تركيب محلول درابكن وطريقة العمل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN What is the principle of Sahli's method and what apparatus is used? 3

AR ما مبدأ طريقة سالي وما الأدوات المستعملة؟

EN Describe the procedure of Sahli's method. 4

AR صف طريقة عمل سالي.

EN Give the advantages and disadvantages of Sahli's method. 5

AR اذكر مزايا طريقة سالي وعيوبها.

EN Compare Drabkin's and Sahli's methods. 6

AR قارن بين طريقتي درابكن وسالي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 **Answer Key** **الحلول**

MCQ Answers — إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 B	3 A	4 C	5 A	6 B	7 C	8 D
9 A	10 B	11 D	12 C	13 B	14 A	15 C	16 D
17 B	18 A	19 C	20 D	21 C	22 B	23 D	24 A
25 B	26 A	27 C	28 D				

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 True	5 False	6 True
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 True

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **Ferricyanide or cyanide first?**

Potassium ferricyanide first: Hb → methemoglobin. Then potassium cyanide: methemoglobin → cyanmethemoglobin (HiCN).

AR **الفيريسيانيد أم السيانيد أولًا؟**

فيريسيانيد البوتاسيوم أولًا: Hb ← ميثيموغلوبين. ثم سيانيد البوتاسيوم: ميثيموغلوبين ← سيانميثيموغلوبين (HiCN).

2

EN **50, 200, 140**

KCN 50 mg, K ferricyanide 200 mg, KH_2PO_4 140 mg, detergent 1 ml, water 1 L.

AR **50، 200، 140**

KCN 50 ملغم، الفيريسيانيد 200 ملغم، KH_2PO_4 140 ملغم، منظّف 1 مل، ماء لتر.

3

EN **5 min or 10 min?**

Drabkin's: wait 5 min. Sahli's: 10 minutes for complete conversion to acid hematin.

AR **5 دقائق أم 10؟**

درابكن: انتظر 5 دقائق. سالي: 10 دقائق لاكتمال التحوّل إلى هيماتين حامضي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **Same blood volume in both**

Both use 0.02 ml = 20 µl of blood (Drabkin's into 5 ml reagent; Sahli's into N/10 HCl to mark 20).

AR **حجم الدم نفسه في الطريقتين**

كلتاهما تستعمل 0.02 مل = 20 مايكرولتر من الدم (درابكن في 5 مل كاشف؛ سالي في HCl N/10 حتى العلامة 20).

5

EN **Dilute with what?**

Sahli's: acid is N/10 HCl, but dilution is with distilled water, drop by drop.

AR **التخفيف بماذا؟**

سالي: الحامض هو HCl N/10، لكن التخفيف بالماء المقطّر قطرة قطرة.

6

EN **Which meniscus?**

Read the lower meniscus, after lifting the stirrer.

AR **أي حافّة؟**

اقرأ الحافّة السفلى للسطح الهلالي بعد رفع أداة التحريك.

7

EN **Normal values — two labs**

This lab: male 14-16, female 13-15, newborn 16-18 gm/dl. Lab 3 table: male 13.5-17.5, female 11.5-15.5 g/dl. Answer from the lab the question is about.

AR **القيم الطبيعية — عمليان**

هذا العملي: الذكر 14-16، الأنثى 13-15، حديث الولادة 16-18 غم/دل. جدول العملي 3: الذكر 13.5-17.5، الأنثى 11.5-15.5 غ/دل. أجب حسب العملي المقصود.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Explain the principle of the cyanmethemoglobin (Drabkin's) method.** 1

Blood is diluted in Drabkin's solution (potassium cyanide + potassium ferricyanide). Potassium ferricyanide (alkaline) oxidizes hemoglobin to methemoglobin, and potassium cyanide converts methemoglobin to cyanmethemoglobin (HiCN). It is a photometric, quantitative method: the absorbance is measured in a spectrophotometer at 540 nm and the concentration is read from a standard curve.

AR **اشرح مبدأ طريقة السيانميثيموغلوبين (درابكن).**

يُخفَّف الدم في محلول درابكن (سيانيد البوتاسيوم + فيريسيانيد البوتاسيوم). يؤكسد فيريسيانيد البوتاسيوم (القلوي) الهيموغلوبين إلى ميثيموغلوبين، ويحوّل سيانيد البوتاسيوم الميثيموغلوبين إلى سيانميثيموغلوبين (HiCN). وهي طريقة ضوئية كمّية: تُقاس الامتصاصية في المطياف الضوئي عند 540 نانومتر ويُقرأ التركيز من المنحنى القياسي.

EN **Give the composition of Drabkin's solution and the procedure.** 2

Per 1 L distilled water: potassium cyanide 50 mg, potassium ferricyanide 200 mg, potassium dihydrogen phosphate 140 mg, nonionic detergent 1 ml. Procedure: 5 ml Drabkin's solution in a test tube; add 0.02 ml well-mixed venous blood with an Hb pipette; mix and wait 5 min; read absorbance at 540 nm; calculate Hb from a standard curve.

AR **اذكر تركيب محلول درابكن وطريقة العمل.**

لكل لتر ماء مقطّر: سيانيد البوتاسيوم 50 ملغم، فيريسيانيد البوتاسيوم 200 ملغم، فوسفات البوتاسيوم ثنائية الهيدروجين 140 ملغم، منظّف غير أيوني 1 مل. العمل: 5 مل من المحلول في أنبوب؛ أضف 0.02 مل دم وريدي ممزوج جيدًا بماصّة الهيموغلوبين؛ امزج وانتظر 5 دقائق؛ اقرأ الامتصاصية عند 540 نانومتر؛ واحسب الهيموغلوبين من المنحنى القياسي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What is the principle of Sahli's method and what apparatus is used?** 3

Hemoglobin is converted by 1/10 N HCl into brown acid hematin, which is measured colorimetrically by comparing with a standard. Apparatus: hemoglobin pipette (0.02 ml / 20 µl), Sahli's graduated hemoglobin tube, thin glass rod stirrer, Sahli's comparator box with brown glass standard.

AR **ما مبدأ طريقة سالي وما الأدوات المستعملة؟**

يتحوّل الهيموغلوبين بحامض HCl عياري 1/10 إلى هيماتين حامضي بنّي يُقاس لونيًا بمقارنته بمعيار. الأدوات: ماصّة الهيموغلوبين (0.02 مل / 20 مايكرولتر)، أنبوب سالي المدرّج، أداة تحريك من قضيب زجاجي رفيع، صندوق سالي المقارن مع المعيار الزجاجي البنّي.

EN **Describe the procedure of Sahli's method.** 4

N/10 HCl to mark 20; add 20 µl blood (capillary: middle or ring finger, wipe the first drop); rinse and mix; wait 10 minutes; dilute with distilled water drop by drop until the colour matches the brown glass standard; read the lower meniscus in gm/dl; one extra drop confirms the reading.

AR **صف طريقة عمل سالي.**

HCl N/10 حتى العلامة 20، أضف 20 مايكرولتر دم (الشعيري: الوسطى أو البنصر، امسح القطرة الأولى)، اشطف وامزج، انتظر 10 دقائق، خفّف بالماء المقطّر قطرة قطرة حتى يطابق اللون المعيار البنّي، اقرأ الحافّة السفلى بالغم/دل، وقطرة إضافية تؤكّد القراءة.

EN **Give the advantages and disadvantages of Sahli's method.** 5

Advantages: cheap, usable where an automated hematology analyser is not available, no technical expertise needed. Disadvantages: acid hematin colour fades; carboxyhemoglobin, methemoglobin and sulfhemoglobin are not converted; solution not stable and colour forms slowly; light source affects visual comparison; brown glass standard fades; individual variation in colour matching.

AR **اذكر مزايا طريقة سالي وعيوبها.**

المزايا: رخيصة، تُستعمل حيث لا يتوفّر محلّل دم آلي، ولا تحتاج خبرة فنية. العيوب: يبهت لون الهيماتين الحامضي؛ لا يتحوّل الكاربوكسي هيموغلوبين والميثيموغلوبين والسلف هيموغلوبين؛ المحلول غير مستقر وتكوّن اللون بطيء؛ مصدر الضوء يؤثّر في المقارنة البصرية؛ يبهت المعيار البنّي؛ واختلاف فردي في مطابقة اللون.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare Drabkin's and Sahli's methods.** 6

Drabkin's: K ferricyanide + K cyanide → HiCN, 5 ml reagent + 0.02 ml venous blood, 5 min, spectrophotometer at 540 nm with a standard curve (photometric). Sahli's: N/10 HCl → acid hematin, 20 µl venous or capillary blood, 10 min, visual comparison with a brown glass standard after diluting with distilled water; cheap but less accurate.

AR **قارن بين طريقتي درابكن وسالي.**

درابكن: فيريسيانيد + سيانيد البوتاسيوم ← HiCN، 5 مل كاشف + 0.02 مل دم وريدي، 5 دقائق، مطياف ضوئي عند 540 نانومتر مع منحنى قياسي (ضوئية). سالي: HCl N/10 ← هيماتين حامضي، 20 مايكرولتر دم وريدي أو شعيري، 10 دقائق، مقارنة بصرية بالمعيار البنّي بعد التخفيف بالماء المقطّر؛ رخيصة لكنها أقل دقّة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t